

校正証明書

証明書番号 ****-*****-001

(1/3)
Rev 1.05

顧客名 ***** 殿

発行日 2014年7月1日

形名 MA4701A
品名 **パワーセンサ**
製造者 **アンリツ株式会社**
製造番号 *****
校正年月日 2014年7月1日

〒243-0032 神奈川県厚木市恩名5-1-1
アンリツカスタマーサポート株式会社
サービスセンター長

印

上記計測器は、下記の計測器または標準器で校正されています。
当社の計測器は、国家標準にトレースされた標準器群を基準にした測定体系のもとで、校正されたものであることを証明します。
なお、下記の証明書(成績書)番号と次回校正日は、該当する計測器を校正した時点でのもので記載しています。

SAMPLE

被測定器	登録番号	形名	品名	製造番号	周期	次回校正日	証明書(成績書)番号
被測定器		MA4701A	パワーセンサ	*****			
一般計測器	EA4-3385	MA4701A	Power Sensor	M78685	6	2014/12/23	14062313
仲介用標準器	EA4-7364	8481A	Power Sensor	MY4109667	12	2014/11/13	JQA 150-34115
一般計測器	EA6-3290	560-97NF50-1	SWR Auto Tester	95462	12	2014/07/29	1307293290
常用標準器	EP8-0257	18N50	Air Line	504059	24	2015/03/05	*01 US00070535
一般計測器	EA6-6233	29A50-20	Offset Termination	008207	12	2014/02/28	1302286233
一般計測器	EM4-3743	34401A	DMM	US36045560	6	2013/08/23	13022001
常用標準器	EY3-0045	5700A	Calibrator	5985306	12	2013/11/14	A-PCU06J1375

トレーサビリティ	登録番号	形名	品名	製造番号	周期	次回校正日	証明書(成績書)番号	
仲介用標準器	EM4-7185	3458A	DMM	MY4504012	12	2013/02/24	*02	120649
常用標準器	EM4-9344	3458A	DMM	MY4504012	12	2013/07/06		A-PCU06J1319
仲介用標準器	EY3-6516	5700A	Calibrator	8555605	12	2012/12/01	JEMIC	011-115885-100
一般計測器	ES3-6773	37397C	Network Analyzer	010810	6	2013/05/30		1211306773
仲介用標準器	EA6-0041	3669B-1	Verification Kit	89004	12	2013/11/07	*01	US00066284
常用標準器	EA6-6261	3654B	Calibration Kit	305003	12	2013/10/29	*01	US00066001
仲介用標準器	EA6-7259	T1968-2	Air Line	0605001	24	2014/08/02	*01	US00062842
一般計測器	EA4-4005	MA2442A	Power Sensor	971926	6	2013/12/03		1306034005
仲介用標準器	EA4-5088	8478B	Power Sensor	3318A25140	24	2014/06/28	NIST	37779839

SAMPLE

国家標準機関

NIST:米国国立標準技術研究所

その他の校正機関

*01:アンリツカンパニー(米国)

*02:アジレント・テクノロジー株式会社

JEMIC:日本電気計器検定所

JQA:一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター

SAMPLE