

お客様各位

アンリツ株式会社
アンリツカスタマーサポート株式会社

較正ご依頼時のお願い

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社で較正実施の際、必要な付属品の不足等により、較正が実施できない事象が発生しています。つきましては、較正ご依頼時、下記の確認をお願いいたします。以上、ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

敬具

記

【 較正ご依頼時のお願い 】

ご依頼いただく較正*仕様によっては、特定の付属品が必要となります。付属品が無い場合は、不足付属品の後送をお願いすることになり、納品予定日を変更させていただくことがありますのでご注意をお願いします。

<過去の較正仕様でご依頼のお客様へ>

過去に依頼された較正仕様でご依頼される場合、較正証明書表紙の右上に記述された証明書番号を、較正依頼票に記載をお願いします。また、前回の較正で使用した付属品は、較正証明書の表紙（および [較正結果] ページの測定条件）に記載されております。形名・シリアル番号等をご確認の上、較正品本体と一緒に送付いただくようお願い致します。

*校正を含む

▼ご不明な点などは「営業部」へお問い合わせ下さい。

アンリツ株式会社 計測器営業本部 カスタマーサービス営業部

または、アンリツカスタマーサポート株式会社 営業部

－ TEL : 0120-214-012 (046-296-6749) － FAX : 046-225-8379

－ E-mail : APC-sales@anritsu.com

以上

Anritsu 1/2

証明書番号 ACCCA0000001-001

較 正 証 明 書

顧客名 ABC株式会社 殿

形名 ML4803A
品名(種別) パワーメータ(高周波電力計)
製造者 アンリツ株式会社
機械番号 M12345
オプション ----

形名 MA4701A
品名 パワーセンサ
機械番号 M6789



必須付属品記載箇所(表紙)

Anritsu 2/2


証明書番号 ACCCA0000001-001

承認 校正者
佐藤 鈴木

較 正 結 果

1. MA4701A
1.1 周波数特性
 レンジ : AUTO
 センサ校正係数: パワーセンサに記載されているCAL FACTORを使用
 MP721E 30dB ATT(S/N:6100012345)を使用して、オフセット 30 dB

周波数(MHz)	指示値(W)	較正值(W)	較正精度: ±5%
60	1.0	0.96	
150	1.0	0.95	
400	1.0	0.96	
6,500	1.0	0.94	



必須付属品記載箇所([較正結果]ページ)