

測定器該当機種リスト

電波法および電気通信事業法の一部改正する法律（平成 29 年 5 月 12 日法律第 27 号）による、測定器の較正等に係る期間の延長可能な優れた性能を有するアンリツ製測定器の該当機種リスト

※ リストに記載された機種で製造日から 10 年以内の製品が該当対象となります。

製品ごとの製造日情報については下記のアンリツ Web サイトを参照してください。

<https://www.anritsu.com/ja-JP/test-measurement/support/repair-and-calibration/warranty-check-status>



1. 電波法の測定器の該当機種

| 標準信号発生器 | | 高周波電力計 | | 電圧電流計 |
|---------|----------|---------|----------|--------|
| | | パワーメータ | パワーセンサ | |
| MG3633A | MG3700A | ML2437A | MA24002A | 該当機種なし |
| MG3641A | MG3710A | ML2438A | MA24004A | |
| MG3642A | MG3710E | ML2487A | MA24005A | |
| MG3681A | MG3740A | ML2487B | MA2411B | |
| MG3691A | MG37022A | ML2488A | MA2442D | |
| MG3691B | MG36221A | ML2488B | MA2444D | |
| MG3691C | MG36241A | ML2495A | MA2445D | |
| MG3692B | | ML2496A | MA2472D | |
| MG3692C | | | MA2473D | |
| MG3693B | | | MA2474D | |
| MG3693C | | | MA2475D | |
| MG3694B | | | MA2481B | |
| MG3694C | | | MA2481D | |
| MG3695B | | | MA2482D | |
| MG3695C | | | MA2490A | |
| MG3696B | | | MA2491A | |
| MG3697C | | | | |

2. 電気通信事業法の測定器の該当機種

| 発振器 | インピーダンス分析器 | 絶縁抵抗計 | 電圧電流計 |
|--------|------------|--------|--------|
| 該当機種なし | 該当機種なし | 該当機種なし | 該当機種なし |

本リストは、総務省が定める「優れた性能を有する測定器」の条件に該当している機種を示すものであり、アンリツから較正期間の延長を推奨するものではありません。測定器の較正期間につきましては、製造日（10 年未満）情報をもとに機器の使用頻度、使用環境等を考慮したうえで、お客様が最終判断していただきますようお願いいたします。なお、高周波電力計はパワーメータ本体とパワーセンサの組み合わせになりますので較正証明書に記載されているすべての機種が 10 年未満に該当しているかご確認ください。

発行日：2022 年 7 月 4 日 (02 版)

責任者：アンリツ株式会社

SCM 本部 品質保証部長



文書番号：SQ-2C0118047-02