

MS2690A/MS2691A/MS2692A
シグナルアナライザ
取扱説明書
本体
操作編

第 48 版

製品を適切・安全にご使用いただくために、製品をご使用になる前に、本書を必ずお読みください。

本書は製品とともに保管してください。

アンリツ株式会社

安全情報の表示について

当社では人身事故や財産の損害を避けるために、危険の程度に応じて下記のようなシグナルワードを用いて安全に関する情報を提供しています。記述内容を十分理解した上で機器を操作してください。

下記の表示およびシンボルは、そのすべてが本器に使用されているとは限りません。また、外観図などが本書に含まれるとき、製品に貼り付けたラベルなどがその図に記入されていない場合があります。

本書中の表示について



回避しなければ、死亡または重傷に至る切迫した危険があることを示します。



回避しなければ、死亡または重傷に至るおそれがある潜在的な危険があることを示します。



回避しなければ、軽度または中程度の人体の傷害に至るおそれがある潜在的危険、または、物的損害の発生のみが予測されるような危険があることを示します。

機器に表示または本書に使用されるシンボルについて

機器の内部や操作箇所の近くに、または本書に、安全上および操作上の注意を喚起するための表示があります。これらの表示に使用しているシンボルの意味についても十分理解して、注意に従ってください。



禁止行為を示します。丸の中や近くに禁止内容が描かれています。



守るべき義務的行為を示します。丸の中や近くに守るべき内容が描かれています。



警告や注意を喚起することを示します。三角の中や近くにその内容が描かれています。



注意すべきことを示します。四角の中にその内容が書かれています。



このマークを付けた部品がリサイクル可能であることを示しています。

MS2690A/MS2691A/MS2692A

シグナルアナライザ

取扱説明書 本体 操作編

2007年（平成19年）5月15日（初版）

2019年（令和元年）8月30日（第48版）

- ・予告なしに本書の内容を変更することがあります。
- ・許可なしに本書の一部または全部を転載・複製することを禁じます。

Copyright © 2007-2019, ANRITSU CORPORATION

Printed in Japan

安全にお使いいただくために

⚠ 危険

電池交換



- 電池交換の際には、必ず指定の電池を使用してください。電池は、指定されたとおりの極性で挿入し、誤挿入には十分注意してください。指定以外の電池を使用したり、極性を誤って挿入したりすると、負傷または死につながる爆発事故を引き起こすおそれがあります。

電池の廃棄

- 廃棄する場合、電池を火中に投入したり、加熱したりしないでください。電池を火中に投入すると、破裂や発火し非常に危険です。また、電池を過熱すると、液もれ、破裂、発火などが起こる場合があり危険です。

⚠ 警告



- 左のアラートマークを表示した箇所の操作をするときは、必ず取扱説明書を参照してください。取扱説明書を読まないで操作などを行った場合は、負傷するおそれがあります。また、本器の特性劣化の原因にもなります。なお、このアラートマークは、危険を示すほかのマークや文言と共に用いられることもあります。

- 過電圧カテゴリについて
本器は、IEC 61010で規定する過電圧カテゴリⅡの機器です。
過電圧カテゴリⅢ、およびⅣに該当する電源には絶対に接続しないでください。

感電

- 本器へ電源を供給するには、本器に添付された3芯電源コードを3極コンセントへ接続し、アース配線を行ってから使用してください。アース配線を行わないで電源を供給すると、負傷または死につながる感電事故を引き起こすおそれがあります。また、精密部品を破損するおそれがあります。

修理



- 本器の保守については、所定の訓練を受け、火災や感電事故などの危険を熟知した当社または当社代理店のサービスエンジニアに依頼してください。本器は、お客様自身では修理できませんので、本体またはユニットを開け、内部の分解などしないでください。本器の内部には、高圧危険部分があり不用意にさわると負傷または死につながる感電事故を引き起こすおそれがあります。また精密部品を破損するおそれがあります。

安全にお使いいただくために

⚠ 警告

校正



転倒

- ・ 機器本体またはユニットには、出荷時の品質を保持するために性能保証シールが貼られています。このシールは、所定の訓練を受け、火災や感電事故などの危険を熟知した当社または当社代理店のサービスエンジニアによってのみ開封されます。お客様自身で機器本体またはユニットを開け、性能保証シールを破損しないよう注意してください。第三者によってシールが開封、破損されると機器の性能保証を維持できないおそれがあると判断される場合があります。
- ・ 本器は、必ず決められた設置方法に従って使用してください。本器を決められた設置方法以外で設置すると、わずかの衝撃でバランスを崩して足元に倒れ、負傷するおそれがあります。また、本器の電源スイッチが容易に操作できるように設置してください。

電池の溶液

- ・ 電池をショートしたり、分解や加熱したり、火に入れたりしないでください。電池が破損し中の溶液が流出するおそれがあります。

電池に含まれる溶液は有毒です。

もし、電池が破損などにより溶液が流出した場合は、触れたり、口や目に入れたりしないでください。誤って口に入れた場合は、ただちに吐き出し、口をゆすいでください。目に入った場合は、こすらずに流水でよく洗ってください。いずれの場合も、ただちに医師の治療を受けてください。皮膚に触れた場合や衣服に付着した場合は、きれいな水でよく洗い流してください。

LCD

- ・ 本器の表示部分にはLCD(Liquid Crystal Display)を使用しています。強い力を加えたり、落としたりしないでください。強い衝撃が加わると、LCDが破損し中の溶液(液晶)が流出するおそれがあります。

この溶液は強いアルカリ性で有毒です。

もし、LCDが破損し溶液が流出した場合は、触れたり、口や目に入れたりしないでください。誤って口に入れた場合は、ただちに吐き出し、口をゆすいでください。目に入った場合は、擦らずに流水でよく洗ってください。いずれの場合も、ただちに医師の治療を受けてください。皮膚に触れた場合や衣服に付着した場合は、せっけんでよく洗い流してください。

安全にお使いいただくために

⚠ 注意

清掃

- ・ 電源コードを電源コンセントから抜いて、電源やファンの周囲のほこりを取り除いてください。
- ・ 電源コンセントを定期的に清掃してください。ほこりが電極にたまると火災になるおそれがあります。
- ・ ファンの周囲を定期的に清掃してください。通風孔がふさがれると、本器内部の温度が上昇し、火災になるおそれがあります。

測定端子



- ・ 測定端子には、その端子とアースの間に表示されている値を超える信号を入力しないでください。本器内部が破損するおそれがあります。

安全にお使いいただくために

注意

本器内のメモリの バックアップ用電池交換 について

本器はメモリのバックアップ用電池として、フッ化黒鉛リチウム電池を使用しています。交換はアンリツカスタマーサポート株式会社で行いますので、当社または当社代理店へ依頼してください。

注: 本器の電池寿命は購入後、約7年です。早めの交換が必要です。

外部記憶媒体について

本器は、データやプログラムの外部記憶媒体として、USBメモリを使用しています。USBメモリは、その使用方法に誤りがあった場合や故障などにより、大切な記憶内容を喪失してしまうおそれがあります。
万一に備えて、定期的に記録内容のバックアップを取ることをお勧めします。
当社は、記憶内容の喪失について補償しません。

下記の点に十分注意して使用してください。

- ・ アクセス中にはUSBメモリを装置から抜き取らないでください。
- ・ 静電気が加わると破損するおそれがあります。
- ・ USBメモリなど添付品以外の外部記憶媒体については、すべての動作を保証するものではありません。あらかじめご確認のうえ、使用してください。

内蔵ハードディスクにつ いて

本器には、ハードディスクが内蔵されています。ハードディスクは周囲環境の影響を受けやすく、大切な記録内容を喪失してしまうおそれがあります。
万一に備えて、定期的に記録内容のバックアップを取ることをお勧めします。
当社は、記憶内容の喪失について補償しません。

下記の点に十分注意して使用してください。

- ・ 本器の動作温度範囲内の温度で使用してください。また、急激な温度変化のある場所では使用しないでください。
- ・ 本器は、必ず決められた設置方法に従って使用してください。
- ・ 背面や側面の内部冷却用ファンや通風孔をふさがないでください。
- ・ 電源を入れた状態で本器に振動や衝撃を与えないでください。
- ・ 電源を入れた状態で電源コードを抜いたり、設置した場所の電源ブレーカーを切ったりしないでください。

安全にお使いいただくために

注意

ルビジウム基準発振器オプション実装時の取り扱い注意点

輸送および構内・室内における運搬・移動の際には、必ずキャリングケースまたは最初にお届けしたときの梱包材料を使用してください。

住宅環境での使用について

本器は、工業環境用に設計されています。住宅環境で使用すると、無線障害を起こすことがあります。その場合、使用者には適切な対策を施す必要が生じます。

腐食性雰囲気内の使用について

誤動作や故障の原因となりますので、硫化水素・亜硫酸ガス・塩化水素などの腐食性ガスにさらさないようにしてください。また、有機溶剤の中には腐食性ガスを発生させるものがありますので、事前に確認してください。

品質証明

アンリツ株式会社は、本製品が出荷時の検査により公表規格を満足していること、ならびにそれらの検査には、産業技術総合研究所(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)および情報通信研究機構(National Institute of Information and Communications Technology)などの国立研究所によって認められた公的校正機関にトレーサブルな標準器を基準として校正した測定器を使用したことを証明します。

保証

アンリツ株式会社は、納入後1年以内に製造上の原因に基づく故障が発生した場合は、無償で修復することを保証します。

ただし、ソフトウェアの保証内容は「ソフトウェア使用許諾書」に基づきます。また、次のような場合は上記保証の対象外とさせていただきます。

- ・ この取扱説明書に別途記載されている保証対象外に該当する故障の場合。
- ・ お客様の誤操作、誤使用または無断の改造もしくは修理による故障の場合。
- ・ 通常の使用を明らかに超える過酷な使用による故障の場合。
- ・ お客様の不適当または不十分な保守による故障の場合。
- ・ 火災、風水害、地震、落雷、降灰またはそのほかの天災地変による故障の場合。
- ・ 戦争、暴動または騒乱など破壊行為による故障の場合。
- ・ 本製品以外の機械、施設または工場設備の故障、事故または爆発などによる故障の場合。
- ・ 指定外の接続機器もしくは応用機器、接続部品もしくは応用部品または消耗品の使用による故障の場合。
- ・ 指定外の電源または設置場所での使用による故障の場合。
- ・ 特殊環境における使用^(注)による故障の場合。
- ・ 昆虫、ぐも、かび、花粉、種子またはそのほかの生物の活動または侵入による故障の場合。

また、この保証は、原契約者のみ有効で、再販売されたものについては保証しかねます。

なお、本製品の使用、あるいは使用不能によって生じた損害およびお客様の取引上の損失については、責任を負いかねます。

注:

「特殊環境における使用」には、以下のような環境での使用が該当します。

- ・ 直射日光が当たる場所
- ・ 粉じんが多い環境
- ・ 屋外
- ・ 水、油、有機溶剤もしくは薬液などの液中、またはこれらの液体が付着する場所

- ・ 潮風、腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素、アンモニア、二酸化窒素、塩化水素など)がある場所
- ・ 静電気または電磁波の強い環境
- ・ 電源の瞬断または異常電圧が発生する環境
- ・ 部品が結露するような環境
- ・ 潤滑油からのオイルミストが発生する環境
- ・ 高度 2000 m を超える環境
- ・ 車両、船舶または航空機内など振動または衝撃が多く発生する環境

当社へのお問い合わせ

本製品の故障については、本書(紙版説明書では巻末、電子版説明書では別ファイル)に記載の「本製品についてのお問い合わせ窓口」へすみやかにご連絡ください。

ソフトウェア使用許諾

お客様は、ご購入いただいたソフトウェア（プログラム、データベース、電子機器の動作・設定などを定めるシナリオ等、以下「本ソフトウェア」と総称します）を使用（実行、複製、記録等、以下「使用」と総称します）する前に、本ソフトウェア使用許諾（以下「本使用許諾」といいます）をお読みください。お客様が、本使用許諾にご同意いただいた場合のみ、お客様は、本使用許諾に定められた範囲において本ソフトウェアをアンリツが推奨・指定する装置（以下、「本装置」といいます）に使用することができます。

第1条（許諾、禁止内容）

- お客様は、本ソフトウェアを有償・無償にかかわらず第三者へ販売、開示、移転、譲渡、賃貸、頒布、または再使用する目的で複製、開示、使用許諾することはできません。
- お客様は、本ソフトウェアをバックアップの目的で、1部のみ複製を作成できます。
- 本ソフトウェアのリバースエンジニアリングは禁止させていただきます。
- お客様は、本ソフトウェアを本装置1台で使用できます。

第2条（免責）

アンリツは、お客様による本ソフトウェアの使用または使用不能から生ずる損害、第三者からお客様になされた損害を含め、一切の損害について責任を負わないものとします。

第3条（修補）

- お客様が、取扱説明書に書かれた内容に基づき本ソフトウェアを使用していたにもかかわらず、本ソフトウェアが取扱説明書もしくは仕様書に書かれた内容どおりに動作しない場合（以下「不具合」と言います）には、アンリツは、アンリツの判断に基づいて、本ソフトウェアを無償で修補、交換、または回避方法のご案内をするものとします。ただし、以下の事項に係る不具合を除きます。
 - 取扱説明書・仕様書に記載されていない使用目的での使用
 - アンリツが指定した以外のソフトウェアとの相互干渉
 - 消失したもしくは、破壊されたデータの復旧
 - アンリツの合意無く、本装置の修理、改造がされた場合
 - 他の装置による影響、ウイルスによる影響、災害、その他の外部要因などアンリツの責とみなされない要因があった場合
- 前項に規定する不具合において、アンリツが、お客様ご指定の場所で作業する場合の移動費、宿泊費および日当に関する現地作業費については有償とさせていただきます。
- 本条第1項に規定する不具合に係る保証責任期間

間は本ソフトウェア購入後6か月もしくは修補後30日いずれか長い方の期間とさせていただきます。

第4条（法令の遵守）

お客様は、本ソフトウェアを、直接、間接を問わず、核、化学・生物兵器およびミサイルなど大量破壊兵器および通常兵器およびこれらの製造設備等関連資機材等の拡散防止の観点から、日本国の「外国為替および外国貿易法」およびアメリカ合衆国「輸出管理法」その他国内外の関係する法律、規則、規格等に違反して、いかなる仕向け地、自然人もしくは法人に対しても輸出しないものとし、また輸出させないものとします。

第5条（解除）

アンリツは、お客様が本使用許諾のいずれかの条項に違反したとき、アンリツの著作権およびその他の権利を侵害したとき、または、その他、お客様の法令違反等、本使用許諾を継続できないと認められる相当の事由があるときは、本使用許諾を解除することができます。

第6条（損害賠償）

お客様が、使用許諾の規定に違反した事に起因してアンリツが損害を被った場合、アンリツはお客様に対して当該の損害を請求することができるものとします。

第7条（解除後の義務）

お客様は、第5条により、本使用許諾が解除されたときはただちに本ソフトウェアの使用を中止し、アンリツの求めに応じ、本ソフトウェアおよびそれに関する複製物を含めアンリツに返却または廃棄するものとします。

第8条（協議）

本使用許諾の条項における個々の解釈について疑義が生じた場合、または本使用許諾に定めのない事項についてはお客様およびアンリツは誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

第9条（準拠法）

本使用許諾は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

本製品をリモート制御するための VISA ドライバのご利用について

本製品の Ethernet ポートを使用して、本製品をリモート制御する場合、制御用 PC などに VISA^{*1} ドライバをインストールする必要があります。VISA ドライバとして National InstrumentsTM社(以下 NITM社)の NI-VISATM^{*2} を推奨します。

NI-VISATM の利用には適切な NI-VISATM ライセンスが必要ですが、本製品をリモート制御する場合^{注記参照}は、NI-VISATMを無償で入手し、かつその許諾された範囲内で利用できます。

NI-VISATM は NITM社のウェブサイト(下記リンク)からダウンロードできます。

<http://sine.ni.com/psp/app/doc/p/id/psp-411>

その利用および許諾範囲に関しては NITM社の規約を順守してください。

本製品を廃棄もしくは第三者へ提供する場合、または NI-VISATMの利用を中止する場合、さらに本製品をレンタルでご利用いただく際にはレンタル期間が満了した場合、NI-VISATMをアンインストールしてください。

【注記】

NI-VISATM ドライバ自体は無料でウェブからダウンロードできますが、要件を満たしていない場合のみ、法的な理由で実装ライセンスが必要になります。(要件の詳細については NITM社の web ページをご確認ください。)

要件を省略しますと、NITM社のハードウェアやソフトウェアが使用されていない場合には NI-VISATM 実装ライセンスを購入する必要がありますが、本製品は NITM社製のハードウェア(GPIB ASIC)を内蔵しているため、NI-VISATMを無償で利用できます。

用語説明:

* 1: VISA: Virtual Instrument Software Architecture(仮想計測器ソフトウェアアーキテクチャ)の略で、GPIB、イーサネット、USBなどのインターフェースを使用して計測器をリモート制御するための I/O ソフトウェア仕様

* 2: NI-VISATM: NI-VISA は、ナショナルインストルメンツが開発し、VXIPlug&Play Allianceによって規格化された業界標準の I/O ソフトウェアインターフェース

商標:

- National InstrumentsTM, NITM, NI-VISATM は National Instruments Corporation の商標です。

国外持出しに関する注意

1. 本製品は日本国内仕様であり、外国の安全規格などに準拠していない場合もありますので、国外へ持ち出して使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。
2. 本製品および添付マニュアル類は、輸出および国外持ち出しの際には、「外国為替及び外国貿易法」により、日本国政府の輸出許可や役務取引許可を必要とする場合があります。また、米国の「輸出管理規則」により、日本からの再輸出には米国政府の再輸出許可を必要とする場合があります。
本製品や添付マニュアル類を輸出または国外持ち出しする場合は、事前に必ず当社の営業担当までご連絡ください。
輸出規制を受ける製品やマニュアル類を廃棄処分する場合は、軍事用途等に不正使用されないように、破碎または裁断処理していただきますようお願い致します。

商標・登録商標

IQproducer™はアンリツ株式会社の登録商標です。

寿命のある部品について

本製品には、動作回数または通電時間により決まった寿命がある部品を使用しています。長時間使用する場合は、これらの部品の寿命に注意してください。これらの部品は、保証期間内であっても寿命の場合は有償交換になります。

例：表示部のバックライト、内蔵ハードディスク、冷却ファン

計測器のウイルス感染を防ぐための注意

- ・ ファイルやデータのコピー
当社より提供する、もしくは計測器内部で生成されるもの以外、計測器にはファイルやデータをコピーしないでください。
前記のファイルやデータのコピーが必要な場合は、メディア(USB メモリ、CF メモリカードなど)も含めて事前にウイルスチェックを実施してください。
- ・ ソフトウェアの追加
当社が推奨または許諾するソフトウェア以外をダウンロードしたりインストールしないでください。
- ・ ネットワークへの接続
接続するネットワークは、ウイルス感染への対策を施したネットワークを使用してください。
- ・ マルウェア (悪意のあるソフトウェア) やウイルスからの保護
本器は Windows オペレーティングシステムを搭載しています。
本器をネットワークへ接続する場合は、以下のことを推奨します。
 - ・ファイアウォールを有効にする
 - ・Windows の重要な更新プログラムをインストールする
 - ・アンチウイルスソフトウェアを利用する

エコラベルについて




左のラベルは、当社の定める環境配慮基準を満たした製品に表示されるものです。

このラベルの詳細情報および本製品の環境配慮の内容は、インターネットのアンリツホームページ <https://www.anritsu.com/> をご覧ください。

はじめに

■取扱説明書の構成

MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザは、以下のように構成されています。



- シグナルアナライザ 取扱説明書 (本体 操作編) <本書>
- シグナルアナライザ 取扱説明書 (本体 リモート制御編)
本体の基本的な操作方法, 保守手順, 共通的な機能, 共通的なリモート制御などについて記述しています。
- シグナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操作編)
- シグナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 リモート制御編)
シグナルアナライザ機能の基本的な操作方法, 機能, リモート制御などについて記述しています。
- シグナルアナライザ 取扱説明書 (スペクトラムアナライザ機能 操作編)
- シグナルアナライザ 取扱説明書 (スペクトラムアナライザ機能 リモート制御編)
スペクトラムアナライザ機能の基本的な操作方法, 機能, リモート制御などについて記述しています。
- シグナルアナライザ 取扱説明書 (位相雑音測定機能 操作編)
- シグナルアナライザ 取扱説明書 (位相雑音測定機能 リモート制御編)
位相雑音測定機能の基本的な操作方法, 機能, リモート制御などについて記述しています。

 で表示されているものは、パネルキーを表します。

目次

安全にお使いいただくために	iii	1
はじめに	I	2
第 1 章 概要	1-1	3
1.1 製品概要.....	1-2	
1.2 製品構成.....	1-3	
1.3 規格.....	1-14	4
第 2 章 お使いになる前に	2-1	5
2.1 持ち運びについて.....	2-2	
2.2 設置場所について	2-4	
2.3 使用前の確認	2-5	
2.4 電源と接続する	2-9	6
第 3 章 共通操作	3-1	7
3.1 各部の名称	3-2	
3.2 電源の On/Off.....	3-10	
3.3 自動校正.....	3-12	
3.4 Configuration 設定	3-16	
3.5 アプリケーションの起動・終了・切り替え	3-33	
3.6 保存・呼び出し機能	3-41	
3.7 初期化	3-50	
3.8 インストールとアンインストール	3-52	付 録
第 4 章 チュートリアル	4-1	索 引
4.1 シグナルアナライザを使ったスペクトラムの解析	4-2	
4.2 スペクトラムアナライザを使ったスペクトラムの解析	4-6	

第 5 章 システム	5-1
5.1 Windows の設定.....	5-2
5.2 ストレージデバイスの構成	5-9
5.3 システムリカバリ機能.....	5-10
5.4 Windows のセキュリティ対策.....	5-13
第 6 章 性能試験	6-1
6.1 性能試験の概要.....	6-2
6.2 性能試験の項目	6-5
第 7 章 パワーメータ	7-1
7.1 Power Meter 機能	7-2
7.2 表示説明.....	7-3
7.3 ファンクションメニュー	7-5
7.4 初期化	7-14
7.5 ドライバインストール	7-15
第 8 章 保守	8-1
8.1 日常の手入れと保管	8-2
8.2 返却時の再梱と輸送	8-3
8.3 校正	8-4

付録 A 性能試験結果記入用紙	A-1	
	1	
付録 B パネル—キーボード対応表	B-1	
	2	
付録 C ウイルスチェック手順 (WES 2009)....	C-1	
	3	
付録 D ウイルスチェック手順 (WES 7)	D-1	
	4	
付録 E 初期値一覧	E-1	
	5	
索引	索引-1	
	6	
	7	
	8	
	付録	
	索引	

この章では、MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザの概要と製品構成について説明します。

1.1	製品概要.....	1-2
1.2	製品構成.....	1-3
1.2.1	標準構成	1-3
1.2.2	Setup サービス	1-4
1.2.3	オプション.....	1-5
1.2.4	応用部品	1-11
1.3	規格	1-14
1.3.1	本体(MS2690A/MS2691A)	1-14
1.3.2	本体(MS2692A)	1-29
1.3.3	プリアンプオプション(MS269xA-008/108).....	1-45
1.3.4	広帯域解析ハードウェアオプション (MS269xA-004/104)	1-48
1.3.5	ベースバンドインターフェースユニットオプション (MS269xA-040/140)	1-50
1.3.6	HDD デジタイジングインターフェースオプション (MS269xA-050/150)	1-51
1.3.7	マイクロ波プリセレクタバイパスオプション (MS2692A-067/167)	1-51
1.3.8	解析帯域幅拡張(MS269xA-077/177).....	1-52
1.3.9	解析帯域幅拡張(MS269xA-078/178).....	1-56

概要

1.1 製品概要

MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ(以下、本器)は、各種移動体通信用の無線機器の送信機特性を高速・高精度に、かつ容易に測定する装置です。

本器は、従来の掃引型スペクトラムアナライザの特徴であるフルスパンでの広範囲な解析をデジタル IF ブロックによって、高速かつ高精度な信号処理を可能とします。また、FFT 処理(高速フーリエ変換)により、従来の掃引型スペクトラムアナライザでは実現できなかった高速なスペクトラム解析や周波数軸・時間軸上での同時解析などを実現します。さらに、RF 入力信号をデジタルデータとして記録(デジタイズ機能)できます。これらの特徴により、研究・開発から製造までさまざまな用途で使用できます。

本器の特徴は以下のとおりです。

- ・ 広周波数帯域(6 GHz/13.5 GHz/26.5 GHz)
- ・ 広解析帯域幅(31.25 MHz/オプション搭載時は 62.5/125 MHz)
- ・ 高ダイナミックレンジ(180 dB)
- ・ フルスパンでの掃引が可能
- ・ デジタル IF による、高速かつ高精度な信号解析
- ・ 取り込んだデータを時間連続的に解析可能
- ・ 大容量の波形メモリを搭載
- ・ 高速なスペクトラム解析が可能
- ・ 豊富な測定機能

本器は National Instruments 社のハードウェア製品を搭載しているため、NI-VISA ライセンスが付属されており、本器の制御を目的として NI-VISA を使用することができます。

1.2 製品構成

1.2.1 標準構成

本器の標準構成は表 1.2.1-1～1.2.1-3 のとおりです。梱包を開いたらまず、記載した製品が揃っているかどうか確認してください。不足や破損しているものがある場合は、当社または当社代理店へご連絡ください。

表 1.2.1-1 標準構成(MS2690A)

項目	形名	品名	数量	備考
本体	MS2690A	シグナルアナライザ	1	—
付属品	J0017F	電源コード, 2.6 m	1	100 V 系, 3芯
	P0031A	USB メモリ	1	256 MB 以上
	Z0541A	USB マウス	1	—
	インストール CD-ROM			
	MX269000A	標準ソフトウェア	1	インストール済み
	—	取扱説明書	1式	—

表 1.2.1-2 標準構成(MS2691A)

項目	形名	品名	数量	備考
本体	MS2691A	シグナルアナライザ	1	—
付属品	J0017F	電源コード, 2.6 m	1	100 V 系, 3芯, 灰色
	P0031A	USB メモリ	1	256 MB 以上
	Z0541A	USB マウス	1	—
	インストール CD-ROM			
	MX269000A	標準ソフトウェア	1	インストール済み
	—	取扱説明書	1式	—

表 1.2.1-3 標準構成(MS2692A)

項目	形名・記号	品名	数量	備考
本体	MS2692A	シグナルアナライザ	1	—
付属品	J0017F	電源コード, 2.6 m	1	100 V 系, 3 芯, 灰色
	P0031A	USB メモリ	1	256 MB 以上
	Z0541A	USB マウス	1	—
	インストール CD-ROM			
	MX269000A	標準ソフトウェア	1	インストール済み
	—	取扱説明書	1 式	—

1.2.2 Setupサービス

本器の Setup サービスは表 1.2.2-1 のとおりです。これらは必須になります。

表 1.2.2-1 Setup サービス(MS2690A/MS2691A/MS2692A)

形名	品名	備考
Z0979A	設定代行オプション*	—

*: 設定代行オプションには以下の内容が含まれています。

- Window XP Professional の初期設定, アクティベーション
- ソフトウェアインストール

1.2.3 オプション

本器のオプションは表 1.2.3-1~1.2.3-4 のとおりです。これらはすべて別売りです。

注:

後付オプション追加作業の結果、ハードディスクに記録されたデータが消失する場合があります。当社ではお客様データの保証はいたしかねますので、事前にバックアップをお取りください。

表 1.2.3-1 出荷時・出荷後追加オプション(MS2690A)

オプション番号	品名	備考
MS2690A-001	ルビジュム基準発振器	エージングレート $\pm 1 \times 10^{-10}$ /月
MS2690A-101	ルビジュム基準発振器 後付	
MS2690A-004	広帯域解析ハードウェア	解析帯域幅を 125 MHz に拡張
MS2690A-104	広帯域解析ハードウェア 後付	
MS2690A-008	6GHz プリアンプ	100 kHz~6 GHz
MS2690A-108	6GHz プリアンプ 後付	
MS2690A-010	位相雑音測定機能	
MS2690A-110	位相雑音測定機能 後付	
MS2690A-017	雑音指数測定機能	
MS2690A-117	雑音指数測定機能 後付	
MS2690A-020	ベクトル信号発生器	125 MHz~6 GHz
MS2690A-120	ベクトル信号発生器 後付	
MS2690A-037	ルビジュム基準発振器	エージングレート $\pm 1 \times 10^{-10}$ /月
MS2690A-137	ルビジュム基準発振器 後付	
MS2690A-050	HDD デジタイジングインターフェース	外付け HDD に対応 MX269050A 拡張デジタイジングソフトウェア付属
MS2690A-150	HDD デジタイジングインターフェース 後付	
MS2690A-077	解析帯域幅拡張 62.5MHz	解析帯域幅を最大 62.5 MHz に拡張
MS2690A-177	解析帯域幅拡張 62.5MHz 後付	
MS2690A-078	解析帯域幅拡張 125MHz	解析帯域幅を最大 125 MHz に拡張
MS2690A-178	解析帯域幅拡張 125MHz 後付	
MS2690A-180	CPU/Windows7 アップグレード 後付	CPU とオペレーティングシステムを Windows 7 にアップグレード

表 1.2.3-2 出荷時・出荷後追加オプション(MS2691A)

オプション番号	品名	備考
MS2691A-001	ルビジュム基準発振器	エージングレート± 1×10^{-10} /月
MS2691A-101	ルビジュム基準発振器 後付	
MS2691A-003	プリセレクタ下限拡張(3 GHz)	プリセレクタ下限 3 GHz
MS2691A-103	プリセレクタ下限拡張(3 GHz) 後付	
MS2691A-004	広帯域解析ハードウェア	解析帯域幅を 125 MHz に拡張
MS2691A-104	広帯域解析ハードウェア 後付	
MS2691A-008	6GHz プリアンプ	100 kHz~6 GHz
MS2691A-108	6GHz プリアンプ 後付	
MS2691A-010	位相雑音測定機能	位相雑音測定機能 後付
MS2691A-110	位相雑音測定機能 後付	
MS2691A-017	雑音指数測定機能	雑音指数測定機能 後付
MS2691A-117	雑音指数測定機能 後付	
MS2691A-020	ベクトル信号発生器	125 MHz~6 GHz
MS2691A-120	ベクトル信号発生器 後付	
MS2691A-037	ルビジュム基準発振器	エージングレート± 1×10^{-10} /月
MS2691A-137	ルビジュム基準発振器 後付	
MS2691A-050	HDD デジタイジングインターフェース	外付け HDD に対応 MX269050A 拡張デジタイジングソフトウェア付属
MS2691A-150	HDD デジタイジングインターフェース 後付	
MS2691A-077	解析帯域幅拡張 62.5MHz	解析帯域幅を最大 62.5 MHz に拡張
MS2691A-177	解析帯域幅拡張 62.5MHz 後付	
MS2691A-078	解析帯域幅拡張 125MHz	解析帯域幅を最大 125 MHz に拡張
MS2691A-178	解析帯域幅拡張 125MHz 後付	
MS2691A-180	CPU/Windows7 アップグレード 後付	CPU とオペレーティングシステムを Windows 7 にアップグレード

表 1.2.3-3 出荷時・出荷後追加オプション(MS2692A)

オプション番号	品名	備考
MS2692A-001	ルビジュム基準発振器	エージングレート± 1×10^{-10} /月
MS2692A-101	ルビジュム基準発振器 後付	
MS2692A-003	プリセレクタ下限拡張(3 GHz)	プリセレクタ下限 3 GHz
MS2692A-103	プリセレクタ下限拡張(3 GHz) 後付	
MS2692A-004	広帯域解析ハードウェア	解析帯域幅を 125 MHz に拡張
MS2692A-104	広帯域解析ハードウェア 後付	
MS2692A-008	6GHz プリアンプ	100 kHz~6 GHz
MS2692A-108	6GHz プリアンプ 後付	
MS2692A-010	位相雑音測定機能	
MS2692A-110	位相雑音測定機能 後付	
MS2692A-017	雑音指数測定機能	
MS2692A-117	雑音指数測定機能 後付	
MS2692A-020	ベクトル信号発生器	125 MHz~6 GHz
MS2692A-120	ベクトル信号発生器 後付	
MS2692A-037	ルビジュム基準発振器	エージングレート± 1×10^{-10} /月
MS2692A-137	ルビジュム基準発振器 後付	
MS2692A-050	HDD デジタイジングインターフェース	外付け HDD に対応
MS2692A-150	HDD デジタイジングインターフェース 後付	MX269050A 拡張デジタイジングソフトウェア付属
MS2692A-067	マイクロ波プリセレクタバイパス	プリセレクタをバイパス可能とする
MS2692A-167	マイクロ波プリセレクタバイパス 後付	
MS2692A-077	解析帯域幅拡張 62.5MHz	解析帯域幅を最大 62.5 MHz に拡張
MS2692A-177	解析帯域幅拡張 62.5MHz 後付	
MS2692A-078	解析帯域幅拡張 125MHz	解析帯域幅を最大 125 MHz に拡張
MS2692A-178	解析帯域幅拡張 125MHz 後付	
MS2692A-180	CPU/Windows7 アップグレード 後付	CPU とオペレーティングシステムを Windows 7 にアップグレード

表 1.2.3-4 保証期間延長オプション(MS2690A/MS2691A/MS2692A)

オプション番号	品名	備考
MS2690A-ES210	2年保証サービス	—
MS2690A-ES310	3年保証サービス	—
MS2690A-ES510	5年保証サービス	—
MS2691A-ES210	2年保証サービス	—
MS2691A-ES310	3年保証サービス	—
MS2691A-ES510	5年保証サービス	—
MS2692A-ES210	2年保証サービス	—
MS2692A-ES310	3年保証サービス	—
MS2692A-ES510	5年保証サービス	—

本器のアプリケーションソフトウェアを表 1.2.3-5～1.2.3-6 に示します。

最新情報はアンリツホームページの MS2690A/MS2691A/MS2692A 紹介ページを参照、または、当社担当営業までお問い合わせください。

アプリケーションソフトウェアはすべて別売りです。

アンリツホームページ: <https://www.anritsu.com/>

表 1.2.3-5 アプリケーションソフトウェア

オプション番号	品名	備考
MX269010A	Mobile WiMAX 測定ソフトウェア	ライセンス、取扱説明書格納 CD-ROM
MX269011A	W-CDMA/HSPA Downlink 測定ソフトウェア	ライセンス、取扱説明書格納 CD-ROM
MX269012A	W-CDMA/HSPA Uplink 測定ソフトウェア	ライセンス、取扱説明書格納 CD-ROM
MX269013A	GSM/EDGE 測定ソフトウェア	ライセンス、取扱説明書格納 CD-ROM
MX269014A	ETC/DSRC 測定ソフトウェア	ライセンス、取扱説明書格納 CD-ROM
MX269015A	TD-SCDMA 測定ソフトウェア	ライセンス、取扱説明書格納 CD-ROM
MX269016A	XG-PHS 測定ソフトウェア	ライセンス、取扱説明書格納 CD-ROM
MX269017A	ベクトル変調解析ソフトウェア	ライセンス、取扱説明書格納 CD-ROM
MX269020A	LTE ダウンリンク測定ソフトウェア	ライセンス、取扱説明書格納 CD-ROM
MX269021A	LTE アップリンク測定ソフトウェア	ライセンス、取扱説明書格納 CD-ROM
MX269022A	LTE TDD ダウンリンク測定ソフトウェア	ライセンス、取扱説明書格納 CD-ROM
MX269023A	LTE TDD アップリンク測定ソフトウェア	ライセンス、取扱説明書格納 CD-ROM
MX269024A	CDMA2000 フォワードリンク測定ソフトウェア	ライセンス、取扱説明書格納 CD-ROM
MX269026A	EV-DO フォワードリンク測定ソフトウェア	ライセンス、取扱説明書格納 CD-ROM
MX269028A	WLAN(802.11)測定ソフトウェア	ライセンス、取扱説明書格納 CD-ROM
MX269030A	W-CDMA BS 測定ソフトウェア	ライセンス、取扱説明書格納 CD-ROM

表 1.2.3-5 アプリケーションソフトウェア(続き)

オプション番号	品名	備考
MX269036A	測定ソフトウェア for MediaFLO	ライセンス, 取扱説明書格納 CD-ROM
MX269037A	ISDB-Tmm 解析ソフトウェア	ライセンス, 取扱説明書格納 CD-ROM
MX269050A	拡張デジタイジングソフトウェア	ライセンス, 取扱説明書格納 CD-ROM
MX269074A	パワーアンプ測定ソフトウェア	ライセンス, 取扱説明書格納 CD-ROM

表 1.2.3-6 アプリケーションソフトウェア(IQproducer™)

オプション番号	品名	備考
MX269901A	HSDPA/HSUPA IQproducer™	ライセンス, 取扱説明書格納 CD-ROM
MX269902A	TDMA IQproducer™	ライセンス, 取扱説明書格納 CD-ROM
MX269904A	Multi-carrier IQproducer™	ライセンス, 取扱説明書格納 CD-ROM
MX269905A	Mobile WiMAX IQproducer™	ライセンス, 取扱説明書格納 CD-ROM
MX269908A	LTE IQproducer™	ライセンス, 取扱説明書格納 CD-ROM
MX269909A	XG-PHS IQproducer™	ライセンス, 取扱説明書格納 CD-ROM
MX269910A	LTE TDD IQproducer™	ライセンス, 取扱説明書格納 CD-ROM
MX269911A	WLAN IQproducer™	ライセンス, 取扱説明書格納 CD-ROM
MX269912A	TD-SCDMA IQproducer™	ライセンス, 取扱説明書格納 CD-ROM

1.2.4 応用部品

本器の応用部品は表 1.2.4-1 のとおりです。これらはすべて別売りです。

表 1.2.4-1 応用部品

形名	品名	備考
W2850AW	MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱説明書 (本体 操作編)	冊子
W2851AW	MS2690A/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書(本体 リモート制御編)	冊子
W2852AW	MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱説明書 (シグナルアナライザ機能 操作編)	冊子
W2853AW	MS2690A/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書(シグナルアナライザ機能 リモート制御編)	冊子
W2854AW	MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱説明書(スペクトラムアナライザ機能 操作編)	冊子
W2855AW	MS2690A/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書 (スペクトラムアナライザ機能 リモート制御編)	冊子
W3117AW	MS2690A/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書(位相雑音測定機能 操作編)	冊子
W3118AW	MS2690A/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ 取扱説明書(位相雑音測定機能 リモート制御編)	冊子
W2856AW	MS2690A/MS2691A/MS2692A オプション 020 ベクトル信号発生器 取扱説明書(操作編)	冊子
W2857AW	MS2690A/MS2691A/MS2692A オプション 020 ベクトル信号発生器 取扱説明書(リモート制御編)	冊子
W2914AW	MS2690A/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A シグナルアナライザ ベクトル信号発生器 取扱説明書(IQproducer™編)	冊子
W2929AW	MS2690A/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A シグナルアナライザ ベクトル信号発生器 取扱説明書 (標準波形パターン編)	冊子

表 1.2.4-1 応用部品(続き)

形名	品名	備考
K240B	パワー・デバイダ(Kコネクタ)	DC～26.5 GHz, 50 Ω K-J, 1Wmax
MA1612A	三信号特性測定用パッド	5 MHz～3 GHz, N-J
MP752A	無反射終端器	DC～12.4 GHz, 50 Ω N-P
MA24106A	USB パワーセンサ	50MHz～6GHz, USB/Mini B ケーブル付 (第7章 参照)
MA2512A	バンドパスフィルタ	W-CDMA 対応, 通過帯域:1.92～2.17 GHz
J0576B	同軸コード	長さ約 1 m (N-P・5D-2W・N-P)
J0576D	同軸コード	長さ約 2 m (N-P・5D-2W・N-P)
J0127A	同軸コード	長さ約 1 m (BNC-P・RG58A/U・BNC-P)
J0127B	同軸コード	長さ約 2 m (BNC-P・RG58A/U・BNC-P)
J0127C	同軸コード	長さ約 0.5 m (BNC-P・RG58A/U・BNC-P)
J0322A	同軸ケーブル	DC～18 GHz, 長さ約 0.5 m (SMA-P・50 Ω SUCAFLEX104・SMA-P)
J0322B	同軸ケーブル	DC～18 GHz, 長さ約 1 m (SMA-P・50 Ω SUCAFLEX104・SMA-P)
J0322C	同軸ケーブル	DC～18 GHz, 長さ約 1.5 m (SMA-P・50 Ω SUCAFLEX104・SMA-P)
J0322D	同軸ケーブル	DC～18 GHz, 長さ約 2 m (SMA-P・50 Ω SUCAFLEX104・SMA-P)
J1398A	N-SMA ADAPTOR	DC～26.5 GHz, 50 Ω N-P・SMA-J
J0911	同軸ケーブル, 1.0 M (40 GHz 用)	DC～40 GHz, 長さ約 1 m (SF102A, 11K254/11K254/1.0M)
J0912	同軸ケーブル, 0.5 M (40 GHz 用)	DC～40 GHz, 長さ約 0.5 m (SF102A, 11K254/11K254/0.5M)
41KC-3	固定減衰器, 3 dB	DC～40 GHz, 3 dB

表 1.2.4-1 応用部品(続き)

形名	品名	備考
J1261A	シールド付イーサネットケーブル	ストレートケーブル, 長さ約 1 m
J1261B	シールド付イーサネットケーブル	ストレートケーブル, 長さ約 3 m
J1261C	シールド付イーサネットケーブル	クロスケーブル, 長さ約 1 m
J1261D	シールド付イーサネットケーブル	クロスケーブル, 長さ約 3 m
J0008A	GPIB 接続ケーブル, 2.0 m	長さ約 2 m
J1373A	AUX 変換アダプタ	AUX→BNC ベクトル信号発生器オプション用
B0597A	ラックマウントキット	
B0589A	キャリングケース(ハードタイプ)	保護カバー, キャスター付
B0633A	キャリングケース(ソフトタイプ)	
Z0975A	キーボード(USB)	

1.3 規格

1.3.1 本体(MS2690A/MS2691A)

本器の規格は表 1.3.1-1～1.3.1-4 のとおりです。

規格は、一定の周囲温度でウォームアップ 30 分後の値です。また、Typ. 値は参考データであり、規格としては保証していません。シグナルアナライザ機能の規格は断り書きのある場合を除き中心周波数における値です。

Frequency Band Mode: Spurious は MS2691A-003/103 搭載時のみ設定可能です。

表 1.3.1-1 本体規格

項目	規格値		
周波数			
周波数範囲	50 Hz～6 GHz 50 Hz～13.5 GHz	(MS2690A) (MS2691A)	
周波数バンド構成	50 Hz～6.0 GHz 3～6.0 GHz MS2691A-003/103 搭載時 (MS2691A)	Band 0 1～L 1～ (MS2691A)	Mixer ハーモニック次数[N] 1 1
プリセレクタ範囲	Frequency Band Mode: Normal において 5.9～13.5 GHz Frequency Band Mode: Spurious において 3～13.5 GHz	(MS2691A)	
周波数設定	設定可能範囲 0 Hz～6 GHz 0 Hz～13.5 GHz 設定分解能 1 Hz	(MS2690A) (MS2691A)	
内部基準発振器	起動特性 23°C において、電源投入 24 時間後の周波数を基準として ±5×10 ⁻⁷ (電源投入 2 分後) ±5×10 ⁻⁸ (電源投入 5 分後) エージングレート ±1×10 ⁻⁷ /年 温度特性 ±2×10 ⁻⁸ (5～45°C) オプション 001/101 ルビジウム基準発振器 搭載時 起動特性 23°C において、電源投入 24 時間後の周波数を基準として ±1×10 ⁻⁹ (電源投入 7 分後) エージングレート ±1×10 ⁻¹⁰ /月 温度特性 ±1×10 ⁻⁹ (5～45°C)	±5×10 ⁻⁷ (電源投入 2 分後) ±5×10 ⁻⁸ (電源投入 5 分後) ±1×10 ⁻⁷ /年 ±2×10 ⁻⁸ (5～45°C) ±1×10 ⁻⁹ (電源投入 7 分後) ±1×10 ⁻¹⁰ /月 ±1×10 ⁻⁹ (5～45°C)	搭載時

表 1.3.1-1 本体規格(続き)

項目	規格値
内部基準発振器(続き)	
起動特性	オプション 037/137 ルビジウム基準発振器 搭載時 23°Cにおいて、電源投入 24 時間後の周波数を基準として $\pm 1 \times 10^{-9}$ (電源投入 15 分後)
エージングレート	$\pm 1 \times 10^{-10} / \text{月}$
温度特性	$\pm 1 \times 10^{-9}$ (5~45°C)
単側波帶雜音	18~28°C, 2 GHzにおいて (周波数 Offset) 100 kHz -116 dBc/Hz 1 MHz -137 dBc/Hz
振幅	
測定範囲	表示平均雜音レベル～+30 dBm
最大入力レベル	
連続波平均電力	+30 dBm(入力アッテネータ $\geq 10 \text{ dB}$)
直流電圧	0 Vdc
入力アッテネータ	0~60 dB, 2 dB steps
入力アッテネータ切換誤差	入力アッテネータ 10 dB を基準として Frequency Band Mode: Normalにおいて ≤6 GHz: $\pm 0.2 \text{ dB}$ (10~60 dB) >6 GHz: $\pm 0.75 \text{ dB}$ (10~60 dB) (MS2691A) Frequency Band Mode: Spuriousにおいて <3 GHz: $\pm 0.2 \text{ dB}$ (10~60 dB) (MS2691A) ≥3 GHz: $\pm 0.75 \text{ dB}$ (10~60 dB) (MS2691A)
基準レベル	
設定範囲	ログスケール: -120~+50 dBm, または等価レベル(シグナルアナライザモード) -130~+50 dBm, または等価レベル(スペクトラムアナライザモード) リニアスケール: 22.4 μV ~70.7 V, または等価レベル(シグナルアナライザモード) 70.7 nV~70.7 V, または等価レベル(スペクトラムアナライザモード) 設定分解能: 0.01 dB または等価レベル
単位	ログスケール: dBm, dB μ V, dBmV, dB μ V(emf), dB μ V/m, V, W リニアスケール: V
直線性誤差	ノイズフロアの影響を除く $\pm 0.07 \text{ dB}$ (ミキサ入力レベル $\leq -20 \text{ dBm}$) $\pm 0.10 \text{ dB}$ (ミキサ入力レベル $\leq -10 \text{ dBm}$) Frequency Band Mode: Normalにおいて ±0.15 dB(ミキサ入力レベル $\leq 0 \text{ dBm}$, 周波数 $\leq 6 \text{ GHz}$) ±0.50 dB(ミキサ入力レベル $\leq 0 \text{ dBm}$, 周波数 $> 6 \text{ GHz}$) Frequency Band Mode: Spuriousにおいて ±0.15 dB(ミキサ入力レベル $\leq 0 \text{ dBm}$, 周波数 $< 3 \text{ GHz}$) ±0.50 dB(ミキサ入力レベル $\leq 0 \text{ dBm}$, 周波数 $\geq 3 \text{ GHz}$)

表 1.3.1-1 本体規格(続き)

項目	規格値
RF 周波数特性	18~28°Cにおいて, CAL 実行後, 入力アッテネータ=10 dB ±0.35 dB (9 kHz≤周波数≤6 GHz, Frequency Band Mode: Normal) (9 kHz≤周波数<3 GHz, Frequency Band Mode: Spurious) 18~28°Cにおいて, CAL 実行後, 入力アッテネータ=10 dB, プリセレクタ チューニング後(MS2691A) ±1.50 dB (6 GHz<周波数≤13.5 GHz, Frequency Band Mode: Normal) (3 GHz≤周波数≤13.5 GHz, Frequency Band Mode: Spurious)
1 dB 利得圧縮	ミキサ入力レベルにおいて ≥+3 dBm (100 MHz≤周波数<400 MHz) ≥+7 dBm (400 MHz≤周波数≤6 GHz, Frequency Band Mode: Normal) (400 MHz≤周波数<3 GHz, Frequency Band Mode: Spurious) ≥+3 dBm (MS2691A) (3 GHz≤周波数≤6 GHz, Frequency Band Mode: Spurious) ≥+3 dBm (MS2691A) (6 GHz<周波数≤13.5 GHz)
スプリアス応答	
2 次高調波歪み	ミキサ入力レベル=-30 dBmにおいて 高調波[dBc] SHI[dBm] ≤-60 ≥+30 (10 MHz≤入力周波数≤400 MHz) ≤-75 ≥+45 (0.4 GHz<入力周波数≤0.8 GHz) ≤-75 ≥+45 (0.8 GHz<入力周波数≤1 GHz) ≤-75 ≥+45 (1 GHz<入力周波数≤3 GHz) ミキサ入力レベル=-10 dBmにおいて(MS2691A) 高調波[dBc] SHI[dBm] ≤-90 ≥+80 (3 GHz<入力周波数, Frequency Band Mode: Normal) ≤-90 ≥+80 (1.5 GHz≤入力周波数, Frequency Band Mode: Spurious)
残留レスポンス	周波数≥1 MHz, 入力アッテネータ=0 dB, 50 Ω終端にて (シグナルアナライザの場合は, 帯域幅>31.25 MHz 設定を除く) ≤-100 dBm
コネクタ	
RF 入力	正面パネル, N-J, 50 Ω VSWR: 18~28°Cにおいて, 入力アッテネータ ≥10 dB ≤1.2(公称値) (40 MHz≤周波数≤3 GHz) ≤1.5(公称値) (3 GHz<周波数≤6 GHz) ≤2.0(公称値) (6 GHz<周波数≤13.5 GHz) (MS2691A)

表 1.3.1-1 本体規格(続き)

項目	規格値
IF Output	<p>コネクタ 背面パネル, BNC-J, $50\ \Omega$(公称値)</p> <p>周波数 875 MHz(シグナルアナライザ, MS269xA-004/104/077/177/078/178 未搭載, または帯域幅\leq31.25 MHz 設定時)</p> <p>900 MHz(シグナルアナライザ, MS269xA-004/104/077/177/078/178 搭載し, 帯域幅$>$31.25 MHz 設定時)</p> <p>874.988 MHz(スペクトラムアナライザ)</p> <p>ゲイン RF 入力レベル基準, RF 周波数 1 GHz, 入力アンテナ 0 dB において 0 dB(公称値)</p> <p>IF 帯域幅 120 MHz(公称値)</p>
外部基準入力	<p>コネクタ 背面パネル, BNC-J, $50\ \Omega$(公称値)</p> <p>周波数 10 MHz または 13 MHz</p> <p>動作範囲 $\pm 1\ ppm$</p> <p>入力レベル $-15\ dBm \leq$ レベル $\leq +20\ dBm$, $50\ \Omega$(AC 結合)</p>
基準信号出力	<p>コネクタ 背面パネル, BNC-J, $50\ \Omega$(公称値)</p> <p>周波数 10 MHz</p> <p>出力レベル $\geq 0\ dBm$(AC 結合)</p>
Sweep Status Output	<p>コネクタ 背面パネル, BNC-J</p> <p>出力レベル TTL Level(掃引時または波形取得時に High Level)</p>
Trigger Input	<p>コネクタ 背面パネル, BNC-J</p> <p>入力レベル TTL Level</p>
外部制御	外部コントローラからの制御(電源を除く)
Ethernet (10/100/1000Base-T)	<p>コネクタ 背面パネル, RJ-45</p>
GPIB	<p>コネクタ IEEE488.2 対応 背面パネル, IEEE488 バスコネクタ</p> <p>インターフェースファンクション SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT0, C0, E2</p>
USB (B)	<p>コネクタ USB2.0 対応 背面パネル, USB-B Connector</p>

表 1.3.1-1 本体規格(続き)

項目	規格値
USB コネクタ	USB パワーセンサーの接続、および USB メモリを使用してのファイル(パラメータ、波形、画面ハードコピーなど)の保存、読み出しが可能 USB2.0 対応 USB-A Connector(正面パネルに 2 port、背面パネルに 2 port)
Monitor Output コネクタ	背面パネル、VGA 互換、ミニ D-SUB 15 pin
Aux コネクタ	オプション 020/120 のトリガ入出力などに使用 背面パネル、68 pin(DX10BM-68S 相当品)
表示器	XGA カラーLCD(解像度 1024×768) 8.4 型(対角 213 mm)
一般仕様	
寸法・質量 寸法 質量	340 mm(w) × 200 mm(h) × 350 mm(d)(突起物は除く) ≤13.5 kg(オプションを除く)
電源 電圧 周波数 消費電力	定格電圧: AC 100~120 V または 200~240 V 50 Hz~60 Hz ≤260 VA(オプションを除く) ≤440 VA(全オプションを含む、最大値)
温度 動作温度範囲 保管温度範囲	5~45°C -20~+60°C
環境性能	
伝導妨害	EN 61326-1 (Class A)適合
放射妨害	EN 61326-1 (Class A)適合
高調波電流エミッション	EN 61000-3-2 (Class A equipment)適合
静電気放電	EN 61326-1 (Table 2)適合
電磁界イミュニティ	EN 61326-1 (Table 2)適合
ファーストランジエント/バースト	EN 61326-1 (Table 2)適合
サージ	EN 61326-1 (Table 2)適合
伝導 RF	EN 61326-1 (Table 2)適合
電源周波数磁界	EN 61326-1 (Table 2)適合
電圧低下/瞬断	EN 61326-1 (Table 2)適合

MS269xA-004/104 が搭載されている場合、「表 1.3.4-1 広帯域解析ハードウェアオプション規格」も参照してください。

表 1.3.1-2 シグナルアナライザ機能規格

項目	規格値
共通	
Trace mode	Spectrum, Power vs Time, Frequency vs Time, CCDF, Spectrogram, No Trace
帯域幅 範囲	中心周波数からの取得解析帯域幅を指定する 1 kHz～25 MHz(1-2-5 シーケンス), 31.25 MHz
サンプリングレート 範囲	解析帯域幅に依存して自動設定される 2 kHz～50 MHz(1-2-5 シーケンス)
取得時間(Capture Time) Capture Time Length	取得時間長を設定 最小取得時間長:2 μs～50 ms (解析帯域幅に応じて決定) 最大取得時間長:2 s～2000 s (解析帯域幅に応じて決定)
設定モード	Auto, Manual
トリガ トリガモード	Free Run (Trig Off), Video, Wide IF Video, External (TTL) SG Marker(オプション 020/120 搭載時), BBIF(オプション 040/140 搭載時)
ADC 分解能	16bits MS269xA-004/104/077/177/078/178 未搭載, または帯域幅≤31.25 MHz
Spectrum 表示機能	
機能概要	取得した波形データ内での任意の時間長および周波数範囲のスペクトラムを表示する。
解析時間範囲 Analysis Start Time	波形データの先頭からの解析開始時刻位置を設定
Analysis Time Length	解析時間長を設定
設定モード	Auto, Manual
周波数	中心周波数, SPAN を波形データ内での周波数範囲で設定可能
表示周波数確度	$\pm(\text{表示周波数} \times \text{基準周波数確度} + \text{SPAN} \times \text{基準周波数確度} + \text{RBW} \times 0.05 + 2 \times N + \text{SPAN}) \text{周波数}/(\text{トレースポイント数}-1) \text{ Hz}$ N:ミクシング次数
分解能帯域幅(RBW) 設定範囲	1 Hz～1 MHz(1-3 シーケンス)
選択度	(-60 dB/-3 dB) 4.5:1, 公称値

表 1.3.1-2 シグナルアナライザ機能規格(続き)

項目	規格値
絶対振幅確度	18~28°Cにおいて、CAL 実行後、入力アンテナ ≥ 10 dB、ミキサ入力レベル ≤ 0 dBm、RBW=Auto、Time Detection=Average、Marker Result = Integration または Peak(Accuracy)、中心周波数、CWにおいてノイズフロアの影響を除く ± 0.5 dB (50 Hz \leq 周波数 \leq 6 GHz, Frequency Band Mode:Normal) (50 Hz \leq 周波数 $<$ 3 GHz, Frequency Band Mode:Spurious) プリセレクタチューニング実行後(MS2691A) ± 1.8 dB (6 GHz $<$ 周波数 \leq 13.5 GHz, Frequency Band Mode:Normal) (3 GHz \leq 周波数 \leq 13.5 GHz, Frequency Band Mode:Spurious) 絶対振幅確度は RF 周波数特性、直線性誤差、入力アンテナ切換誤差の 2 乗平方和(RSS)誤差から求める
帯域内周波数特性	MS269xA-004/104/077/177/078/178 未搭載または帯域幅 \leq 31.25 MHz 設定時、中心周波数でのレベルを基準として、中心周波数 ± 10 MHz において ± 0.31 dB (30 MHz \leq 周波数 \leq 6 GHz), Frequency Band Mode:Normal (30 MHz \leq 周波数 \leq 3 GHz, Frequency Band Mode:Spurious)
表示平均雑音レベル	18~28°Cにおいて、入力アンテナ 0 dB 100 kHz -132.5[dBm/Hz] 1 MHz -142.5[dBm/Hz] 30 MHz \leq 周波数 $<$ 2.4 GHz -152.5[dBm/Hz] 2.4 GHz \leq 周波数 $<$ 3 GHz -150.5[dBm/Hz] Frequency Band Mode: Normal において 3 GHz \leq 周波数 $<$ 4 GHz -150.5[dBm/Hz] 4 GHz \leq 周波数 $<$ 5 GHz -149.5[dBm/Hz] 5 GHz \leq 周波数 $<$ 6 GHz -149.5[dBm/Hz] 6 GHz \leq 周波数 $<$ 10 GHz -148.5[dBm/Hz] (MS2691A) 10 GHz \leq 周波数 \leq 13.5 GHz -147.5[dBm/Hz] (MS2691A)
隣接チャネル漏洩電力(ACP)	Reference: Span Total, Carrier Total, Both Sides of Carriers、または Carrier Select 隣接チャネル指定:3 チャネル \times 2
Channel Power 絶対値測定	dBm, dBm/Hz
占有帯域幅(OBW)	N% of Power 法, X dB Down 法

表 1.3.1-2 シグナルアナライザ機能規格(続き)

項目	規格値
Power vs Time 表示機能	
機能概要	取得した波形データの Power の時間変化を表示
解析時間範囲	
Analysis Start Time	波形データの先頭からの解析開始時刻位置を設定
Analysis Time Length	解析時間長を設定
設定モード	Auto, Manual
分解能帯域幅	
フィルタタイプ	Rect, Gaussian, Nyquist, Root Nyquist, Off(デフォルト Off)
ロールオフ率設定	0.01～1(Nyquist, Root Nyquist)に対して設定可能
フィルタ周波数オフセット	波形データの周波数帯域内でフィルタの中心周波数を設定可能
Peak to Peak 測定	AM Depth またはマーカ機能で測定 +Peak, -Peak, (P-P)/2, Average
Burst Average Power	バースト信号の平均電力を測定
Frequency vs Time 表示機能	
機能概要	取得した波形データから、入力信号の周波数時間変動を表示
解析時間範囲	
Analysis Start Time	波形データの先頭からの解析開始時刻位置を設定
Analysis Time Length	解析時間長を設定
設定モード	Auto, Manual
動作レベル範囲	-17～+30 dBm(入力アッテネータ ≥ 10 dB)
周波数(縦軸)	
表示周波数範囲	中心周波数, SPAN を波形データ内での周波数範囲で設定可能
入力周波数範囲	解析帯域幅の 1/25, 1/10, 1/5, 1/2 を選択可能
入力周波数範囲	10 MHz～6 GHz
表示周波数確度	
CW 入力時	入力レベル-17～+30 dBm, SPAN ≤ 31.25 MHz, スケール=SPAN/25において ±(基準発振器確度×中心周波数+表示周波数範囲×0.01) Hz
Peak to Peak 測定	FM Deviation またはマーカ機能で測定 +Peak, -Peak, (P-P)/2, Average

表 1.3.1-2 シグナルアナライザ機能規格(続き)

項目	規格値
Phase vs Time 表示機能	
機能概要	取得した波形データから、入力信号の位相時間変動を表示
解析時間範囲	
Analysis Start Time	波形データの先頭からの解析開始時刻位置を設定
Analysis Time Length	解析時間長を設定
設定モード	Auto, Manual
位相(縦軸)	
表示モード	Wrap, Unwrap を選択可能
表示位相範囲	0.01 deg./div ~ 200G deg./div で設定可能
オフセット	-100M ~ 100M deg.

表 1.3.1-2 シグナルアナライザ機能規格(続き)

項目	規格値
CCDF 表示機能	
機能概要	一定時間取得した波形データの CCDF および APD を表示
解析時間範囲	
Analysis Start Time	波形データの先頭からの解析開始時刻位置を設定
Analysis Time Length	解析時間長を設定
設定モード	Auto, Manual
表示	
ヒストグラム分解能	CCDF または APD をグラフ表示 0.01 dB
数値表示	Average Power, Max Power, Crest Factor
分解能帯域幅	
フィルタタイプ	Rectangle, Off(デフォルト Off)
フィルタ周波数オフセット	波形データの周波数帯域内でフィルタの中心周波数を設定可能
Spectrogram 表示機能	
機能概要	取得した波形データ内での任意の時間長のスペクトログラムを表示する。
解析時間範囲	
Analysis Start Time	波形データの先頭からの解析開始時刻位置を設定
Analysis Time Length	解析時間長を設定
設定モード	Auto, Manual
周波数	中心周波数, SPAN を波形データ内での周波数範囲で設定可能
分解能帯域幅(RBW)	
設定範囲	1 Hz～1 MHz(1-3 シーケンス)
選択度	(-60 dB/-3 dB) 4.5:1, 公称値
デジタイズ機能	
機能概要	取得した波形データを、内蔵ハードディスクまたは外部に出力可能
波形データ	
フォーマット	I, Q(各 32 bit Float Binary 形式)
レベル	0 dBm 入力を $\sqrt{I^2 + Q^2} = 1$ とする
レベル確度:	シグナルアナライザの絶対振幅確度と同一
外部出力	外部 PC に Ethernet 経由で出力可能

表 1.3.1-2 シグナルアナライザ機能規格(続き)

項目	規格値																																												
リプレイ機能																																													
機能概要	保存された波形データから各トレースの解析を行う。																																												
波形データフォーマット	I, Q (Binary 形式)																																												
測定可能な波形データの条件	<p>解析可能となる SPAN とサンプリングレートの組み合わせ</p> <table> <tbody> <tr> <td>SPAN</td> <td>サンプリングレート</td> </tr> <tr> <td>1 kHz</td> <td>2 kHz</td> </tr> <tr> <td>2.5 kHz</td> <td>5 kHz</td> </tr> <tr> <td>5 kHz</td> <td>10 kHz</td> </tr> <tr> <td>10 kHz</td> <td>20 kHz</td> </tr> <tr> <td>25 kHz</td> <td>50 kHz</td> </tr> <tr> <td>50 kHz</td> <td>100 kHz</td> </tr> <tr> <td>100 kHz</td> <td>200 kHz</td> </tr> <tr> <td>250 kHz</td> <td>500 kHz</td> </tr> <tr> <td>500 kHz</td> <td>1 MHz</td> </tr> <tr> <td>1 MHz</td> <td>2 MHz</td> </tr> <tr> <td>2.5 MHz</td> <td>5 MHz</td> </tr> <tr> <td>5 MHz</td> <td>10 MHz</td> </tr> <tr> <td>10 MHz</td> <td>20 MHz</td> </tr> <tr> <td>18.6 MHz</td> <td>20 MHz</td> </tr> <tr> <td>20 MHz</td> <td>25 MHz</td> </tr> <tr> <td>25 MHz</td> <td>50 MHz</td> </tr> <tr> <td>31.25 MHz</td> <td>50 MHz</td> </tr> <tr> <td>50 MHz</td> <td>100 MHz</td> </tr> <tr> <td>62.5 MHz</td> <td>100 MHz</td> </tr> <tr> <td>100 MHz</td> <td>200 MHz</td> </tr> <tr> <td>125 MHz</td> <td>200 MHz</td> </tr> </tbody> </table>	SPAN	サンプリングレート	1 kHz	2 kHz	2.5 kHz	5 kHz	5 kHz	10 kHz	10 kHz	20 kHz	25 kHz	50 kHz	50 kHz	100 kHz	100 kHz	200 kHz	250 kHz	500 kHz	500 kHz	1 MHz	1 MHz	2 MHz	2.5 MHz	5 MHz	5 MHz	10 MHz	10 MHz	20 MHz	18.6 MHz	20 MHz	20 MHz	25 MHz	25 MHz	50 MHz	31.25 MHz	50 MHz	50 MHz	100 MHz	62.5 MHz	100 MHz	100 MHz	200 MHz	125 MHz	200 MHz
SPAN	サンプリングレート																																												
1 kHz	2 kHz																																												
2.5 kHz	5 kHz																																												
5 kHz	10 kHz																																												
10 kHz	20 kHz																																												
25 kHz	50 kHz																																												
50 kHz	100 kHz																																												
100 kHz	200 kHz																																												
250 kHz	500 kHz																																												
500 kHz	1 MHz																																												
1 MHz	2 MHz																																												
2.5 MHz	5 MHz																																												
5 MHz	10 MHz																																												
10 MHz	20 MHz																																												
18.6 MHz	20 MHz																																												
20 MHz	25 MHz																																												
25 MHz	50 MHz																																												
31.25 MHz	50 MHz																																												
50 MHz	100 MHz																																												
62.5 MHz	100 MHz																																												
100 MHz	200 MHz																																												
125 MHz	200 MHz																																												

表 1.3.1-2 シグナルアナライザ機能規格(続き)

項目	規格値	
測定可能な波形データの条件		SPAN と最小の Capture Sample の組み合わせ
SPAN	最小 Capture Sample	
1 kHz	74000	(37 s)
2.5 kHz	160000	(32 s)
5 kHz	310000	(31 s)
10 kHz	610000	(30.5 s)
25 kHz	730000	(14.6 s)
50 kHz	730000	(7.3 s)
100 kHz	730000	(3.65 s)
250 kHz	730000	(1.46 s)
500 kHz	730000	(730 ms)
1 MHz	730000	(365 ms)
2.5 MHz	730000	(146 ms)
5 MHz	730000	(73 ms)
10 MHz	730000	(36.5 ms)
18.6 MHz	730000	(36.5 ms)
20 MHz	730000	(29.2 ms)
25 MHz	730000	(14.6 ms)
31.25 MHz	730000	(14.6 ms)
50 MHz	730000	(7.3 ms)
62.5 MHz	730000	(7.3 ms)
100 MHz	730000	(3.65 ms)
125 MHz	730000	(3.65 ms)

表 1.3.1-3 スペクトラムアナライザ機能規格

項目	規格値																				
周波数																					
SPAN	<p>範囲 0 Hz, 300 Hz～6 GHz(MS2690A) 0 Hz, 300 Hz～13.5 GHz(MS2691A)</p> <p>分解能 2 Hz</p> <p>SPAN 確度 ±0.2%</p>																				
表示周波数確度	±(表示周波数×基準周波数確度+SPAN 周波数×SPAN 確度+RBW×0.05+2×N+SPAN 周波数/(トレースポイント数-1))Hz N は、Mixer ハーモニック次数																				
分解能帯域幅(RBW)	<p>設定範囲 30 Hz～3 MHz(1・3 シーケンス), 50 kHz, 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 31.25 MHz 31.25 MHz は、SPAN=0 Hz 時のみ設定可</p> <p>選択度 (-60 dB/-3 dB) 4.5:1(公称値, 30 Hz～10 MHz 設定時)</p>																				
ビデオ帯域幅(VBW)	<p>設定範囲 1 Hz～10 MHz(1・3 シーケンス), 5 kHz, オフ</p> <p>VBW モード Video Average/Power Average</p>																				
振幅																					
表示平均雑音レベル	<p>18～28°Cにおいて, Detector=Sample, VBW=1 Hz(Video Average), 入力アッテネータ 0 dB</p> <table> <tbody> <tr> <td>100 kHz</td> <td>-135[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>1 MHz</td> <td>-145[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>30 MHz≤周波数<2.4 GHz</td> <td>-155[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>2.4 GHz≤周波数<3 GHz</td> <td>-153[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Frequency Band Mode:Normalにおいて</td></tr> <tr> <td>3 GHz≤周波数<4 GHz</td> <td>-153[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>4 GHz≤周波数<5 GHz</td> <td>-152[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>5 GHz≤周波数<6 GHz</td> <td>-152[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>6 GHz≤周波数<10 GHz</td> <td>-151[dBm/Hz] (MS2691A)</td> </tr> <tr> <td>10 GHz≤周波数≤13.5 GHz</td> <td>-150[dBm/Hz] (MS2691A)</td> </tr> </tbody> </table>	100 kHz	-135[dBm/Hz]	1 MHz	-145[dBm/Hz]	30 MHz≤周波数<2.4 GHz	-155[dBm/Hz]	2.4 GHz≤周波数<3 GHz	-153[dBm/Hz]	Frequency Band Mode:Normalにおいて		3 GHz≤周波数<4 GHz	-153[dBm/Hz]	4 GHz≤周波数<5 GHz	-152[dBm/Hz]	5 GHz≤周波数<6 GHz	-152[dBm/Hz]	6 GHz≤周波数<10 GHz	-151[dBm/Hz] (MS2691A)	10 GHz≤周波数≤13.5 GHz	-150[dBm/Hz] (MS2691A)
100 kHz	-135[dBm/Hz]																				
1 MHz	-145[dBm/Hz]																				
30 MHz≤周波数<2.4 GHz	-155[dBm/Hz]																				
2.4 GHz≤周波数<3 GHz	-153[dBm/Hz]																				
Frequency Band Mode:Normalにおいて																					
3 GHz≤周波数<4 GHz	-153[dBm/Hz]																				
4 GHz≤周波数<5 GHz	-152[dBm/Hz]																				
5 GHz≤周波数<6 GHz	-152[dBm/Hz]																				
6 GHz≤周波数<10 GHz	-151[dBm/Hz] (MS2691A)																				
10 GHz≤周波数≤13.5 GHz	-150[dBm/Hz] (MS2691A)																				
絶対振幅確度	<p>18～28°Cにおいて, CAL 実行後, 入力アッテネータ≥10 dB, ミキサ入力レベル≤0 dBm, Auto Sweep Time Select=Normal, RBW≤1 MHz, Detection=Positive, CWにおいてノイズプロアの影響を除く</p> <p>±0.5 dB (50 Hz≤周波数≤6 GHz, Frequency Band Mode:Normal) (50 Hz≤周波数<3 GHz, Frequency Band Mode:Spurious)</p> <p>プリセレクタチューニング実行後 (MS2691A)</p> <p>±1.8 dB (6 GHz<周波数≤13.5 GHz, Frequency Band Mode:Normal) (3 GHz≤周波数≤13.5 GHz, Frequency Band Mode:Spurious)</p> <p>絶対振幅確度は RF 周波数特性, 直線性誤差, 入力アッテネータ切換誤差の 2 乗平方和(RSS)誤差から求める</p>																				

表 1.3.1-3 スペクトラムアナライザ機能規格(続き)

項目	規格値
スプリアス応答	
2 信号 3 次歪み	18~28°Cにおいて、ミキサ入力レベル=−15 dBm(1 波あたり), $\geq 300 \text{ kHz separation}$ $\leq -60 \text{ dBc} (\text{TOI}=+15 \text{ dBm})$ $(30 \text{ MHz} \leq \text{周波数} < 400 \text{ MHz})$ $\leq -66 \text{ dBc} (\text{TOI}=+18 \text{ dBm})$ $(400 \text{ MHz} \leq \text{周波数} < 700 \text{ MHz})$ $\leq -74 \text{ dBc} (\text{TOI}=+22 \text{ dBm})$ $(700 \text{ MHz} \leq \text{周波数} < 4 \text{ GHz}, \text{Frequency Band Mode:Normal})$ $(700 \text{ MHz} \leq \text{周波数} < 3 \text{ GHz}, \text{Frequency Band Mode:Spurious})$ $\leq -66 \text{ dBc} (\text{TOI}=+18 \text{ dBm})$ $(4 \text{ GHz} \leq \text{周波数} \leq 6 \text{ GHz}, \text{Frequency Band Mode:Normal})$ $\leq -45 \text{ dBc} (\text{TOI}=+7.5 \text{ dBm})$ $(6 \text{ GHz} < \text{周波数} \leq 13.5 \text{ GHz}, \text{Frequency Band Mode:Normal})$ $(3 \text{ GHz} \leq \text{周波数} \leq 13.5 \text{ GHz}, \text{Frequency Band Mode:Spurious})$
イメージレスポンス	$\leq -70 \text{ dBc}$
掃引	
掃引モード	Single, Continuous
掃引時間 設定範囲	2 ms~1000 s (SPAN $\geq 300 \text{ Hz}$) 1 μs ~1000 s (SPAN=0 Hz)
検波モード	Pos&Neg, Positive Peak, Sample, Negative Peak, RMS
データポイント数	SPAN $> 500 \text{ MHz}$ 時 1001~30001 100 MHz $<$ SPAN $\leq 500 \text{ MHz}$ 時 101~30001 300 Hz \leq SPAN $\leq 100 \text{ MHz}$ かつ Sweep Time $> 10 \text{ s}$ 時 101~30001 300 Hz \leq SPAN $\leq 100 \text{ MHz}$ かつ Sweep Time $\leq 10 \text{ s}$ 時 11~30001 Span=0 Hz かつ Sweep Time $> 10 \text{ s}$ 時 101~30001 Span=0 Hz かつ Sweep Time $\leq 10 \text{ s}$ 時 11~30001 設定分解能: 1 ポイント
スケール Log 表示(10 div/12 div) Lin 表示(10 div)	20~0.1 dB/div, 1-2-5 シーケンス 1~10%/div, 1-2-5 シーケンス

表 1.3.1-3 スペクトラムアナライザ機能規格(続き)

項目	規格値
トリガ機能 トリガモード	Free Run(Trig Off), Video, Wide IF, External(TTL) SG Marker(オプション 020/120 搭載時), BBIF(オプション 040/140 搭載時)
ゲート機能 ゲートモード	Off, Wide IF, External, SG Marker(オプション 020/120 搭載時), BBIF(オプション 040/140 搭載時)
測定機能	
隣接チャネル漏洩電力 (ACP)	Reference : Span Total, Carrier Total, Both Sides of Carriers, または Carrier Select 隣接チャネル指定: 3 チャネル×2 (Normal Mode) 8 チャネル×2 (Advanced Mode)
バーストアベレージ	タイムドメインにおいて、指定期間の平均電力を表示する
Channel Power 絶対値測定	dBm, dBm/Hz
占有帯域幅(OBW)	N% of Power 法, X dB Down 法
スペクトラムエミッションマスク (SEM)	Peak/Margin 測定: Peak/Margin 測定にて Pass/Fail を判定する
スプリアスエミッション	Worst/Peaks 測定: Worst/Peaks 測定にて Pass/Fail を判定する
2 信号 3 次歪み	2 トーンから IM3, TOI を測定する
周波数カウンタ	中心周波数=1 GHz, SPAN \leq 1 MHz, RBW = 1 kHz, S/N \geq 50 dB, Gate Time \geq 100 ms にて, \pm (マーカ周波数×基準周波数確度 + (0.01/Gate Time[s]) Hz)

表 1.3.1-4 位相雑音測定機能規格

項目	規格値
周波数	
キャリア周波数範囲	10 MHz~6 GHz (MS2690A) 10 MHz~13.5 GHz (MS2691A)
オフセット周波数範囲	10 Hz~10 MHz
Marker Mode	Normal, Integral Noise, RMS Noise, Jitter, Residual FM, Off

1.3.2 本体(MS2692A)

本器の規格は表 1.3.2-1~1.3.2-4 のとおりです。

規格は、一定の周囲温度でウォームアップ 30 分後の値です。また、Typ. 値は参考データであり、規格としては保証していません。シグナルアナライザ機能の規格は断り書きのある場合を除き中心周波数における値です。

Frequency Band Mode: Spurious は MS2692A-003/103 搭載時のみ設定可能です。

表 1.3.2-1 本体規格

項目	規格値				
周波数					
周波数範囲	50 Hz~26.5 GHz				
周波数バンド構成 MS2692A-003/103 搭載時	Band	Mixer ハーモニック次数[N]			
	50 Hz~6.0 GHz	0	1		
	3~6.0 GHz	1-L	1		
	5.9~8.0 GHz	1-	1		
	7.9~13.5 GHz	1+	1		
	13.4~20.0 GHz	2-	2		
19.9~26.5 GHz	2+	2			
プリセレクタ範囲	Frequency Band Mode: Normal において 5.9~26.5 GHz				
	Frequency Band Mode: Spurious において 3~26.5 GHz				
周波数設定 設定可能範囲	0 Hz~26.5 GHz				
	設定分解能 1 Hz				
内部基準発振器 起動特性 エージングレート 温度特性 起動特性 エージングレート 温度特性	23°C において、電源投入 24 時間後の周波数を基準として $\pm 5 \times 10^{-7}$ (電源投入 2 分後) $\pm 5 \times 10^{-8}$ (電源投入 5 分後)				
	$\pm 1 \times 10^{-7}$ /年				
	$\pm 2 \times 10^{-8}$ (5~45°C)				
	オプション 001/101 ルビジウム基準発振器 搭載時				
	23°C において、電源投入 24 時間後の周波数を基準として $\pm 1 \times 10^{-9}$ (電源投入 7 分後)				
	$\pm 1 \times 10^{-10}$ /月				
	$\pm 1 \times 10^{-9}$ (5~45°C)				

表 1.3.2-1 本体規格(続き)

項目	規格値
内部基準発振器(続き)	<p>オプション 037/137 ルビジウム基準発振器 搭載時 起動特性 23°Cにおいて、電源投入 24 時間後の周波数を基準として $\pm 1 \times 10^{-9}$(電源投入 15 分後)</p> <p>エージングレート $\pm 1 \times 10^{-10} / \text{月}$</p> <p>温度特性 $\pm 1 \times 10^{-9} (5 \sim 45^\circ\text{C})$</p>
単側波帯雑音	<p>18~28°C, 2 GHzにおいて (周波数 Offset) 100 kHz -116 dBc/Hz 1 MHz -137 dBc/Hz</p>
振幅	
測定範囲	表示平均雑音レベル～+30 dBm
最大入力レベル	
連続波平均電力	+30 dBm (入力アッテネータ $\geq 10 \text{ dB}$)
直流電圧	0 Vdc
入力アッテネータ	0~60 dB, 2 dB steps
入力アッテネータ切換誤差	<p>入力アッテネータ 10 dB を基準として</p> <p>Frequency Band Mode: Normalにおいて $\leq 6 \text{ GHz}$: $\pm 0.2 \text{ dB}$ (10~60 dB) $> 6 \text{ GHz}$: $\pm 0.75 \text{ dB}$ (10~60 dB)</p> <p>Frequency Band Mode: Spuriousにおいて $< 3 \text{ GHz}$: $\pm 0.2 \text{ dB}$ (10~60 dB) $\geq 3 \text{ GHz}$: $\pm 0.75 \text{ dB}$ (10~60 dB)</p>
基準レベル	
設定範囲	<p>ログスケール: -120~+50 dBm, または等価レベル(シグナルアナライザモード) -130~+50 dBm, または等価レベル(スペクトラムアナライザモード)</p> <p>リニアスケール: $22.4 \mu\text{V} \sim 70.7 \text{ V}$, または等価レベル(シグナルアナライザモード) $70.7 \text{ nV} \sim 70.7 \text{ V}$, または等価レベル(スペクトラムアナライザモード)</p> <p>設定分解能: 0.01 dB または等価レベル</p>
単位	<p>ログスケール: dBm, dBμV, dBmV, dBμV(emf), dBμV/m, V, W</p> <p>リニアスケール: V</p>
直線性誤差	<p>ノイズフロアを除く</p> <p>$\pm 0.07 \text{ dB}$(ミキサ入力レベル $\leq -20 \text{ dBm}$)</p> <p>$\pm 0.10 \text{ dB}$(ミキサ入力レベル $\leq -10 \text{ dBm}$)</p> <p>Frequency Band Mode: Normalにおいて $\pm 0.15 \text{ dB}$(ミキサ入力レベル $\leq 0 \text{ dBm}$, 周波数 $\leq 6 \text{ GHz}$) $\pm 0.60 \text{ dB}$(ミキサ入力レベル $\leq 0 \text{ dBm}$, 周波数 $> 6 \text{ GHz}$)</p> <p>Frequency Band Mode: Spuriousにおいて $\pm 0.15 \text{ dB}$(ミキサ入力レベル $\leq 0 \text{ dBm}$, 周波数 $< 3 \text{ GHz}$) $\pm 0.60 \text{ dB}$(ミキサ入力レベル $\leq 0 \text{ dBm}$, 周波数 $\geq 3 \text{ GHz}$)</p>

表 1.3.2-1 本体規格(続き)

項目	規格値
RF 周波数特性	<p>18~28°Cにおいて, CAL 実行後, 入力アッテネータ=10 dB ± 0.35 dB (9 kHz≤周波数≤6 GHz, Frequency Band Mode: Normal) (9 kHz≤周波数<3 GHz, Frequency Band Mode: Spurious)</p> <p>18~28°Cにおいて, CAL 実行後, 入力アッテネータ=10 dB, プリセレクタ チューニング後, MS2692A-067/167 未搭載または Microwave Preselector Bypass = OFF 時 ± 1.50 dB (6 GHz<周波数≤13.5 GHz, Frequency Band Mode: Normal) (3 GHz≤周波数≤13.5 GHz, Frequency Band Mode: Spurious) ± 2.50 dB (13.5 GHz<周波数≤26.5 GHz)</p>
1 dB 利得圧縮	<p>ミキサ入力レベルにおいて $\geq +3$ dBm (100 MHz≤周波数<400 MHz) $\geq +7$ dBm (400 MHz≤周波数≤6 GHz, Frequency Band Mode: Normal) (400 MHz≤周波数<3 GHz, Frequency Band Mode: Spurious) $\geq +0$ dBm (3 GHz≤周波数≤6 GHz, Frequency Band Mode: Spurious) $\geq +0$ dBm (6 GHz<周波数≤26.5 GHz)</p>
スプリアス応答	
2 次高調波歪み	<p>ミキサ入力レベル=−30 dBm において 高調波[dBc] SHI[dBm] ≤ -60 $\geq +30$ (10 MHz≤入力周波数≤400 MHz) ≤ -75 $\geq +45$ (0.4 GHz<入力周波数≤0.8 GHz) ≤ -75 $\geq +45$ (0.8 GHz<入力周波数≤1 GHz) ≤ -75 $\geq +45$ (1 GHz<入力周波数≤3 GHz)</p> <p>ミキサ入力レベル=−10 dBm, MS2692A-067/167 未搭載において 高調波[dBc] SHI[dBm] ≤ -90 $\geq +80$ (3 GHz<入力周波数, Frequency Band Mode: Normal) ≤ -90 $\geq +80$ (1.5 GHz≤入力周波数, Frequency Band Mode: Spurious)</p> <p>ミキサ入力レベル=−10 dBm, MS2692A-067/167 搭載かつ Microwave Preselector Bypass = OFF において 高調波[dBc] SHI[dBm] ≤ -70 $\geq +60$ (3 GHz<入力周波数≤13.25 GHz)</p>
残留レスポンス	周波数≥1 MHz, 入力アッテネータ=0 dB において (シグナルアナライザの場合は, 帯域幅>31.25 MHz 設定を除く) ≤ -100 dBm

表 1.3.2-1 本体規格(続き)

項目	規格値
コネクタ	
RF 入力	<p>コネクタ 正面パネル, N-J, 50 Ω VSWR: 18~28°Cにおいて、入力アッテネータ ≥ 10 dB ≤ 1.2(公称値) (40 MHz \leq 周波数 \leq 3 GHz) ≤ 1.5(公称値) (3 GHz < 周波数 \leq 6 GHz) ≤ 2.0(公称値) (6 GHz < 周波数 \leq 26.5 GHz)</p>
IF Output	<p>コネクタ 背面パネル, BNC-J, 50 Ω(公称値)</p> <p>周波数 875 MHz(シグナルアナライザ, MS269xA-004/104/077/177/078/178 未搭載、または帯域幅 \leq 31.25 MHz 設定時)</p> <p>900 MHz(シグナルアナライザ, MS269xA-004/104/077/177/078/178 搭載し、帯域幅 $>$ 31.25 MHz 設定時)</p> <p>874.988 MHz(スペクトラムアナライザ)</p> <p>ゲイン RF 入力レベル基準, RF 周波数 1 GHz, 入力アッテネータ 0 dB において 0 dB(公称値)</p> <p>IF 帯域幅 120 MHz(公称値)</p>
外部基準入力	<p>コネクタ 背面パネル, BNC-J, 50 Ω(公称値)</p> <p>周波数 10 MHz または 13 MHz</p> <p>動作範囲 ± 1 ppm</p> <p>入力レベル -15 dBm \leq レベル $\leq +20$ dBm, 50 Ω(AC 結合)</p>
基準信号出力	<p>コネクタ 背面パネル, BNC-J, 50 Ω(公称値)</p> <p>周波数 10 MHz</p> <p>出力レベル ≥ 0 dBm(AC 結合)</p>
Sweep Status Output	<p>コネクタ 背面パネル, BNC-J</p> <p>出力レベル TTL Level(掃引時または波形取得時に High Level)</p>
Trigger Input	<p>コネクタ 背面パネル, BNC-J</p> <p>入力レベル TTL Level</p>
外部制御	外部コントローラからの制御(電源を除く)
Ethernet (10/100/1000Base-T)	コネクタ 背面パネル, RJ-45

表 1.3.2-1 本体規格(続き)

項目	規格値
GPIB コネクタ インターフェースファンクション	IEEE488.2 対応 背面パネル, IEEE488 バスコネクタ SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT0, C0, E2
USB(B) コネクタ	USB2.0 対応 背面パネル, USB-B Connector
USB コネクタ	USB 対応の外部デバイスへの波形ハードコピー, 本体設定パラメータの保存が可能 USB2.0 対応 USB-A Connector(正面パネルに 2 port, 背面パネルに 2 port)
Monitor Output コネクタ	背面パネル, VGA 互換, ミニ D-SUB 15 pin
Aux コネクタ	オプション 020/120 のトリガ入出力などに使用 背面パネル, 68 pin(DX10BM-68S相当品)
表示器	XGA カラーLCD(解像度 1024×768) 8.4 型(対角 213 mm)
一般仕様	
寸法・質量 寸法 質量	340 mm(w) × 200 mm(h) × 350 mm(d)(突起物は除く) ≤13.5 kg(オプションを除く)
電源 電圧 周波数 消費電力	定格電圧: AC 100~120 V または 200~240 V 50 Hz~60 Hz ≤260 VA(オプションを除く) ≤440 VA(全オプションを含む, 最大値)
温度 動作温度範囲 保管温度範囲	5~45°C -20~60°C

表 1.3.2-1 本体規格(続き)

項目	規格値
環境性能	
伝導妨害	EN 61326-1 (Class A)適合
放射妨害	EN 61326-1 (Class A)適合
高調波電流エミッション	EN 61000-3-2 (Class A equipment)適合
静電気放電	EN 61326-1 (Table 2)適合
電磁界イミュニティ	EN 61326-1 (Table 2)適合
ファーストランジエント／バースト	EN 61326-1 (Table 2)適合
サージ	EN 61326-1 (Table 2)適合
伝導 RF	EN 61326-1 (Table 2)適合
電源周波数磁界	EN 61326-1 (Table 2)適合
電圧低下／瞬断	EN 61326-1 (Table 2)適合

MS269xA-004/104 が搭載されている場合、「表 1.3.4-1 広帯域解析ハードウェアオプション規格」も参照してください。

表 1.3.2-2 シグナルアナライザ機能規格

項目	規格値
共通	
Trace mode	Spectrum, Power vs Time, Frequency vs Time, CCDF, Spectrogram, No Trace
帯域幅 範囲	中心周波数からの取得解析帯域幅を指定する 1 kHz～25 MHz(1-2.5-5 シーケンス), 31.25 MHz
サンプリングレート 範囲	解析帯域幅に依存して自動設定される 2 kHz～50 MHz(1-2-5 シーケンス)
取得時間(Capture Time) Capture Time Length 設定モード	取得時間長を設定 最小取得時間長: 2 μs～50 ms (解析帯域幅に応じて決定) 最大取得時間長: 2 s～2000 s (解析帯域幅に応じて決定) Auto, Manual
トリガ トリガモード	Free Run (Trig Off), Video, Wide IF Video, External (TTL) SG Marker(オプション 020/120 搭載時), BBIF(オプション 040/140 搭載時)
ADC 分解能	16bits MS269xA-004/104/077/177/078/178 未搭載, または帯域幅≤31.25MHz
Spectrum 表示機能	
機能概要	取得した波形データ内での任意の時間長および周波数範囲のスペクトラムを表示する。
解析時間範囲 Analysis Start Time Analysis Time Length 設定モード	波形データの先頭からの解析開始時刻位置を設定 解析時間長を設定 Auto, Manual
周波数	中心周波数, SPAN を波形データ内での周波数範囲で設定可能
表示周波数確度	±(表示周波数×基準周波数確度+SPAN 周波数×基準周波数確度+RBW×0.05+2×N+SPAN 周波数/(トレースポイント数-1)) Hz N:ミクシング次数
分解能帯域幅(RBW) 設定範囲 選択度	1 Hz～1 MHz(1-3 シーケンス) (-60 dB/-3 dB) 4.5:1, 公称値

表 1.3.2-2 シグナルアナライザ機能規格(続き)

項目	規格値																								
絶対振幅確度	<p>18~28°Cにおいて、CAL 実行後、入力アッテネータ≥ 10 dB、ミキサ入力レベル≤ 0 dBm、RBW=Auto、Time Detection=Average、Marker Result = Integration または Peak(Accuracy)、中心周波数、CWにおいてノイズフロアの影響を除く ± 0.5 dB (50 Hz\leq周波数\leq6 GHz, Frequency Band Mode:Normal) (50 Hz\leq周波数$<$3 GHz, Frequency Band Mode:Spurious)</p> <p>プリセレクタチューニング実行後 ± 1.8 dB (6 GHz$<$周波数\leq13.5 GHz, Frequency Band Mode:Normal) (3 GHz\leq周波数\leq13.5 GHz, Frequency Band Mode:Spurious)</p> <p>± 3.0 dB (13.5 GHz$<$周波数\leq26.5 GHz)</p> <p>絶対振幅確度は RF 周波数特性、直線性誤差、入力アッテネータ切換誤差の 2 乗平方和(RSS)誤差から求める。</p>																								
帯域内周波数特性	<p>MS269xA-004/104/077/177/078/178 未搭載または帯域幅≤ 31.25 MHz 設定時、中心周波数でのレベルを基準として、中心周波数± 10 MHz において ± 0.31 dB (30 MHz\leq周波数\leq6 GHz, Frequency Band Mode:Normal) (30 MHz\leq周波数\leq3 GHz, Frequency Band Mode:Spurious)</p>																								
表示平均雑音レベル	<p>18~28°C、入力アッテネータ 0 dB、6 GHz\leq周波数\leq26.5 GHz は MS2692A-067/167 未搭載において</p> <table> <tbody> <tr> <td>100 kHz</td> <td>-132.5[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>1 MHz</td> <td>-142.5[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>30 MHz\leq周波数$<$2.4 GHz</td> <td>-152.5[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>2.4 GHz\leq周波数$<$3 GHz</td> <td>-150.5[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Frequency Band Mode: Normal において</td> </tr> <tr> <td>3 GHz\leq周波数$<$4 GHz</td> <td>-150.5[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>4 GHz\leq周波数$<$5 GHz</td> <td>-149.5[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>5 GHz\leq周波数$<$6 GHz</td> <td>-149.5[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>6 GHz\leq周波数$<$10 GHz</td> <td>-148.5[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>10 GHz\leq周波数\leq13.5 GHz</td> <td>-147.5[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>13.5 GHz$<$周波数\leq20 GHz</td> <td>-144.5[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>20 GHz$<$周波数\leq26.5 GHz</td> <td>-140.5[dBm/Hz]</td> </tr> </tbody> </table>	100 kHz	-132.5[dBm/Hz]	1 MHz	-142.5[dBm/Hz]	30 MHz \leq 周波数 $<$ 2.4 GHz	-152.5[dBm/Hz]	2.4 GHz \leq 周波数 $<$ 3 GHz	-150.5[dBm/Hz]	Frequency Band Mode: Normal において		3 GHz \leq 周波数 $<$ 4 GHz	-150.5[dBm/Hz]	4 GHz \leq 周波数 $<$ 5 GHz	-149.5[dBm/Hz]	5 GHz \leq 周波数 $<$ 6 GHz	-149.5[dBm/Hz]	6 GHz \leq 周波数 $<$ 10 GHz	-148.5[dBm/Hz]	10 GHz \leq 周波数 \leq 13.5 GHz	-147.5[dBm/Hz]	13.5 GHz $<$ 周波数 \leq 20 GHz	-144.5[dBm/Hz]	20 GHz $<$ 周波数 \leq 26.5 GHz	-140.5[dBm/Hz]
100 kHz	-132.5[dBm/Hz]																								
1 MHz	-142.5[dBm/Hz]																								
30 MHz \leq 周波数 $<$ 2.4 GHz	-152.5[dBm/Hz]																								
2.4 GHz \leq 周波数 $<$ 3 GHz	-150.5[dBm/Hz]																								
Frequency Band Mode: Normal において																									
3 GHz \leq 周波数 $<$ 4 GHz	-150.5[dBm/Hz]																								
4 GHz \leq 周波数 $<$ 5 GHz	-149.5[dBm/Hz]																								
5 GHz \leq 周波数 $<$ 6 GHz	-149.5[dBm/Hz]																								
6 GHz \leq 周波数 $<$ 10 GHz	-148.5[dBm/Hz]																								
10 GHz \leq 周波数 \leq 13.5 GHz	-147.5[dBm/Hz]																								
13.5 GHz $<$ 周波数 \leq 20 GHz	-144.5[dBm/Hz]																								
20 GHz $<$ 周波数 \leq 26.5 GHz	-140.5[dBm/Hz]																								
隣接チャネル漏洩電力(ACP)	<p>Reference: Span Total, Carrier Total, Both Sides of Carriers、または Carrier Select 隣接チャネル指定:3 チャネル×2</p>																								
Channel Power																									
絶対値測定	dBm, dBm/Hz																								
占有帯域幅(OBW)	N% of Power 法, X dB Down 法																								

表 1.3.2-2 シグナルアナライザ機能規格(続き)

項目	規格値
Power vs Time 表示機能	
機能概要	取得した波形データの Power の時間変化を表示
解析時間範囲	
Analysis Start Time	波形データの先頭からの解析開始時刻位置を設定
Analysis Time Length	解析時間長を設定
設定モード	Auto, Manual
分解能帯域幅	
フィルタタイプ	Rect, Gaussian, Nyquist, Root Nyquist, Off(デフォルト Off)
ロールオフ率設定	0.01~1(Nyquist, Root Nyquist)に対して設定可能
フィルタ周波数オフセット	波形データの周波数帯域内でフィルタの中心周波数を設定可能
Peak to Peak 測定	AM Depth またはマーカ機能で測定 +Peak, -Peak, (P-P)/2, Average
Burst Average Power	バースト信号の平均電力を測定
Frequency vs Time 表示機能	
機能概要	取得した波形データから、入力信号の周波数時間変動を表示
解析時間範囲	
Analysis Start Time	波形データの先頭からの解析開始時刻位置を設定
Analysis Time Length	解析時間長を設定
設定モード	Auto, Manual
動作レベル範囲	-17~+30 dBm(入力アッテネータ ≥ 10 dB)
周波数(縦軸)	
表示周波数範囲	中心周波数, SPAN を波形データ内での周波数範囲で設定可能
入力周波数範囲	解析帯域幅の 1/25, 1/10, 1/5, 1/2 を選択可能
入力周波数範囲	10 MHz~6 GHz
表示周波数確度	
CW 入力時	入力レベル-17~+30 dBm, SPAN ≤ 31.25 MHz, スケール=SPAN/25において ±(基準発振器確度×中心周波数+表示周波数範囲×0.01) Hz
Peak to Peak 測定	FM Deviation またはマーカ機能で測定 +Peak, -Peak, (P-P)/2, Average

表 1.3.2-2 シグナルアナライザ機能規格(続き)

項目	規格値
CCDF 表示機能	
機能概要	一定時間取得した波形データの CCDF および APD を表示
解析時間範囲	
Analysis Start Time	波形データの先頭からの解析開始時刻位置を設定
Analysis Time Length	解析時間長を設定
設定モード	Auto, Manual
表示	
ヒストグラム分解能	CCDF または APD をグラフ表示 0.01 dB
数値表示	Average Power, Max Power, Crest Factor
分解能帯域幅	
フィルタタイプ	Rectangle, Off(デフォルト Off)
フィルタ周波数オフセット	波形データの周波数帯域内でフィルタの中心周波数を設定可能
Spectrogram 表示機能	
機能概要	取得した波形データ内での任意の時間長のスペクトログラムを表示する。
解析時間範囲	
Analysis Start Time	波形データの先頭からの解析開始時刻位置を設定
Analysis Time Length	解析時間長を設定
設定モード	Auto, Manual
周波数	中心周波数, SPAN を波形データ内での周波数範囲で設定可能
分解能帯域幅(RBW)	
設定範囲	1 Hz～1 MHz(1-3 シーケンス)
選択度	(-60 dB/-3 dB) 4.5:1, 公称値
デジタイズ機能	
機能概要	取得した波形データを、内蔵ハードディスクまたは外部に出力可能
波形データ	
フォーマット	I, Q(各 32 bit Float Binary 形式)
レベル	0 dBm 入力を $\sqrt{I^2 + Q^2} = 1$ とする
レベル確度:	シグナルアナライザの絶対振幅確度と同一
外部出力	外部 PC に Ethernet 経由で出力可能

表 1.3.2-2 シグナルアナライザ機能規格(続き)

項目	規格値																																												
リプレイ機能																																													
機能概要	保存された波形データから各トレースの解析を行う。																																												
波形データフォーマット	I, Q (Binary 形式)																																												
測定可能な波形データの条件	<p>解析可能となる SPAN とサンプリングレートの組み合わせ</p> <table> <thead> <tr> <th>SPAN</th> <th>サンプリングレート</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 kHz</td> <td>2 kHz</td> </tr> <tr> <td>2.5 kHz</td> <td>5 kHz</td> </tr> <tr> <td>5 kHz</td> <td>10 kHz</td> </tr> <tr> <td>10 kHz</td> <td>20 kHz</td> </tr> <tr> <td>25 kHz</td> <td>50 kHz</td> </tr> <tr> <td>50 kHz</td> <td>100 kHz</td> </tr> <tr> <td>100 kHz</td> <td>200 kHz</td> </tr> <tr> <td>250 kHz</td> <td>500 kHz</td> </tr> <tr> <td>500 kHz</td> <td>1 MHz</td> </tr> <tr> <td>1 MHz</td> <td>2 MHz</td> </tr> <tr> <td>2.5 MHz</td> <td>5 MHz</td> </tr> <tr> <td>5 MHz</td> <td>10 MHz</td> </tr> <tr> <td>10 MHz</td> <td>20 MHz</td> </tr> <tr> <td>18.6 MHz</td> <td>20 MHz</td> </tr> <tr> <td>20 MHz</td> <td>25 MHz</td> </tr> <tr> <td>25 MHz</td> <td>50 MHz</td> </tr> <tr> <td>31.25 MHz</td> <td>50 MHz</td> </tr> <tr> <td>50 MHz</td> <td>100 MHz</td> </tr> <tr> <td>62.5 MHz</td> <td>100 MHz</td> </tr> <tr> <td>100 MHz</td> <td>200 MHz</td> </tr> <tr> <td>125 MHz</td> <td>200 MHz</td> </tr> </tbody> </table>	SPAN	サンプリングレート	1 kHz	2 kHz	2.5 kHz	5 kHz	5 kHz	10 kHz	10 kHz	20 kHz	25 kHz	50 kHz	50 kHz	100 kHz	100 kHz	200 kHz	250 kHz	500 kHz	500 kHz	1 MHz	1 MHz	2 MHz	2.5 MHz	5 MHz	5 MHz	10 MHz	10 MHz	20 MHz	18.6 MHz	20 MHz	20 MHz	25 MHz	25 MHz	50 MHz	31.25 MHz	50 MHz	50 MHz	100 MHz	62.5 MHz	100 MHz	100 MHz	200 MHz	125 MHz	200 MHz
SPAN	サンプリングレート																																												
1 kHz	2 kHz																																												
2.5 kHz	5 kHz																																												
5 kHz	10 kHz																																												
10 kHz	20 kHz																																												
25 kHz	50 kHz																																												
50 kHz	100 kHz																																												
100 kHz	200 kHz																																												
250 kHz	500 kHz																																												
500 kHz	1 MHz																																												
1 MHz	2 MHz																																												
2.5 MHz	5 MHz																																												
5 MHz	10 MHz																																												
10 MHz	20 MHz																																												
18.6 MHz	20 MHz																																												
20 MHz	25 MHz																																												
25 MHz	50 MHz																																												
31.25 MHz	50 MHz																																												
50 MHz	100 MHz																																												
62.5 MHz	100 MHz																																												
100 MHz	200 MHz																																												
125 MHz	200 MHz																																												

表 1.3.2-2 シグナルアナライザ機能規格(続き)

項目	規格値	
測定可能な波形データの条件		SPAN と最小の Capture Sample の組み合わせ
SPAN	最小 Capture Sample	
1 kHz	74000	(37 s)
2.5 kHz	160000	(32 s)
5 kHz	310000	(31 s)
10 kHz	610000	(30.5 s)
25 kHz	730000	(14.6 s)
50 kHz	730000	(7.3 s)
100 kHz	730000	(3.65 s)
250 kHz	730000	(1.46 s)
500 kHz	730000	(730 ms)
1 MHz	730000	(365 ms)
2.5 MHz	730000	(146 ms)
5 MHz	730000	(73 ms)
10 MHz	730000	(36.5 ms)
18.6 MHz	730000	(36.5 ms)
20 MHz	730000	(29.2 ms)
25 MHz	730000	(14.6 ms)
31.25 MHz	730000	(14.6 ms)
50 MHz	730000	(7.3 ms)
62.5 MHz	730000	(7.3 ms)
100 MHz	730000	(3.65 ms)
125 MHz	730000	(3.65 ms)

表 1.3.2-3 スペクトラムアナライザ機能規格

項目	規格値																								
周波数																									
SPAN	<p>範囲 0 Hz, 300 Hz～26.5 GHz</p> <p>分解能 2 Hz</p> <p>SPAN 確度 ±0.2%</p>																								
表示周波数確度	±(表示周波数×基準周波数確度+SPAN 周波数×SPAN 確度+RBW×0.05+2×N+SPAN 周波数/(トレースポイント数-1))Hz N は、Mixer ハーモニック次数																								
分解能帯域幅(RBW)	<p>設定範囲 30 Hz～3 MHz(1・3 シーケンス), 50 kHz, 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 31.25 MHz 31.25 MHz は、SPAN=0 Hz 時のみ設定可</p> <p>選択度 (-60 dB/-3 dB) 4.5:1(公称値, 30 Hz～10 MHz 設定時)</p>																								
ビデオ帯域幅(VBW)	<p>設定範囲 1 Hz～10 MHz(1・3 シーケンス), 5 kHz, オフ</p> <p>VBW モード Video Average/Power Average</p>																								
振幅																									
表示平均雑音レベル	<p>18～28°C, Detector=Sample, VBW=1 Hz(Video Average), 入力アンプネータ 0 dB, 6 GHz≤周波数≤26.5 GHz は MS2692A-067/167 未搭載において</p> <table> <tbody> <tr> <td>100 kHz</td> <td>-135[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>1 MHz</td> <td>-145[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>30 MHz≤周波数<2.4 GHz</td> <td>-155[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>2.4 GHz≤周波数<3 GHz</td> <td>-153[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>Frequency Band Mode:Normal において</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 GHz≤周波数<4 GHz</td> <td>-153[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>4 GHz≤周波数<5 GHz</td> <td>-152[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>5 GHz≤周波数<6 GHz</td> <td>-152[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>6 GHz≤周波数<10 GHz</td> <td>-151[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>10 GHz≤周波数≤13.5 GHz</td> <td>-150[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>13.5 GHz<周波数≤20 GHz</td> <td>-147[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>20 GHz<周波数≤26.5 GHz</td> <td>-143[dBm/Hz]</td> </tr> </tbody> </table>	100 kHz	-135[dBm/Hz]	1 MHz	-145[dBm/Hz]	30 MHz≤周波数<2.4 GHz	-155[dBm/Hz]	2.4 GHz≤周波数<3 GHz	-153[dBm/Hz]	Frequency Band Mode:Normal において		3 GHz≤周波数<4 GHz	-153[dBm/Hz]	4 GHz≤周波数<5 GHz	-152[dBm/Hz]	5 GHz≤周波数<6 GHz	-152[dBm/Hz]	6 GHz≤周波数<10 GHz	-151[dBm/Hz]	10 GHz≤周波数≤13.5 GHz	-150[dBm/Hz]	13.5 GHz<周波数≤20 GHz	-147[dBm/Hz]	20 GHz<周波数≤26.5 GHz	-143[dBm/Hz]
100 kHz	-135[dBm/Hz]																								
1 MHz	-145[dBm/Hz]																								
30 MHz≤周波数<2.4 GHz	-155[dBm/Hz]																								
2.4 GHz≤周波数<3 GHz	-153[dBm/Hz]																								
Frequency Band Mode:Normal において																									
3 GHz≤周波数<4 GHz	-153[dBm/Hz]																								
4 GHz≤周波数<5 GHz	-152[dBm/Hz]																								
5 GHz≤周波数<6 GHz	-152[dBm/Hz]																								
6 GHz≤周波数<10 GHz	-151[dBm/Hz]																								
10 GHz≤周波数≤13.5 GHz	-150[dBm/Hz]																								
13.5 GHz<周波数≤20 GHz	-147[dBm/Hz]																								
20 GHz<周波数≤26.5 GHz	-143[dBm/Hz]																								

表 1.3.2-3 スペクトラムアナライザ機能規格(続き)

項目	規格値
絶対振幅確度	<p>18~28°Cにおいて、CAL 実行後、入力アンテナ≥ 10 dB, ミキサ入力レベル≤ 0 dBm, Auto Sweep Time Select=Normal, RBW≤ 1 MHz, Detection=Positive, CWにおいてノイズフロアの影響を除く ± 0.5 dB (50 Hz\leq周波数\leq6 GHz, Frequency Band Mode:Normal) (50 Hz\leq周波数$<$3 GHz, Frequency Band Mode:Spurious)</p> <p>プリセレクタチューニング実行後 ± 1.8 dB (6 GHz$<$周波数\leq13.5 GHz, Frequency Band Mode:Normal) (3 GHz\leq周波数\leq13.5 GHz, Frequency Band Mode:Spurious)</p> <p>± 3.0 dB (13.5 GHz$<$周波数\leq26.5 GHz)</p> <p>絶対振幅確度は RF 周波数特性、直線性誤差、入力アンテナ切換誤差の 2 乗平方和(RSS)誤差から求める。</p>
スプリアス応答	
2 信号 3 次歪み	<p>18~28°Cにおいて、ミキサ入力レベル$= -15$ dBm(1 波あたり), ≥ 300 kHz separation</p> <p>MS2692A-067/167 搭載かつ Microwave Preselector Bypass =OFF にて ≤ -60 dBc(TOI$= +15$ dBm) (30 MHz\leq周波数$<$400 MHz)</p> <p>≤ -66 dBc(TOI$= +18$ dBm) (400 MHz\leq周波数$<$700 MHz)</p> <p>≤ -74 dBc(TOI$= +22$ dBm) (700 MHz\leq周波数$<$4 GHz, Frequency Band Mode:Normal) (700 MHz\leq周波数$<$3 GHz, Frequency Band Mode:Spurious)</p> <p>≤ -66 dBc(TOI$= +18$ dBm) (4 GHz\leq周波数\leq6 GHz, Frequency Band Mode:Normal)</p> <p>≤ -45 dBc(TOI$= +7.5$ dBm) (6 GHz$<$周波数\leq26.5 GHz, Frequency Band Mode:Normal) (3 GHz\leq周波数\leq26.5 GHz, Frequency Band Mode:Spurious)</p>
イメージレスポンス	<p>MS2692A-067/167 未搭載にて</p> <p>≤ -70 dBc(周波数\leq13.5 GHz) ≤ -65 dBc(13.5 GHz$<$周波数\leq26.5 GHz)</p> <p>MS2692A-067/167 搭載時は、表 1.3.7-1 を参照してください。</p>
掃引	
掃引モード	Single, Continuous
掃引時間 設定範囲	2 ms~1000 s(SPAN \geq 300 Hz) 1 μ s~1000 s(SPAN=0 Hz)
検波モード	Pos&Neg, Positive Peak, Sample, Negative Peak, RMS

表 1.3.2-3 スペクトラムアナライザ機能規格(続き)

項目	規格値
データポイント数	SPAN>500 MHz 時 1001~30001 100 MHz<SPAN≤500 MHz 時 101~30001 300 Hz≤SPAN≤100 MHz かつ Sweep Time>10 s 時 101~30001 300 Hz≤SPAN≤100 MHz かつ Sweep Time≤10 s 時 11~30001 Span=0 Hz かつ Sweep Time>10 s 時 101~30001 Span=0 Hz かつ Sweep Time≤10 s 時 11~30001 設定分解能:1 ポイント
スケール Log 表示(10 div/12 div) Lin 表示(10 div)	20~0.1 dB/div, 1-2-5 シーケンス 1~10%/div, 1-2-5 シーケンス

表 1.3.2-3 スペクトラムアナライザ機能規格(続き)

項目	規格値
トリガ機能 トリガモード	Free Run (Trig Off), Video, Wide IF, External(TTL) SG Marker(オプション 020/120 搭載時), BBIF(オプション 040/140 搭載時)
ゲート機能 ゲートモード	Off, Wide IF, External, SG Marker(オプション 020/120 搭載時), BBIF(オプション 040/140 搭載時)
測定機能	
隣接チャネル漏洩電力 (ACP)	Reference : Span Total, Carrier Total, Both Sides of Carriers, または Carrier Select 隣接チャネル指定: 3 チャネル×2 (Normal Mode) 8 チャネル×2 (Advanced Mode)
バーストアベレージ	タイムドメインにおいて、指定期間の平均電力を表示する
Channel Power 絶対値測定	dBm, dBm/Hz
占有帯域幅(OBW)	N% of Power 法, X dB Down 法
スペクトラムエミッションマスク (SEM)	Peak/Margin 測定: Peak/Margin 測定にて Pass/Fail を判定する
スプリアスエミッション	Worst/Peaks 測定: Worst/Peaks 測定にて Pass/Fail を判定する。
2 信号 3 次歪み	2 トーンから IM3, TOI を測定する
周波数カウンタ	中心周波数=1 GHz, SPAN \leq 1 MHz, RBW = 1 kHz, S/N \geq 50 dB, Gate Time \geq 100 ms にて, \pm (マーカ周波数×基準周波数確度 + (0.01/Gate Time[s]) Hz)

表 1.3.2-4 位相雑音測定機能規格

項目	規格値
周波数	
キャリア周波数範囲	10 MHz~26.5 GHz
オフセット周波数範囲	10 Hz~10 MHz
Marker Mode	Normal, Integral Noise, RMS Noise, Jitter, Residual FM, Off

1.3.3 プリアンプオプション(MS269xA-008/108)

プリアンプオプションの規格は表 1.3.3-1 のとおりです。

規格は、一定の周囲温度でウォームアップ 30 分後の値です。また、Typ. 値は参考データであり、規格としては保証していません。

表 1.3.3-1 プリアンプオプション規格

項目	規格値
周波数	
周波数範囲	100 kHz～6 GHz
振幅	
測定範囲	表示平均雑音レベル～+10 dBm
最大入力レベル	+10 dBm (入力アッテネータ 0 dB のとき)
利得	14 dB (≤ 3 GHz) 13 dB (3 GHz < 周波数 ≤ 4 GHz) 11 dB (4 GHz < 周波数 ≤ 5 GHz) 10 dB (5 GHz < 周波数 ≤ 6 GHz)
雑音指数	7 dB (≤ 3 GHz) 8.5 dB (3 GHz < 周波数 ≤ 4 GHz) 9.5 dB (4 GHz < 周波数 ≤ 6 GHz)
振幅	
表示平均雑音レベル (シグナルアナライザ機能)	18～28°Cにおいて、入力アッテネータ 0 dB(プリアンプ=On 時) 100 kHz -147.5[dBm/Hz] 1 MHz -156.5[dBm/Hz] 30 MHz \leq 周波数 < 2.4 GHz -163.5[dBm/Hz] 2.4 GHz \leq 周波数 < 3 GHz -162.5[dBm/Hz] Frequency Band Mode:Normalにおいて 3 GHz \leq 周波数 < 4 GHz -161.5[dBm/Hz] 4 GHz \leq 周波数 < 5 GHz -158.5[dBm/Hz] 5 GHz \leq 周波数 \leq 6 GHz -156.5[dBm/Hz]
プリアンプ入力レベルは下記の式で示される。 プリアンプ入力レベル = RF 入力レベル - 入力アッテネータ設定値	
プリアンプオプションを搭載して、プリアンプ=OFF 時は、 表 1.3.1-2 および表 1.3.2-2 の表示平均雑音レベルの項は、次の値に変更になる。	
18～28°Cにおいて、入力アッテネータ 0 dB 100 kHz -132.5[dBm/Hz] 1 MHz -142.5[dBm/Hz] 30 MHz \leq 周波数 < 2.4 GHz -150.5[dBm/Hz] 2.4 GHz \leq 周波数 < 3 GHz -149.5[dBm/Hz] Frequency Band Mode:Normalにおいて 3 GHz \leq 周波数 < 4 GHz -148.5[dBm/Hz] 4 GHz \leq 周波数 < 5 GHz -147.5[dBm/Hz] 5 GHz \leq 周波数 < 6 GHz -146.5[dBm/Hz]	

表 1.3.3-1 プリアンプオプション規格(続き)

項目	規格値
振幅	
表示平均雑音レベル (スペクトラムアナライザ機能)	18~28°Cにおいて, Detector=Sample, VBW=1 Hz(Video Average), 入力アッテネータ 0 dB(プリアンプ=On 時) 100 kHz -150[dBm/Hz] 1 MHz -159[dBm/Hz] 30 MHz≤周波数<2.4 GHz -166[dBm/Hz] 2.4 GHz≤周波数<3 GHz -165[dBm/Hz] Frequency Band Mode:Normalにおいて 3 GHz≤周波数<4 GHz -164[dBm/Hz] 4 GHz≤周波数<5 GHz -161[dBm/Hz] 5 GHz≤周波数≤6 GHz -159[dBm/Hz]
	プリアンプ入力レベルは下記の式で示される。 プリアンプ入力レベル=RF 入力レベル-入力アッテネータ設定値
	プリアンプオプションを搭載して, プリアンプ=OFF 時は, 表 1.3.1-3 および表 1.3.2-3 の表示平均雑音レベルの項は, 次の値に変更になる。 18~28°Cにおいて, Detector=Sample, VBW=1 Hz(Video Average), 入力アッテネータ 0 dB 100 kHz -135[dBm/Hz] 1 MHz -145[dBm/Hz] 30 MHz≤周波数<2.4 GHz -153[dBm/Hz] 2.4 GHz≤周波数<3 GHz -152[dBm/Hz] Frequency Band Mode:Normalにおいて 3 GHz≤周波数<4 GHz -151[dBm/Hz] 4 GHz≤周波数<5 GHz -150[dBm/Hz] 5 GHz≤周波数<6 GHz -149[dBm/Hz]

表 1.3.3-1 プリアンプオプション規格(続き)

項目	規格値
振幅	
RF 周波数特性	18~28°Cにおいて, CAL 実行後, 入力アッテネータ=10 dB ±0.65 dB (100 kHz≤周波数≤6 GHz, Frequency Band Mode: Normal) (100 kHz≤周波数<3 GHz, Frequency Band Mode: Spurious)
入力アッテネータ切換誤差	Frequency Band Mode: Normalにおいて ≤6 GHz: ±0.65 dB (10~60 dB)
直線性誤差	ノイズフロアの影響を除く ±0.07 dB(プリアンプ入力レベル≤-40 dBm) ±0.10 dB(プリアンプ入力レベル≤-30 dBm) Frequency Band Mode: Normalにおいて ±0.50 dB(プリアンプ入力レベル≤-20 dBm, 周波数≤6 GHz)
2 次高調波歪み	プリアンプ入力レベル-45 dBmにおいて 高調波[dBc] SHI[dBm] ≤-50 ≥+5 (10 Hz≤入力周波数≤400 MHz) ≤-55 ≥+10 (0.4 GHz<入力周波数≤0.8 GHz) ≤-55 ≥+10 (0.8 GHz<入力周波数≤1 GHz) ≤-55 ≥+10 (1 GHz<入力周波数≤3 GHz)
1 dB 利得圧縮	プリアンプ入力レベルにおいて ≥-20 dBm (100 MHz≤周波数<400 MHz) ≥-15 dBm (400 MHz≤周波数≤6 GHz, Frequency Band Mode: Normal) (400 MHz≤周波数<3 GHz, Frequency Band Mode: Spurious)
2 信号 3 次歪み	18~28°Cにおいて, プリアンプ入力レベル=-45 dBm(1 波あたり), ≥300 kHz separation ≤-73 dBc(TOI=-8.5 dBm) (30 MHz≤周波数<400 MHz) ≤-78 dBc(TOI=-6 dBm) (400 MHz≤周波数<700 MHz) ≤-81 dBc(TOI=-4.5 dBm) (700 MHz≤周波数<4 GHz, Frequency Band Mode: Normal) (700 MHz≤周波数<3 GHz, Frequency Band Mode: Spurious) ≤-78 dBc(TOI=-6 dBm) (4 GHz≤周波数≤6 GHz, Frequency Band Mode: Normal)

1.3.4 広帯域解析ハードウェアオプション(MS269xA-004/104)

広帯域解析ハードウェアオプションの規格は、表 1.3.4-1 のとおりです。

規格は、一定の周囲温度でウォームアップ 30 分後の値です。また、Typ. 値は参考データであり、規格としては保証していません。

表 1.3.4-1 広帯域解析ハードウェアオプション規格

項目	規格値
機能	
帯域幅 範囲	標準の取得解析帯域幅に加えて、下記の帯域幅が追加される。 50 MHz, 100 MHz, 125 MHz
サンプリングレート 範囲	解析帯域幅に依存して自動設定される 100 MHz, 200 MHz
取得時間(Capture Time) Capture Time Length	取得時間長を設定 最小取得時間長: 500 ns～1 μs (解析帯域幅に応じて決定) 最大取得時間長: 500 ms
分解能帯域幅(RBW) 設定範囲 選択度	3 kHz～10 MHz(1-3 シーケンス) (-60 dB/-3 dB) 4.5:1, 公称値
ADC 分解能	12 bits
周波数	
周波数範囲	100 MHz～6 GHz

表 1.3.4-1 広帯域解析ハードウェアオプション規格(続き)

項目	規格値												
振幅													
表示平均雑音レベル	<p>18~28°Cにおいて、入力アッテネータ0 dB (MS269xA-008/108未搭載またはプリアンプ=OFF時)</p> <table> <tr> <td>100 MHz≤周波数<2.4 GHz</td><td>-143[dBm/Hz]</td></tr> <tr> <td>2.4 GHz≤周波数<4 GHz</td><td>-141[dBm/Hz]</td></tr> <tr> <td>4 GHz≤周波数<6 GHz</td><td>-139[dBm/Hz]</td></tr> </table> <p>(Frequency Band Mode:Normal)</p> <p>18~28°Cにおいて、入力アッテネータ0 dB (MS269xA-008/108搭載でプリアンプ=ON時)</p> <table> <tr> <td>100 MHz≤周波数<2.4 GHz</td><td>-156[dBm/Hz]</td></tr> <tr> <td>2.4 GHz≤周波数<4 GHz</td><td>-154[dBm/Hz]</td></tr> <tr> <td>4 GHz≤周波数<6 GHz</td><td>-150[dBm/Hz]</td></tr> </table> <p>(Frequency Band Mode:Normal)</p>	100 MHz≤周波数<2.4 GHz	-143[dBm/Hz]	2.4 GHz≤周波数<4 GHz	-141[dBm/Hz]	4 GHz≤周波数<6 GHz	-139[dBm/Hz]	100 MHz≤周波数<2.4 GHz	-156[dBm/Hz]	2.4 GHz≤周波数<4 GHz	-154[dBm/Hz]	4 GHz≤周波数<6 GHz	-150[dBm/Hz]
100 MHz≤周波数<2.4 GHz	-143[dBm/Hz]												
2.4 GHz≤周波数<4 GHz	-141[dBm/Hz]												
4 GHz≤周波数<6 GHz	-139[dBm/Hz]												
100 MHz≤周波数<2.4 GHz	-156[dBm/Hz]												
2.4 GHz≤周波数<4 GHz	-154[dBm/Hz]												
4 GHz≤周波数<6 GHz	-150[dBm/Hz]												
絶対振幅確度	<p>18~28°Cにおいて、CAL実行後、入力アッテネータ\geq10 dB、ミキサ入力レベル\leq0 dBm、RBW=Auto、Time Detection=Average、Marker Result = IntegrationまたはPeak(Accuracy)、中心周波数、CWにおいて (MS269xA-008/108未搭載またはプリアンプ=OFF時)</p> <p>ノイズフロアの影響を除く ± 0.5 dB (100 MHz≤周波数\leq6 GHz, Frequency Band Mode:Normal)</p> <p>絶対振幅確度はRF周波数特性、直線性誤差、入力アッテネータ切換誤差の2乗平方和(RSS)誤差から求める。</p>												
直線性誤差	<p>ノイズフロアの影響を除く (MS269xA-008/108未搭載またはプリアンプ=OFF時)</p> <table> <tr> <td>± 0.07 dB(ミキサ入力レベル\leq-20 dBm)</td></tr> <tr> <td>± 0.10 dB(ミキサ入力レベル\leq-10 dBm)</td></tr> <tr> <td>± 0.30 dB(ミキサ入力レベル\leq0 dBm)</td></tr> </table> <p>(Frequency Band Mode:Normal)</p> <p>ノイズフロアの影響を除く (MS269xA-008/108搭載でプリアンプ=ON時)</p> <table> <tr> <td>± 0.07 dB(プリアンプ入力レベル\leq-40 dBm)</td></tr> <tr> <td>± 0.10 dB(プリアンプ入力レベル\leq-30 dBm)</td></tr> <tr> <td>± 0.50 dB(プリアンプ入力レベル\leq-20 dBm)</td></tr> </table> <p>(Frequency Band Mode:Normal)</p>	± 0.07 dB(ミキサ入力レベル \leq -20 dBm)	± 0.10 dB(ミキサ入力レベル \leq -10 dBm)	± 0.30 dB(ミキサ入力レベル \leq 0 dBm)	± 0.07 dB(プリアンプ入力レベル \leq -40 dBm)	± 0.10 dB(プリアンプ入力レベル \leq -30 dBm)	± 0.50 dB(プリアンプ入力レベル \leq -20 dBm)						
± 0.07 dB(ミキサ入力レベル \leq -20 dBm)													
± 0.10 dB(ミキサ入力レベル \leq -10 dBm)													
± 0.30 dB(ミキサ入力レベル \leq 0 dBm)													
± 0.07 dB(プリアンプ入力レベル \leq -40 dBm)													
± 0.10 dB(プリアンプ入力レベル \leq -30 dBm)													
± 0.50 dB(プリアンプ入力レベル \leq -20 dBm)													
RF周波数特性	<p>18~28°Cにおいて、CAL実行後、入力アッテネータ=10 dB (MS269xA-008/108未搭載またはプリアンプ=OFF時)</p> <p>± 0.35 dB (100 MHz≤周波数\leq6 GHz, Frequency Band Mode:Normal)</p> <p>プリアンプ=ON時は、</p> <p>18~28°Cにおいて、CAL実行後、入力アッテネータ=10 dB (MS269xA-008/108搭載でプリアンプ=ON時)</p> <p>± 0.65 dB (100 MHz≤周波数\leq6 GHz, Frequency Band Mode:Normal)</p>												

1.3.5 ベースバンドインターフェースユニットオプション(MS269xA-040/140)

ベースバンドインターフェースユニットオプションはソフトウェアパッケージ
Ver.6.00.00 以降では対応していません。

1.3.6 HDDデジタイジングインターフェースオプション(MS269xA-050/150)

HDD デジタイジングインターフェースオプションを搭載したときの規格は、表 1.3.6-1 のとおりです。

表 1.3.6-1 HDD デジタイジングインターフェースオプション規格

項目	規格値
機能・性能	
インターフェース コネクタ データレート ホットプラグ	External Serial ATA コネクタ 1.5 Gbps 非対応(コネクタの接続および取り外しは、本体と外付け HDD の電源をオフにして行うこと)

1.3.7 マイクロ波プリセレクタバイパスオプション(MS2692A-067/167)

マイクロ波プリセレクタバイパスオプションを搭載したときの規格は、表 1.3.7-1 のとおりです。

表 1.3.7-1 マイクロ波プリセレクタバイパスオプション規格

項目	規格値
振幅	
機能概要	プリセレクタをバイパスし、RF 周波数特性、帯域内周波数特性を改善します。 イメージレスポンス除去フィルタをバイパスすることによりイメージレスポンスを除去できないため、スプリアス測定には不適です。 MS2692A-003/103/008/108との同時搭載はできません。
周波数	
周波数範囲	6 GHz～26.5 GHz
振幅	
RF 周波数特性	18～28°C, CAL 実行後、入力アンテナ=10 dB, Microwave Preselector Bypass = ON にて ±1.0 dB(6 GHz≤周波数≤13.5 GHz) ±1.5 dB(13.5 GHz<周波数≤26.5 GHz) 18～28°C, CAL 実行後、入力アンテナ=10 dB, Microwave Preselector Bypass = OFF にて 表 1.3.2-1 を参照してください。
表示平均雑音レベル	18～28°C, Detector=Sample, VBW=1 Hz(Video Average), 入力アンテナ 0 dB において、Microwave Preselector Bypass=ON/OFF とともに周波数<6 GHz の規格は、MS2692A-067/167 未搭載時と同じです。 表 1.3.2-3 スペクトラムアナライザ機能規格表: 表示平均雑音レベル参照 6 GHz≤周波数<10 GHz -146[dBm/Hz] 10 GHz≤周波数≤13.5 GHz -145[dBm/Hz] 13.5 GHz<周波数≤20 GHz -142[dBm/Hz] 20 GHz<周波数≤26.5 GHz -138[dBm/Hz]
イメージレスポンス	Microwave Preselector Bypass = OFF にて ≤-60 dBc(6 GHz<周波数≤26.5 GHz)

1.3.8 解析帯域幅拡張(MS269xA-077/177)

解析帯域幅拡張オプションを搭載したときの規格は、表 1.3.8-1 のとおりです。

規格は、一定の周囲温度でウォームアップ 30 分後の値です。また、Typ. 値は参考データであり、規格としては保証していません。

表 1.3.8-1 解析帯域幅拡張オプション規格

項目	規格値
機能	
機能概要	シグナルアナライザモードにおいて、解析帯域幅を 62.5 MHz まで拡張します。
帯域幅 範囲	標準の取得解析帯域幅に加えて、下記の帯域幅が追加される。 50 MHz, 62.5 MHz
サンプリングレート 範囲	帯域幅 >31.25 MHz 設定時 100 MHz
取得時間(Capture Time) Capture Time Length	帯域幅 >31.25 MHz 設定時 取得時間長を設定 最小取得時間長: 1 μs (解析帯域幅に応じて決定) 最大取得時間長: 500 ms
分解能帯域幅(RBW) 設定範囲 選択度	帯域幅 >31.25 MHz 設定時 3 kHz~3 MHz(1-3 シーケンス) (-60 dB/-3 dB) 4.5:1, 公称値
ADC 分解能	14 bits
周波数	
周波数範囲	MS2692A-067/167 未搭載、帯域幅 >31.25 MHz 設定時 100 MHz~6 GHz MS2692A-067/167 搭載、帯域幅 >31.25 MHz 設定時 100 MHz~26.5 GHz

表 1.3.8-1 解析帯域幅拡張オプション規格(続き)

項目	規格値																				
振幅																					
表示平均雑音レベル	<p>18~28°Cにおいて、入力アッテネータ0 dB (MS269xA-008/108 未搭載またはプリアンプ=OFF 時)</p> <table> <tr> <td>100 MHz≤周波数<2.2 GHz</td> <td>-147[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>2.2 GHz≤周波数<4 GHz</td> <td>-145[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>4 GHz≤周波数≤6 GHz</td> <td>-143[dBm/Hz]</td> </tr> </table> <p>(Frequency Band Mode:Normal)</p> <p>18~28°Cにおいて、入力アッテネータ0 dB (MS269xA-008/108 搭載でプリアンプ=ON 時)</p> <table> <tr> <td>100 MHz≤周波数<2.2 GHz</td> <td>-160[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>2.2 GHz≤周波数<4 GHz</td> <td>-158[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>4 GHz≤周波数≤6 GHz</td> <td>-154[dBm/Hz]</td> </tr> </table> <p>(Frequency Band Mode:Normal)</p> <p>18~28°Cにおいて、入力アッテネータ0 dB (MS2692A-067/167 搭載, Microwave Preselector Bypass=ON 時)</p> <table> <tr> <td>6 GHz<周波数<10 GHz</td> <td>-140[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>10 GHz≤周波数≤13.5 GHz</td> <td>-136[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>13.5 GHz<周波数≤20 GHz</td> <td>-133[dBm/Hz]</td> </tr> <tr> <td>20 GHz<周波数≤26.5 GHz</td> <td>-129[dBm/Hz]</td> </tr> </table>	100 MHz≤周波数<2.2 GHz	-147[dBm/Hz]	2.2 GHz≤周波数<4 GHz	-145[dBm/Hz]	4 GHz≤周波数≤6 GHz	-143[dBm/Hz]	100 MHz≤周波数<2.2 GHz	-160[dBm/Hz]	2.2 GHz≤周波数<4 GHz	-158[dBm/Hz]	4 GHz≤周波数≤6 GHz	-154[dBm/Hz]	6 GHz<周波数<10 GHz	-140[dBm/Hz]	10 GHz≤周波数≤13.5 GHz	-136[dBm/Hz]	13.5 GHz<周波数≤20 GHz	-133[dBm/Hz]	20 GHz<周波数≤26.5 GHz	-129[dBm/Hz]
100 MHz≤周波数<2.2 GHz	-147[dBm/Hz]																				
2.2 GHz≤周波数<4 GHz	-145[dBm/Hz]																				
4 GHz≤周波数≤6 GHz	-143[dBm/Hz]																				
100 MHz≤周波数<2.2 GHz	-160[dBm/Hz]																				
2.2 GHz≤周波数<4 GHz	-158[dBm/Hz]																				
4 GHz≤周波数≤6 GHz	-154[dBm/Hz]																				
6 GHz<周波数<10 GHz	-140[dBm/Hz]																				
10 GHz≤周波数≤13.5 GHz	-136[dBm/Hz]																				
13.5 GHz<周波数≤20 GHz	-133[dBm/Hz]																				
20 GHz<周波数≤26.5 GHz	-129[dBm/Hz]																				

表 1.3.8-1 解析帯域幅拡張オプション規格(続き)

項目	規格値
絶対振幅確度	<p>18~28°Cにおいて、CAL 実行後、入力アッテネータ≥ 10 dB、ミキサ入力レベル≤ 0 dBm、RBW=Auto、Time Detection=Average、Marker Result = Integration または Peak(Accuracy)、中心周波数、CWにおいて (MS269xA-008/108 未搭載またはブリアンプ=OFF 時) 帯域幅 >31.25 MHz 設定時</p> <p>ノイズフロアの影響を除く ± 0.5 dB (100 MHz\leq周波数\leq6 GHz, Frequency Band Mode:Normal)</p> <p>絶対振幅確度は RF 周波数特性、直線性誤差、入力アッテネータ切換誤差の 2 乗平方和(RSS)誤差から求める。</p> <p>18~28°Cにおいて、CAL 実行後、入力アッテネータ≥ 10 dB、ミキサ入力レベル≤ 0 dBm、RBW=Auto、Time Detection=Average、Marker Result = Integration または Peak(Accuracy)、中心周波数、CWにおいて (MS269xA-008/108 未搭載またはブリアンプ=ON 時) 帯域幅 >31.25 MHz 設定時</p> <p>ノイズフロアの影響を除く ± 1.0 dB (100 MHz\leq周波数\leq6 GHz, Frequency Band Mode:Normal)</p> <p>絶対振幅確度は RF 周波数特性、直線性誤差、入力アッテネータ切換誤差の 2 乗平方和(RSS)誤差から求める。</p> <p>18~28°Cにおいて、CAL 実行後、入力アッテネータ≥ 10 dB、ミキサ入力レベル≤ 0 dBm、RBW=Auto、Time Detection=Average、Marker Result = Integration または Peak(Accuracy)、中心周波数、CWにおいて (MS2692A-067/167 搭載、Microwave Preselector Bypass=ON 時) 帯域幅 >31.25 MHz 設定時</p> <p>ノイズフロアの影響を除く ± 1.8 dB (6 GHz\leq周波数\leq13.5 GHz, Frequency Band Mode:Normal)</p> <p>± 3.0 dB (13.5 GHz\leq周波数\leq26.5 GHz)</p> <p>絶対振幅確度は RF 周波数特性、直線性誤差、入力アッテネータ切換誤差の 2 乗平方和(RSS)誤差から求める。</p>
直線性誤差	<p>ノイズフロアの影響を除く (MS269xA-008/108 未搭載またはブリアンプ=OFF 時)</p> <p>± 0.07 dB(ミキサ入力レベル≤ -20 dBm) ± 0.10 dB(ミキサ入力レベル≤ -10 dBm) ± 0.30 dB(ミキサ入力レベル≤ 0 dBm、周波数\leq6 GHz) (Frequency Band Mode:Normal)</p> <p>ノイズフロアの影響を除く (MS269xA-008/108 搭載でブリアンプ=ON 時)</p> <p>± 0.07 dB(ブリアンプ入力レベル≤ -40 dBm) ± 0.10 dB(ブリアンプ入力レベル≤ -30 dBm) ± 0.50 dB(ブリアンプ入力レベル≤ -20 dBm) (Frequency Band Mode:Normal)</p> <p>ノイズフロアの影響を除く (MS2692A-067/167 搭載、Microwave Preselector Bypass=ON 時)</p> <p>± 0.60 dB(ミキサ入力レベル≤ 0 dBm、周波数$>$6 GHz)</p>

表 1.3.8-1 解析帯域幅拡張オプション規格(続き)

項目	規格値
RF 周波数特性	<p>18~28°Cにおいて、CAL 実行後、入力アッテネータ=10 dB (MS269xA-008/108 未搭載またはプリアンプ=OFF 時) ±0.35 dB (100 MHz≤周波数≤6 GHz, Frequency Band Mode:Normal)</p> <p>18~28°Cにおいて、CAL 実行後、入力アッテネータ=10 dB (MS269xA-008/108 搭載でプリアンプ=ON 時) ±0.65 dB (100 MHz≤周波数≤6 GHz, Frequency Band Mode:Normal)</p> <p>18~28°Cにおいて、CAL 実行後、入力アッテネータ=10 dB (MS2692A-067/167 搭載, Microwave Preselector Bypass=ON 時) ±1.0 dB (6 GHz<周波数≤13.5 GHz)</p> <p>±1.5 dB (13.5 GHz<周波数≤26.5 GHz)</p>

1.3.9 解析帯域幅拡張(MS269xA-078/178)

解析帯域幅拡張オプションを搭載したときの規格は、表 1.3.9-1 のとおりです。

規格は、一定の周囲温度でウォームアップ 30 分後の値です。また、Typ. 値は参考データであり、規格としては保証していません。

表 1.3.9-1 解析帯域幅拡張オプション規格

項目	規格値
機能	
機能概要	シグナルアナライザモードにおいて、解析帯域幅を 125 MHz まで拡張します。 本オプションを搭載するには、MS269xA-077/177 が必要です。
帯域幅 範囲	標準の取得解析帯域幅に加えて、下記の帯域幅が追加される。 50 MHz, 62.5 MHz, 100 MHz, 125 MHz
サンプリングレート 範囲	帯域幅 >31.25 MHz 設定時 100 MHz, 200 MHz (解析帯域幅に応じて決定)
取得時間(Capture Time) Capture Time Length	帯域幅 >31.25 MHz 設定時 取得時間長を設定 最小取得時間長: 500 ns～1 μs (解析帯域幅に応じて決定) 最大取得時間長: 500 ms
分解能帯域幅(RBW) 設定範囲 選択度	帯域幅 >31.25 MHz 設定時 3 kHz～10 MHz(1-3 シーケンス) (-60 dB/-3 dB) 4.5:1, 公称値
ADC 分解能	14 bits
周波数	
周波数範囲	表 1.3.8-1 を参照してください。
振幅	
表示平均雑音レベル	表 1.3.8-1 を参照してください。
絶対振幅確度	表 1.3.8-1 を参照してください。
直線性誤差	表 1.3.8-1 を参照してください。
RF 周波数特性	表 1.3.8-1 を参照してください。

第2章 お使いになる前に

この章では、本器をお使いになる前にあらかじめ知っておくべき事柄を説明します。ご使用中の安全や、故障を避けるための注意事項についても記載しているので、必ず一度は参照してください。

2.1	持ち運びについて.....	2-2
2.2	設置場所について	2-3
2.2.1	設置の向き	2-3
2.2.2	ファンからの距離.....	2-4
2.2.3	設置場所の条件	2-4
2.3	使用前の確認	2-5
2.3.1	安全保護ラベル	2-5
2.3.2	RF Input への入力レベルおよび (ベクトル信号発生器追加時の) 逆電力について	2-5
2.3.3	静電気について	2-6
2.3.4	入力コネクタおよび (ベクトル信号発生器追加時の) SG Output コネクタの取り扱い上の注意	2-8
2.3.5	USB メモリ	2-8
2.4	電源と接続する	2-9
2.4.1	電源電圧を確認する	2-9
2.4.2	電源コードを接続する.....	2-9

2

お
使
い
に
る
前
に

2.1 持ち運びについて




図 2.1-1 ガードと取っ手

本器を持ち運ぶときは、両側面にある取っ手を持ってください。ガードを持つと、ガードのネジが緩んだりガードが破損したりするおそれがあります（ガードは、コネクタ類を守るためのものです）。

2.2 設置場所について

2.2.1 設置の向き

本器は、図 2.2.1-1 のように水平に、または傾斜足を使って傾斜させて設置してください。傾斜させた場合は、本器の上に物を置かないでください。




図 2.2.1-1 設置の向き

⚠ 注意

設置する向きが上図の○印でない場合、わずかな衝撃でバランスを崩して倒れ、負傷するおそれがあります。

2.2.2 ファンからの距離

本器には、内部温度の上昇を防ぐためのファンが設けてあります。本器を設置するときは、ファンの周囲をふさがないように、通風孔を壁や周辺機器などの障害物から 10 cm 以上離した場所に設置してください。




図 2.2.2-1 ファンからの距離

2.2.3 設置場所の条件

本器は周囲温度が 5°C～45°C の場所で動作しますが、以下のような場所での使用は、故障の原因となるので避けてください。

- ・ 振動の激しい場所
- ・ 湿気やほこりの多い場所
- ・ 直射日光の当たる場所
- ・ 活性ガスにおかされるおそれのある場所
- ・ 電源電圧の変動が激しい場所

2.3 使用前の確認

2.3.1 安全保護ラベル

使用者の安全保護のため、背面パネルには図 2.3.1-1 の WARNING ラベルを貼っています。ラベルに書かれた内容は守ってください。



図 2.3.1-1 WARNING ラベル

2.3.2 RF Inputへの入力レベルおよび(ベクトル信号発生器追加時の)逆電力について

本器は過電力保護されていません。RF 入力コネクタは +30 dBm (Mixer 入力レベルは最大 +20 dBm) 以下の電力を印加してください。また、上記の範囲内であっても DC 電圧は印加しないでください。


プリアンプ(オプション)On 時の RF 入力コネクタは +10 dBm 以下の電力を印加してください。

ベクトル信号発生器(オプション)追加時においても、SG Output コネクタには逆電力保護されていません。SG Output コネクタに +30 dBm (周波数 300 MHz 以上) または +24 dBm (周波数 300 MHz 未満) 以上の逆電力が印加されないように注意してください。また、上記の範囲内であっても DC 電圧がかからないようにしてください。

2.3.3 静電気について

⚠ 注意

- 必ず 3 芯電源コードを用いて本器、および被測定物(実験回路を含む)の両方をアースに接続してください。双方がアースに接続されていることを確認してから、本器および被測定物(実験回路を含む)を同軸ケーブルで接続してください。
本器と被測定物がアースに接続されていない状態で、本器と被測定物を接続すると、静電気により本器の入力回路を破損するおそれがあります。
- コネクタの中心導体を触ったり、金属を接触させたりしないでください。本器の入力回路を破損するおそれがあります。




お使いになる前に

⚠ 注意

本器の入力コネクタに接続している同軸ケーブルの中心導体を触ったり、金属を接触させたりしないでください。


本器の入力回路を破損するおそれがあります。



⚠ 注意

同軸ケーブルをコネクタに接続するときに、中心導体を金属に接触させないでください。

本器の入力回路を破損するおそれがあります。



2.3.4 入力コネクタおよび(ベクトル信号発生器追加時の)SG Outputコネクタの取り扱い上の注意

RF Input および SG Output には N 型のみを接続してください。異なったコネクタを接続すると、コネクタを破損します。

2.3.5 USBメモリ

USB メモリを使用する際にはコネクタの向きに注意してください。誤って異なる向きで差し込むとコネクタが破損するおそれがあります。

2.4 電源と接続する

この節では、本器に電源を供給するための手順について説明します。

2.4.1 電源電圧を確認する

本器を正常に動作させるために、下記に記載した電源電圧の範囲で使用してください。

電源	電圧範囲	周波数
100 V 系 AC 電源	100~120 V	50~60 Hz
200 V 系 AC 電源	200~240 V	50~60 Hz

動作電圧は定格電圧の+10%, -15% (ただし上限は AC250V)です。


100 V 系および 200 V 系は、自動切り替え方式です。また、本器の消費電力は最大 440 VA ですので、十分な容量の電源をご用意ください。

注意

上記以外の電源電圧を使用した場合、感電や火災、故障、誤動作の原因となることがあります。

2.4.2 電源コードを接続する

電源コードを電源コンセントおよび背面パネルにある電源インレットに差し込みます。電源接続時に本器が確実にアースに接続されるよう、付属の 3 芯電源コードを用いて接続してください。



警告

アース配線を実施しない状態で電源コードを接続すると、感電による人身事故のおそれがあり、また本器および本器と接続された周辺機器を破損する可能性があります。

本器の電源供給に、アース配線のないコンセント、延長コード、変圧器などを使用しないでください。

本器の信号コネクタの接地端子(同軸コネクタの外部導体など)は、ことわりのない限り本器の筐体および電源コードを介してアースに接続されています。本器と接続する機器の接地端子は、本器と同じ電位のアースに接続されていることを確認してください。異なる電位にアース接続された機器を接続した場合、感電や火災、故障、誤動作の原因となるおそれがあります。

注意

本器の故障や誤動作などの緊急時は、電源コード両端のどちらかを取り外すことで、本器を電源から切り離してください。

本器を設置する場合、電源コードを取り外しやすくするために、電源インレットおよびコンセントを、操作者にとってわかりやすく容易に脱着できるように配置してください。また、プラグおよび電源インレット付近の電源コードは、脱着の妨げとなるような固定(脱落防止クラップの取り付けなど)をしないでください。

本器をラックなどに実装した場合、電源供給元となるラックのスイッチまたはサーキットブレーカーを、電源切り離しの手段としても構いません。

なお、本器の正面パネルにある電源スイッチはスタンバイスイッチなので、このスイッチでは主電源を切断できません。

この章では、実際に本器を操作するために知っておいていただきたい項目（各部の名称、基本的なパラメータの設定方法、変調の操作方法、便利な機能）について説明します。

3.1	各部の名称	3-2
3.1.1	各部の名称.....	3-2
3.2	電源の On/Off.....	3-10
3.2.1	電源を On にする.....	3-10
3.2.2	電源を Off にする.....	3-11
3.3	自動校正.....	3-12
3.4	Configuration 設定	3-16
3.4.1	表示説明	3-17
3.4.2	Interface Settings.....	3-18
3.4.3	Copy Settings	3-19
3.4.4	System Settings.....	3-20
3.4.5	Application Switch Settings	3-22
3.4.6	System Information.....	3-23
3.4.7	Option Information.....	3-24
3.4.8	File Operation	3-24
3.4.9	Software Install/Uninstall	3-25
3.4.10	Correction	3-25
3.4.11	Display Annotation.....	3-30
3.4.12	Calibration Alert.....	3-30
3.5	アプリケーションの起動・終了・切り替え	3-33
3.5.1	アプリケーションの起動	3-34
3.5.2	アプリケーションの終了	3-36
3.5.3	アプリケーションの切り替え	3-38
3.5.4	アプリケーションの配置変更	3-39
3.6	保存・呼び出し機能	3-41
3.6.1	パラメータ・波形データの保存.....	3-41
3.6.2	パラメータの呼び出し	3-43
3.6.3	画面ハードコピー	3-45
3.6.4	Simple Save&Recall	3-46
3.7	初期化	3-50
3.7.1	Preset	3-50
3.7.2	System Reset	3-51
3.8	インストールとアンインストール	3-52
3.8.1	ソフトウェア インストール.....	3-52
3.8.2	ソフトウェア アンインストール	3-56

3.1 各部の名称

3.1.1 各部の名称

正面パネル

正面パネルに配置されているキーやコネクタについて説明します。





図 3.1.1-1 正面パネル



電源スイッチ

AC 電源が入力されているスタンバイ状態と、動作している Power On 状態を切り替えます。スタンバイ状態では、**① Power** ランプ（オレンジ）が点灯します。Power On 状態では Power ランプ（緑）が点灯します。電源スイッチは長めに（約 2 秒間）押してください。



ハードディスクアクセスランプ

本器に内蔵されているハードディスクにアクセスしている状態のときに点灯します。



Copy キー

ディスプレイに表示されている画面のハードコピーをファイルに保存します。



Recall キー

パラメータファイルをリコールする機能を開始します。

- ⑤  **Save キー**
パラメータファイルを保存する機能を開始します。
- ⑥  **Cal キー**
Calibration 実行メニューを表示します。
- ⑦  **Local キー**
GPIB や Ethernet, USB (B) によるリモート状態をローカル状態に戻し, パネル設定を有効にします。
- ⑧  **Remote ランプ**
リモート制御状態のとき点灯します。
- ⑨  **Preset キー**
パラメータの設定を初期状態に戻します。
- ⑩ 
ファンクションキー
画面の右端に表示されるファンクションメニューを選択・実行するときに使用します。ファンクションメニューの表示内容は、複数のページと階層により構成されています。
ファンクションメニューのページを変更する場合は  を押します。ページ番号はファンクションメニューの最下段に表示されます（例：1 of 2）。
いくつかのファンクションを実行すると、1つ下の階層のメニューを表示する場合があります。1つ上の階層に戻る場合は、 を押します。最も上の階層に戻る場合は、 を押します。

⑪



メインファンクションキー1

主機能の設定、実行のために使用します。

選択中のアプリケーションにより、実行可能な機能が変わります。

Frequency 主に周波数などを設定するために使用します。

Amplitude 主にレベルなどを設定するために使用します。

Span 主に周波数スパンなどを設定するために使用します。

Trigger/Gate 主にトリガなどを設定するために使用します。

BW 主に RBW/VBWなどを設定するために使用します。

Time/Sweep 主に Time/Sweepなどを設定するために使用します。

⑫



メインファンクションキー2

主機能の設定、実行のために使用します。

選択中のアプリケーションにより、実行可能な機能が変わります。

Application Switch アプリケーションを切り替えるときに使用します。

System Config Configuration 画面を表示します。

Trace 主にトレースなどを設定するために使用します。


Measure 主に測定機能などを設定するために使用します。

Marker 主にマーカ機能などを設定するために使用します。

PeakSearch 主にピークサーチ機能などを設定するために使用します。

Single → 1回の測定を開始します。

Continuous ← 連続測定を開始します。

**⑬ ロータリノブ／カーソルキー／Enter キー／Cancel キー**


ロータリノブ／カーソルキーは、表示項目の選択や設定の変更に使用します。

を押すと、入力、選択したデータが確定されます。

を押すと、入力、選択したデータが無効になります。

**⑭ Shift キー**


パネル上の青色の文字で表示してあるキーを操作する場合に使用します。最初にこのキーを押してキーのランプ（緑）が点灯した状態で、目的のキーを押します。

**⑮ テンキー**

各パラメータ設定画面で数値を入力するときに使用します。

を押すと最後に入力された数値や文字が 1 つ消去されます。

が点灯中に、続けて ~ を押すことで、16進数の“A”~“F”が入力できます。

**⑯ RF 入力コネクタ**

RF 信号を入力します。

周波数 18 GHz 以上での測定においては、変換アダプタ (J1398A N-SMA ADAPTOR) の使用を推奨します。

**⑰ RF Output 制御キー**


MS2690A/MS2691A/MS2692A オプション 020 ベクトル信号発生器（以下、オプション 020）を装着時に、 を押すと、RF 信号出力の On/Off を切り替えることができます。出力 On 状態では、キーのランプ（橙）が点灯します。

⑯ SG Output(Opt)



RF 出力コネクタ (オプション 020 装着時)
RF 信号を出力します。

⑰



USB コネクタ (A タイプ)

添付品の USB メモリや、USB タイプのキーボード、マウスを接続するときに使用します。

背面パネル

背面パネルに配置されているコネクタについて説明します。




図 3.1.1-2 背面パネル



Ref Input コネクタ (基準周波数信号入力コネクタ)

外部から基準周波数信号 (10 MHz または 13 MHz) を入力します。本器内部の基準周波数よりも確度の良い基準周波数を入力する場合、あるいはほかの機器の基準信号により周波数同期を行う場合に使用します。



Buffer Out コネクタ (基準周波数信号出力コネクタ)

本器内部の基準周波数信号 (10 MHz) を出力します。本器の基準周波数信号を基準として、ほかの機器と周波数同期させる場合に使用します。



Trigger Input コネクタ

外部機器からのトリガ信号の入力コネクタです。トリガ入力時の動作については、各アプリケーションの取扱説明書を参照してください。



Sweep Status Out コネクタ

内部の測定実行時、あるいは測定データ取得時にイネーブルとなる信号を出力します。

- ⑤ **IF Out
875/900MHz**
- 
- IF Out コネクタ**
IF 出力コネクタです。スペクトラムアナライザ動作時は、874.988 MHz が設定されたセンター周波数に相当します。シグナルアナライザ動作時は 875 MHz が指定されたセンター周波数に相当します。MS2690A/MS2691A/MS2692A オプション 004 広帯域解析ハードウェア有効時は 900 MHz となります。スペクトラムアナライザ、シグナルアナライザとともに、RBW による帯域制限をされない IF 信号を出力します。
- ⑥ **AUX**
- 
- AUX コネクタ**
オプション 020 のベースバンドクロック基準入力、エラーレート測定用入力などの複合コネクタです。内部ピン配置は表 3.1.1-1 を参照してください。
- ⑦ **GPIB**
- 
- GPIB 用コネクタ**
GPIB を用いて外部制御を行うときに使用します。
- ⑧ **USB(Remote)**
- 
- USB コネクタ (B タイプ)**
USB を用いて外部制御を行うときに使用します。
- ⑨ **LAN**
- 
- Ethernet コネクタ**
パソコン用コンピュータ（以下、パソコン）、またはイーサネットワークと接続するために使用します。
- ⑩ **USB**
- 
- USB コネクタ (A タイプ)**
添付品の USB メモリ、USB タイプのキーボード、およびマウスを接続する時に使用します。
- ⑪ **Monitor Out**
- 
- Monitor Out コネクタ**
外部ディスプレイと接続するために使用します。
- ⑫ **AC インレット**
- 
- 電源供給用インレットです。
 ~Line Input
 50-60Hz 440VA Max
 100-120V/200-240V

表 3.1.1-1 AUX コネクタ

機能	ピン番号	信号名
BER	18	GND
	19	GND
	20	GND
	51	BER_CLK
	52	BER_EN
	53	BER_DATA
	21	GND
SG	22	GND
	26	GND
	27	MARKER1
	28	MARKER3
	30	GND
	54	PULS_MOD
	55	BB_REF_CLK
	61	MARKER2
	62	GND

表 3.1.1-1 に記載していないコネクタは、機器のメンテナンス用インターフェースのため、何も接続しないでください。

3.2 電源の On/Off

3.2.1 電源をOnにする

電源を On にする手順は以下のとおりです。

<手順>

1. 電源コードのジャック側を背面パネルの AC 電源インレットへ差し込みます。このとき、しっかりと奥まで差し込んでください。
2. 電源コードのプラグ側を AC 電源コンセントへ差し込みます。本器はスタンバイ状態になり、電源スイッチの  ランプ（橙）が点灯します。
3. 電源スイッチを押すと、 ランプ（緑）が点灯して起動が始まります。

電源を On にすると、Windows の起動に続いて本器のソフトウェアが起動します。起動中は下図のような起動画面が表示されます。起動画面が表示されている間に電源スイッチを押さないでください。電源スイッチを押した場合、ソフトウェアが正常に起動しない場合があります。




図 3.2.1-1 起動画面の例

3.2.2 電源をOffにする

電源を Off にする手順は以下のとおりです。

パネルキーを使用して電源 Off を実行する場合

<手順>

1. 電源スイッチを押すとアプリケーションの終了とシャットダウンが始まり、電源スイッチの Power ランプ（緑）が消灯して、ランプ（橙）が点灯し、電源 Off となります。このとき、主電源は On 状態となっています。

注:

電源スイッチを 4 秒以上押し続けないでください。押し続けた場合、ソフトウェアの終了処理中に強制終了が実行されます。

本器に接続したマウスを使用して電源 Off を実行する場合

<手順>

1. 本器に添付のマウスを接続し、Windows タスクバーの Start メニューを開きます。
2. 「Turn off computer」を選択します。
3. 「Turn off」を選択します。
4. シャットダウンが始まり、電源スイッチの Power ランプ（緑）が消灯して、ランプ（橙）が点灯し、電源 Off となります。このとき、主電源は On 状態となっています。

強制終了する場合

<手順>

1. 電源スイッチを 4 秒以上押し続けてください。電源スイッチの Power ランプ（緑）が消灯し、ランプ（橙）が点灯し、電源 Off となります。

注:

- ・ 強制終了は何らかの理由などでキー操作、マウス、およびキーボード操作ができなくなったときのみの緊急操作として使用してください。電源スイッチを 4 秒以上押し続けても電源が切れない場合は故障と考えられます。コンセントを抜き、当社または当社代理店にご連絡ください。
- ・ ハードディスクにアクセスしている状態で電源プラグを外すと、ハードディスクが故障するおそれがあります。電源プラグは電源 Off 時の状態で外してください。

3.3 自動校正

本器の測定誤差を最小にするため、内蔵する校正用発振器を用いて自動的に校正する機能があります。


⚠ 注意

校正を行う際は RF Input に信号を入力しないでください。信号を入力したまま自動校正機能を実行すると、正しい校正值を得ることができません。

 (Cal) を押すと、Cal ファンクションメニューが表示されます。



図 3.3-1 Cal キー



Page 1

Page 2

図 3.3-2 Cal ファンクションメニュー

表 3.3-1 Cal ファンクションメニュー

メニュー表示	機能
Page 1	
SIGANA All	Extra Band Cal を除く、すべての校正 (Level Cal, Band Cal, Local Leak Suppression) を実行します。
Level Cal	レベル校正を実行します。
Band Cal	解析帯域校正を実行します。
Local Leak Suppression	ローカルリーク抑圧を実行します。
Extra Band Cal	現在の中心周波数限定で解析帯域校正を実行します。
Extra Band Cal Clear	Extra Band Cal で取得したすべての校正值をゼロにクリアします。
Close	アプリケーションの画面に戻ります。
Page 2	ベクトル信号発生器オプション搭載時のみ表示されます。
SG I/Q Cal	ベクトル信号発生器オプションの校正を行います。 SG Output と RF Input をケーブルで接続する必要はありません。
SG External I/Q Cal	ベクトル信号発生器オプションの校正を行います。 SG Output と RF Input をケーブルで接続する必要があります。RF Input には信号を入力しないでください。
SG I/Q Cal Restore Default	SG I/Q Cal および SG External I/Q Cal で取得した校正值を消去し、工場出荷時の値に戻します。

Page 1 の自動校正機能には、下記の 4 つの校正機能と (1)～(3) を一括して実行する機能があります。

(1) レベル校正 (Level Cal)

レベル測定誤差を最小にするために基準レベル誤差、RBW 切換誤差、入力アンテナ切り替え誤差について校正します。

操作例：信号レベル校正を実行する

<手順>

1.  (Cal) を押します。
2.  (Level Cal) を選択します。

(2) 解析帯域校正 (Band Cal)

解析帯域内の周波数フラットネスおよび位相特性を校正します。

操作例：解析帯域校正を実行する

<手順>

1.  (Cal) を押します。
2.  (Band Cal) を選択します。

(3) ローカルリーク抑圧 (Local Leak Suppression)

低周波数、低レベルの測定に影響するローカルリークを抑圧するための校正を実行します。

操作例：ローカルリークサプレッション機能によるローカルリーク抑圧をする

<手順>

1.  (Cal) を押します。
2.  (Local Leak Suppression) を選択します。

すべての校正機能を一括して実行する手順は以下のとおりです。

<手順>

1.  (Cal) を押します。
2.  (SIGANA All) を選択します。

(4) Extra Band Cal

現在の中心周波数限定で解析帯域校正を実行します。

操作例：現在の中心周波数限定で解析帯域校正をする

<手順>

1.  (Cal) を押します。
2.  (Extra Band Cal) を選択します。

Extra Band Cal 校正值は、Extra Band Cal を実行したときの中心周波数ごとに保持されます。すでに校正值の存在する中心周波数で Extra Band Cal を実行した場合、前の校正值は破棄されます。また Extra Band Cal 校正值は最大 100 個まで保持され、100 個保持されている状態で Extra Band Cal を実行すると最も古い校正值が破棄されます。

Extra Band Cal 実行時の中心周波数と、現在の中心周波数の設定値の差が 100 kHz 以下であり、かつ同一の周波数バンドの場合に校正值が適用されます。

Spectrum Analyzer 機能が選択されている場合、本機能は実行できません。この場合、本機能を実行するには、Spectrum Analyzer 機能、Signal Generator 機能、BER 測定機能、Power Meter 機能以外の機能を選択してください。

ソフトウェアバージョンによってはソフトウェアインストールしたときに Extra Band Cal 校正值がクリアされる場合があります。ソフトウェアインストール後は再度 Extra Band Cal を行い校正值の再取得を行ってください。ソフトウェアインストールについては「3.8.1 ソフトウェアインストール」を参照してください。

(5) Extra Band Cal Clear

Extra Band Cal で取得したすべての校正值をクリアします。

操作例: Extra Band Cal で取得したすべての校正值をクリアする

<手順>

1.  (Cal) を押します。
2.  (Extra Band Cal Clear) を選択します。

Page 2 のベクトル信号発生器オプションの自動校正機能には、下記の 2 つの校正機能 (6), (7) と、(6), (7) で取得した校正值を消去する機能 (8) があります。

(6) SG I/Q Cal

(7) SG External I/Q Cal

(8) SG I/Q Cal Restore Default

詳細は、『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ オプション 020 ベクトル信号発生器 取扱説明書（操作編）』「2.9 自動校正」を参照してください。

3.4 Configuration 設定

Configuration 画面では、本器のシステム設定、システム情報表示、アプリケーション共通機能の設定などができます。

System Config を押すと Configuration 画面が表示されます。




図 3.4-1 Configuration の画面

3.4.1 表示説明

Configuration 画面のファンクションメニューは 2 ページからなります。➡ を押すことで、ページを変更することができます。

表 3.4.1-1 Configuration メニュー

ファンクションキー	メニュー表示	機能
ページ 1	Configuration	 押すと表示されます。
F1	Interface Settings	リモート制御に使用するインターフェースを設定します。  『本体リモート制御編』 1.3 インタフェースの設定  3.4.2 Interface Settings
F2	Copy Settings	画面ハードコピーを設定します。  3.4.3 Copy Settings
F3	System Settings	ブザー音の On/Off を設定します。  3.4.4 System Settings
F4	Application Switch Settings	アプリケーションの Load/Unload を設定します。  3.4.5 Application Switch Settings
F5	System Information	本器のシステム情報が表示されます。  3.4.6 System Information
F6	Option Information	本器に搭載されているオプションが表示されます。  3.4.7 Option Information
F7	File Operation	ファイルとデータの管理に関して設定します。  3.4.8 File Operation
F8	Close	Configuration 画面を閉じます。
ページ 2	Configuration	 を押し ➡ を押すと表示されます。
F1	Software Install	ソフトウェアとライセンスのインストールを設定します。  3.4.9 Software Install/Uninstall
F3	Calibration Alert	Calibration Alert 機能の設定をします。  3.4.12 Calibration Alert
F4	Display Annotation	対象アプリケーションの画面の周波数、レベル表示の On/Off を設定します。 On: 表示 (初期値), Off: 非表示  3.4.11 Display Annotation
F6	Save&Recall Settings	保存と呼び出し機能のモードを設定します。  3.6.4 Simple Save&Recall
F7	Correction	Correction 機能の設定をします。  3.4.10 Correction
F8	Close	Configuration 画面を閉じます。

3.4.2 Interface Settings

System Config を押したあと **F1** (Interface Settings) を押すと、Interface Settings 画面が表示されます。この画面では、リモート制御に使用する GPIB, Ethernet, USB インタフェースの条件を設定できます。設定したい項目をカーソルで選び、**F7** (Set) を押すと、その項目の設定が反映されます。

詳細については、『MS2690/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A シグナルアナライザ取扱説明書（本体 リモート制御編）』の「1.3 インタフェースの設定」を参照ください。




図 3.4.2-1 Interface Settings 画面

3.4.3 Copy Settings

System Config を押したあと **F2** (Copy Settings) を押すと、画面 Copy Settings 画面が表示されます。この画面では、画面ハードコピーの条件を設定できます。設定したい項目をカーソルで選択したあと、**F7** (Set) を押すと、その項目の設定が反映されます。



図 3.4.3-1 Copy Settings 画面

表 3.4.3-1 Copy Settings の設定項目

番号	項目	内容
①	File Type Settings	ファイル形式を選択します。BMP または PNG に設定できます。
②	Color Settings	画面ハードコピーの色を設定します。画面表示と同じ (Normal) 反転 (Reverse) 白黒 (Monochrome), 白黒反転 (Reversed Monochrome) から選択できます。
③	File Name Settings	ファイル名の決定方法を自動 (日付+連番) または任意から選択できます。 本設定はパラメータ・波形データの保存のファイル名の決定にも適用されます。  3.6.1 パラメータ・波形データの保存
④	Storage Place Settings	ファイルの保存場所を選択できます。

3.4.4 System Settings

System Config を押したあと, **F3** (System Settings) を押すと, System Settings 画面が表示されます。設定したい項目をカーソルで選択したあと, **F7** (Set) を押すと、その項目の設定が反映されます。




図 3.4.4-1 System Settings 画面

表 3.4.4-1 System Settings の設定項目

項目	内容
Beep Sound Setting	警告音の On/Off を設定します。
Reference Signal	基準周波数信号の種類を選択します。 <u>Auto</u> 外部からの基準信号の入力を検出し、自動的に選択します。外部入力が検出されない場合は内部基準発振器を、外部入力が検出された場合は外部基準信号に同期します。 <u>Fixed to Internal</u> 内部基準発振器を使用します。

表 3.4.4-1 System Settings の設定項目 (続き)

項目	内容
External Reference Frequency	<p>基準周波数信号源として外部基準信号を使用する場合の、信号の周波数を選択します。</p> <p>13 MHz の外部基準信号は IF Local Board Revision の Board Revision が 3 以上の場合のみ使用できます。Board Revision は以下の手順で確認できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [System Config] を押したあと [F5] (System Information) を押し、System Information メニューを表示します。 2. [F4] (Board Revision View) を押し、Board Revision 一覧を表示します。 3. IF Local Board 欄の右側に IF Local Board の Board Revision が表示されます。 <p>IF Local Board Revision の Board Revision が 3 未満の場合で 13 MHz の外部基準仕様を使用する場合は、本書記載の「本製品についてのお問い合わせ窓口」へご連絡ください。</p>

3.4.5 Application Switch Settings

System Config を押したあと F4 (Application Switch Settings) を押すと、Application Switch Settings メニューが表示されます。この画面で、アプリケーションの Load/Unload 設定ができます。設定したい項目をカーソルで選択し、F7 (Set) を押すと、その項目の設定ウィンドウの表示、あるいは設定の実行が開始されます。



図 3.4.5-1 Application Switch Settings メニュー

表 3.4.5-1 Application Switch Settings の設定項目

メニュー表示	内容
Load Application Select	Unloaded Applications 枠内にあるアプリケーションを選択することで、選択したアプリケーションを起動できます。
Unload Application Select	Loaded Applications 枠内にあるアプリケーションを選択することで、選択したアプリケーションを終了できます。
Position Change	Load したアプリケーションを任意に Application Switch メニュー上に設定できます。

3.4.6 System Information

System Config を押したあと **F5** (System Information) を押すと、System Information メニューが表示されます。この画面では、本器のシステム情報を閲覧できます。閲覧したいシステム情報に該当するファンクションキーを押すと、選択した項目のウィンドウが表示されます。




図 3.4.6-1 System Information メニュー

表 3.4.6-1 System Information の設定項目

メニュー表示	内容
System Information View	本器の製品タイプ、シリアル番号、運転時間、アッテネータ切り替え回数が表示されます。 ATT01:2dB ATT02:4dB ATT03:8dB ATT04:10dB ATT05:16dB ATT06:20dB
Software Version View	本器にインストールされたソフトウェアのバージョンが表示されます。
FPGA Version View	本器に実装されている各ボードの FPGA のバージョンが表示されます。
Board Revision View	本器に実装されている各ボードのリビジョンが表示されます（表示されないボードもあります）。
Software License View	本器にインストールされたソフトウェアのライセンスが表示されます。
SG Wave License View	本器にインストールされた SG 波形のライセンスが表示されます（ベクトル信号発生器搭載時のみ）。
System Reset	システムが初期化されます。
Information Save	本器のシステム情報が保存されます。

3.4.7 Option Information

System Config を押したあと **F6** (Option Information) を押すと、オプション画面が表示されます。この画面では、本器のオプション搭載情報を閲覧できます。

3.4.8 File Operation

System Config を押したあと **F7** (File Operation) を押すと、File Operation メニューが表示されます。この画面で、データファイルの管理ができます。管理したいデータファイルに該当するファンクションキーと押すと、選択した項目を押すと、その項目の設定ウィンドウが表示されます。




図 3.4.8-1 File Operation メニュー

表 3.4.8-1 File Operation の設定項目

項目	内容
Device (D:)	ドライブを選択します。
Parameter Save Data	パラメータ設定ファイルのセーブデータを管理できます。
Copy Data	コピーされたファイルデータを管理できます。
Trace Data	トレースデータを管理できます。
Digitizer Data	デジタイズデータを管理できます。
System Information	本器のシステム情報を管理できます。

3.4.9 Software Install/Uninstall

 を押したあと、System Information メニューがページ 2 で、 (Software Install) を押すと、ソフトウェアのインストール画面が表示されます。この画面で、本器にソフトウェアをインストール、またはアンインストールできます。設定したい項目に該当するファンクションキーを押すと、選択した項目が実行されます。詳細については「3.8 インストールとアンインストール」を参照してください。

3.4.10 Correction

測定を行う場合、その測定系の持つ誤差や利得などを補正したいときがあります。例としては次のようなものがあります。

- ・ 測定ケーブルの周波数特性や損失の補正
- ・ RF 入力にプリアンプなどを接続した場合の周波数特性や利得の補正
- ・ アンテナや近磁界プローブを接続して、電界強度を測定したい（アンテナ係数の補正）

上記のような場合に Correction 機能を用いることで誤差や利得を補正することができます。

補正值の入力は、CSV ファイルまたはリモート制御により入力することができます。 CSV ファイルにより入力する場合は Recall Correction Table を参照してください。リモート制御により入力する場合の詳細は『MS2690A/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A シグナルアナライザ取扱説明書（本体リモート制御編）』4 章の「Correction Make Up」を参照してください。

System Config を押したあと、Configuration メニューページ 2 で、**F7** (Correction) を押すと、Correction ファンクションメニューが表示されます。周波数特性の補正值の設定することができます。




図 3.4.10-1 Correction ファンクションメニュー

表 3.4.10-1 Correction の設定項目

メニュー表示	内容
Correction (On/Off)	Correction の On/Off を設定します。 On の場合はレベル補正処理が適用されます。
Save Correction Table	Save Correction Table ファンクションメニューを開きます。
Recall Correction Table	Recall Correction Table ファンクションメニューを開きます。
Close	Configuration 画面に戻ります。

Correction ファンクションメニューで F2 (Save Correction Table) を押すと、Save Correction Table ファンクションメニューが表示されます。レベル周波数特性の保存をすることができます。



図 3.4.10-2 Save Correction Table ファンクションメニュー

表 3.4.10-2 Save Correction Table の設定項目

メニュー表示	内容
Device (D:)	ドライブを選択します。
Save Correction Table	レベル周波数特性を保存します。 File Name Setting が Data + sequential のときは、ファイル名は“Corr 日付_連番”となります。 ファイル形式は csv 形式で保存されます。保存先は “[選択ドライブ]:¥Anritsu Corporation¥Signal Analyzer¥User Data¥Corrections¥”となります。フォルダ内のファイル数の上限は 1000 ファイルです。
Close	Configuration 画面に戻ります。

Correction ファンクションメニューで **F3** (Recall Correction Table) を押すと、Recall Correction Table ファンクションメニューが表示されます。保存されているレベル周波数特性を読み出すことができます。



図 3.4.10-3 Recall Correction Table ファンクションメニュー

表 3.4.10-3 Recall Correction Table の設定項目

メニュー表示	内容
Device (D:)	ドライブを選択します。
Recall Correction Table	レベル周波数特性を読み出します。 ファイル形式は csv 形式となります。
Close	Configuration 画面に戻ります。

Correction ファイルは csv ファイル固定で、下記のようなフォーマットとなり、周波数、レベルを設定することによりレベル補正を行うことができます。また、設定した補正值は Log で直線補間されます。

```
Frequency(Hz),Level(dB)
0,0
980000000,1
1000000000,4
1200000000,1
```

CSV ファイルでは、補正する周波数、レベルについては以下の範囲となるように記載してください。

補正データは、最大 4096 個まで設定することができます。

[周波数]

範囲 $-1 \sim 400$ GHz

分解能 1 Hz

ただし、単位については、Hz 単位で指定してください。

[レベル]

範囲 $-100 \sim 100$ dB

分解能 0.001 dB

補正值の入力されている周波数範囲を $F_a \sim F_b$ としたとき、表示している周波数範囲が F_a よりも低い場合、または F_b よりも高い場合、 $F_a \sim F_b$ 以外の周波数範囲についての補正值は F_a 以下の周波数については F_a の補正值 L_a 、 F_b 以上の周波数範囲については F_b の補正值 L_b と同じ値になります。補正值と補正值の間の値は Log 補完された値となります。




図 3.4.10-4 補正值を入力時の動作

Correction 機能の補正值は Signal Generator, BER Test, RNC Simulator を除くすべてのアプリケーションに適用されます。

シグナルアナライザ機能では同一 Span 内のすべてのトレースデータに、中心周波数の補正值が適用されます。

以下の操作を行うと補正值は初期化されます。インストールでは補正值は初期化されません。

- System Reset を実行する
- システムリカバリ機能を実行する

3.4.11 Display Annotation

Display Annotation が OFF の時、対象アプリケーションの画面上から、周波数関連の設定、レベル関連の設定、マーカ読み取り値、測定結果などに含まれる測定対象の周波数、レベルが特定できないように非表示にします。

 を押したあと、を押し、Configuration ファンクションメニューページ2で、
 (Display Annotation) を押して、表示の On/Off を切り替えます。

- | | |
|-----|---------------------|
| On | 周波数、レベルを表示します（初期値）。 |
| Off | 周波数、レベルを非表示にします。 |

注:

Display Annotation が Off の時、Application Switch メニューには、Display Annotation 機能に対応しているアプリケーションのみ表示されます。

3.4.12 Calibration Alert

Calibration Alert 機能は、前回実施した自動校正(SIGANA All)からの温度変動または経過時間が設定値以上となった場合に、アラート表示を行う機能です。アラートの発生条件、温度変動の条件、経過時間の条件を設定します。

 を押したあと、を押し、Configuration ファンクションメニューページ2で、
 (Calibration Alert) を押すと、Calibration Alert ファンクションメニューが表示されます。




図 3.4.12-1 Calibration Alert ファンクションメニュー

表 3.4.12-1 Calibration Alert の設定項目

メニュー表示	内容						
Alert Mode	<p>アラートの発生条件を設定します。</p> <p><u>None</u> アラートを発生させません。</p> <p><u>Temperature</u> 前回行われた自動校正(SIGANA All) 時の本器内部温度から, Temperature 設定値以上の温度変動があった場合にアラートを発生させます。</p> <p><u>Elapsed Time</u> 前回行われた自動校正(SIGANA All) 時の時刻から, Elapsed Time 設定値以上の時間が経過した場合にアラートを発生させます。</p> <p><u>Both</u> 温度変動と経過時間のいずれかが条件に当てはまった場合にアラートを発生させます。</p>						
Temperature	<p>アラートを発生させるための温度変動の条件を設定します。</p> <table> <tr> <td>範囲</td> <td>0.5~50.0°C</td> </tr> <tr> <td>分解能</td> <td>0.5°C</td> </tr> <tr> <td>初期値</td> <td>2.0°C</td> </tr> </table>	範囲	0.5~50.0°C	分解能	0.5°C	初期値	2.0°C
範囲	0.5~50.0°C						
分解能	0.5°C						
初期値	2.0°C						
Elapsed Time	<p>アラートを発生させるための経過時間の条件を設定します。</p> <table> <tr> <td>範囲</td> <td>1~200 h (時間)</td> </tr> <tr> <td>分解能</td> <td>1 h (時間)</td> </tr> <tr> <td>初期値</td> <td>1 h (時間)</td> </tr> </table>	範囲	1~200 h (時間)	分解能	1 h (時間)	初期値	1 h (時間)
範囲	1~200 h (時間)						
分解能	1 h (時間)						
初期値	1 h (時間)						

設定したアラート発生条件を満たすと、図 3.4.12-2 のように画面上部にアラートが表示されます。アラートは自動校正(SIGANA All) を実行することにより解除されます。



図 3.4.12-2 アラート表示

Alert Mode が Both または Temperature の場合、アラートが発生した状態で内部温度が温度変動条件の設定範囲内に戻ってもアラートは発生したままとなります。アラートは自動校正(SIGANA All) を実行することにより解除されます。

注:

- 本器の電源を入れてから 30 分間は暖気中のため、アラート発生条件を満たしてもアラートは表示されません。
- 本機能は前回実施した自動校正 (SIGANA All) からの経過時間の監視に Windows の日付／時刻を利用しています。Windows の日付／時刻を変更した場合アラートが正しい経過時間で表示されなくなりますので、変更後は再度自動校正 (SIGANA All) を実行してください。
- MX269010A Mobile WiMAX 測定ソフトウェア使用時はアラートが画面表示されません。MX269010A Mobile WiMAX 測定ソフトウェア使用時はリモート制御コマンドでアラート状態を取得してください。状態取得に使用するリモート制御コマンドの詳細は『MS2690A/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A シグナルアナライザ取扱説明書 (本体リモート制御編)』「4.1 アプリケーション共通デバイスマッセージ」の「Status of Calibration Alert」を参照してください。

3.5 アプリケーションの起動・終了・切り替え

アプリケーション（シグナルアナライザ、スペクトラムアナライザなど）の起動（Load）、終了（Unload）、切り替え（Switch）の手順について説明します。

アプリケーションの起動（Load）とは、すでにインストールされているアプリケーションを実行状態にすることです。Loadされたアプリケーションは Application Switch メニューに登録され、操作可能な状態になります。また、登録後の電源 On の際は自動的に実行状態になります。工場出荷時の状態では、すべてのアプリケーションが Loadされた状態となっています。

アプリケーションの終了（Unload）とは、実行状態のアプリケーションの動作を停止し、終了することです。Unloadされたアプリケーションは Application Switch メニューの登録が解除され、再び Loadするまでは実行されません。

アプリケーションの切り替え（Switch）とは、実行状態のアプリケーションから操作対象のアプリケーションを選択する操作のことです。Application Switch メニューから対象のアプリケーションを選択できます。

3

共通操作

⚠ 注意

- ・ Application Switch メニューに登録されたアプリケーションは、本器の起動時に自動的に実行状態になります。登録されたアプリケーションの数が多いほど、起動にかかる時間が長くなります。
- ・ Windows 操作中に、不意に実行中のアプリケーションを終了させてしまった場合は、 を押して本器の電源を Off にするか、Windows をシャットダウンし、再び本器の電源を On にしてください。
- ・ 同時に起動しているアプリケーションが多い場合、測定ソフトウェアからシグナルアナライザ機能またはスペクトラムアナライザ機能の測定機能を呼び出す際に、アプリケーションの切り替えにかかる時間が長くなる場合があります。不要なアプリケーションの終了（Unload）を行い、同時に起動しているアプリケーションを減らすことで、この現象を回避することができます。

3.5.1 アプリケーションの起動

アプリケーションの起動 (Load) は Configuration 画面で設定します。

<手順>

1. **F4** (System Config) を押したあと **F4** (Application Switch Settings) を押すと、Application Switch Registration 画面が表示されます。
2. **F1** (Load Application Select) を押して、画面下部の Unloaded Applications に表示されているアプリケーションから Load 対象のアプリケーションをカーソルで選択し、**F7** (Set) を押します。
エラーメッセージ"Loading application failed."が表示されたときは、再度 **F1** (Load Application Select) を押してください。




図 3.5.1-1 Application Switch Registration 画面




図 3.5.1-2 Application Switch Registration 画面

4. [Application Switch] を押すと Application Switch メニューが表示されます。Load されたアプリケーションがメニューに表示されていることを確認してください。ファンクションキーでアプリケーションを選択すると、アプリケーションを操作できます。



図 3.5.1-3 Application Switch メニュー画面

3.5.2 アプリケーションの終了

アプリケーションの終了 (Unload) は Configuration 画面で設定します。

＜手順＞

1.  を押したあと  (Application Switch Settings) を押すと、Application Switch Registration 画面が表示されます。
 2.  (Unload Application Select) を押して、画面上部の Loaded Applications に表示されているアプリケーションから Unload 対象のアプリケーションをカーソルで選択し、 (Set) を押します。




図 3.5.2-1 Application Switch Registration 画面

3. 正しく終了すると、選択したアプリケーションが画面下部の Unloaded Applications に表示されます。




図 3.5.2-2 Application Switch Settings 画面

3.5.3 アプリケーションの切り替え

Application Switch メニューでは、操作したいアプリケーションを切り替えることができます。

Application Switch を押すと、Application Switch メニュー画面が表示されます。切り替えたいアプリケーションに該当するファンクションキーを押すと、選択したアプリケーション画面に切り替わります。

注:

Display Annotation が Off の時、Application Switch メニューには、Display Annotation 機能に対応しているアプリケーションのみ表示されます。




図 3.5.3-1 Application Switch メニュー

3.5.4 アプリケーションの配置変更

Application Switch メニューでは、アプリケーションの配置を任意に変更できます。アプリケーションの配置は Configuration 画面で設定します。

<手順>

1. **F4** (System Config) を押したあと **F4** (Application Switch Settings) を押すと、Application Switch Registration 画面が表示されます。
2. **F3** (Position Change) を押すと、Application Switch Function Position Edit 画面が表示されます。
3. Function Position 枠内で、配置変更をしたいアプリケーションをカーソルで選択し、**Enter** を押します。




図 3.5.4-1 Application Switch Function Position Edit 画面

4. 配置場所を Function Position 枠内のスロットの中からカーソルで選択し,
Enter を押します。
5. 選択箇所にアプリケーションが配置されたことを確認したら, F7 (Set) を押します。



図 3.5.4-2 Application Switch Function Position Edit 画面

3.6 保存・呼び出し機能

この節では、内蔵ハードディスクと USB メモリへの、パラメータ設定条件 (Parameter), 波形データ (Trace) の保存 (Save) と呼び出し (Recall) について説明します。

注:

USB メモリについては、添付の USB メモリを使用してください。その他の USB メモリを使用した場合、機器の相性などにより正しく動作しない場合があります。

3

共通操作

3.6.1 パラメータ・波形データの保存

本器では、現在の設定条件と波形データを内蔵ハードディスクまたは USB メモリに保存することができます。

パラメータ設定の保存

<手順>

1. Configuration 画面, Signal Analyzer 画面、または Spectrum Analyzer 画面の状態で **Save** を押すと、図 3.6.1-1 の Save メニューが表示されます。
2. 保存場所を変更したい場合は **F1** (Device) を押します。設定ウインドウが表示されるので、保存対象のドライブを選び、**F7** (Set) を押して設定します。
3. 保存場所が決定したら、**F7** (Save Application) を押します。保存対象は、起動しているアプリケーションすべてのパラメータ設定条件 (Parameter) になります。

パラメータ保存ファイル名は“Param 日付_連番.xml”で出力されます。同じ日付でパラメータ保存を行った場合、ファイル名は“Param 日付_000.xml”, “Param 日付_001.xml”, “Param 日付_002.xml”…の順に自動的に付けられます。“Param 日付_999.xml”までパラメータ保存ができます。

ファイル名に付加される連番は、000～999 までです。

ファイル名を指定する場合は、Copy Settings の File Name Settings として User-Specified Name を設定してください。保存実行時に、パラメータ保存ファイル名が指定できます。

3.4.3 Copy Settings

なお、保存したファイルは **F1** (Device) で指定した保存対象ドライブの以下のディレクトリにあります。

¥Anritsu Corporation¥Signal Analyzer¥User Data¥Parameter Setting
フォルダ内のファイル数の上限は 1000 ファイルです。

波形データの保存

<手順>

1. Signal Analyzer 画面, Spectrum Analyzer 画面の状態で **Save** を押すと、図 3.6.1-1 の Save メニューが表示されます。
2. 保存場所の変更を行いたい場合は **F1** (Device) を押します。設定ウィンドウが表示されるので、保存対象のドライブを選び、**F7** (Set) を押して設定します。
3. 保存場所が決定したら、**F5** (Save Waveform CSV DATA) を押します。保存対象は、表示されている波形データ (Trace) になります。

表 3.6.1-1 Save ファンクションメニューの説明

ファンクションキー	メニュー表示	機能
F1	Device (D:)	保存場所の変更を行います。
F3	Save Limit	Save Limit ファンクションメニューを表示します。
F4	Save on Event	Save on Event ファンクションメニューを表示します。
F5	Save Waveform CSV DATA	表示されている波形データ (Trace) を保存します。
F7	Save Application	起動しているアプリケーションすべてのパラメータ設定条件を保存します。
F8	Close	Configuration 画面に戻ります。

ファイル名に付加される連番は、0~99までです。99まで使用している場合はそれ以上のファイルの保存はできません。

ファイル名を指定する場合は、Copy Settings の File Name Settings として User-Specified Name を設定してください。保存実行時に、波形データのファイル名が指定できます。

 3.4.3 Copy Settings

保存したファイルはアプリケーションのフォルダごとに保存されます。アプリケーションフォルダは **F1** (Device) で指定した保存対象ドライブの以下のディレクトリにあります。

¥Anritsu Corporation¥Signal Analyzer¥User Data¥Trace Data

フォルダ内のファイル数の上限は、Signal Analyzer 画面では 1000 ファイル、Spectrum Analyzer 画面では 100 ファイルです。

3.6.2 パラメータの呼び出し

本器では、セーブした設定条件を内蔵ハードディスクまたはUSBメモリから読み込み、設定を復元できます。

Application Switch により操作対象となっているアプリケーションのみパラメータ設定条件を呼び出しする場合

<手順>

1. Configuration, Signal Analyzer, または Spectrum Analyzer 画面で **Recall** を押すと、図 3.6.2-1 の Recall メニューが表示されます。
2. 保存されているパラメータ設定条件の場所を変更したい場合は **F1** (Device) を押します。設定ウインドウが表示されるので、パラメータ設定条件が保存されているドライブを選び、**F7** (Set) を押して設定します。
3. **F6** (Recall Current Application) を押すと、Parameter Save Data List が表示されます。
4. リコールしたいパラメータ設定条件をカーソルで選択し、**F7** (Set) を押すと、アプリケーションにパラメータ設定条件のリコールが実行されます。

3

共通操作

起動しているアプリケーションすべてにパラメータ設定条件を呼び出しそる場合

<手順>

1. Configuration, Signal Analyzer, または Spectrum Analyzer 画面で **Recall** を押すと、図 3.6.2-1 が表示されます。
2. 保存されている設定パラメータの場所を変更したい場合は **F1 (Device)** を押します。設定ウィンドウが表示されるので、設定パラメータが保存されているドライブを選び、**F7 (Set)** を押して設定します。
3. **F7 (Recall all Application)** を押すと、Parameter Save Data List が表示されます。
4. リコールしたいパラメータ設定条件をカーソルで選択し、**F7 (Set)** を押すと、Load しているすべてのアプリケーションにパラメータ設定条件のリコールが実行されます。



図 3.6.2-1 Recall メニュー

3.6.3 画面ハードコピー

表示されている画面を、BMP形式またはPNG形式のファイルとして内蔵のハードディスクまたはUSBメモリに保存することができます。

画面ハードコピーの設定については Configuration 画面で設定できます。詳細については以下を参照してください。

 3.4.3 Copy Settings

画面ハードコピーの実行

<手順>

1. 保存したい画面を表示します。
2.  を押すと、画面のイメージが選択したメディアに BMP または PNG 形式として保存されます。保存が完了すると、ウィンドウに保存ファイル名が表示されます。

イメージファイルのファイル名は“Copy_日付_連番.bmp”で出力されます。同じ日付で画面ハードコピーを行った場合、ファイル名は“Copy_日付_000.bmp”, “Copy_日付_001.bmp”, “Copy_日付_002.bmp”…の順に自動的に付けられます。“Copy_日付_999.bmp”まで画面ハードコピーができます。

ファイル名に付加される連番は、000～999までです。

なお、保存したファイルは  (Device) で指定した保存対象ドライブの以下のディレクトリにあります。

¥Anritsu Corporation¥Signal Analyzer¥User Data¥Copy Files

フォルダ内のファイル数の上限は 1000 ファイルです。

3

共通操作

3.6.4 Simple Save&Recall

本機能を使用することで、少ない操作でパラメータ設定条件を呼び出すことができます。

Simple Save&Recall を有効にする

<手順>

1.  を押すと、Configuration 画面が表示されます。
2.  を押して、Configuration メニューのページ 2 を表示させます。
3.  (Save&Recall Settings)を押すと、図 3.6.4-1 の Save&Recall Settings メニューが表示されます。




図 3.6.4-1 Save&Recall Settings メニュー

表 3.6.4-1 Correction の設定項目

メニュー表示	内容
Save&Recall Mode	Save&Recall のモードを切り替えます。 標準モードまたはシンプルモードを指定します。  3.6.1 パラメータ・波形データの保存  3.6.2 パラメータの呼び出し
Simple Save&Recall Name	シンプルモードモードで、保存するパラメータ名(ファイル名)をデフォルト設定から変更したい場合に使用します。

保存するパラメータ名（ファイル名）をデフォルト設定から変更する

図 3.6.4-1 の F2 (Simple Save&Recall Name) を押すと、図 3.6.4-2 の Simple Save&Recall Name メニューが表示されます。シンプルモードでは最大 10 個のパラメータ名を登録することができます。

デフォルトのパラメータ名は PRM_1～PRM_10 です。

パラメータ名を変更する場合には、変更したいファンクションキーを押します。



図 3.6.4-2 Simple Save&Recall Name メニュー

Simple Save 機能

シンプルモードにおいて **Save** を押すと、図 3.6.4-3 の Simple Save メニューが表示されます。




図 3.6.4-3 Simple Save メニュー

ファンクションキーには、Simple Save&Recall Name メニューで設定されているパラメータ名が表示されています。

パラメータ保存ファイルの Protect が On に設定されているとき (Read-only に設定されているとき)、該当するファンクションキーはグレイアウトとなり、押したときにはエラーメッセージが表示されます。

2 行目にはパラメータ保存ファイルの最終保存日時が表示されます。対応するパラメータ保存ファイルが存在しない場合には、ファンクションキーに"****"が表示されます。

図 3.6.4-3 の例では、PRM_2 のパラメータ名を PTEST というパラメータ名に変更しています。また、PRM_3 ファイルを Read-only に設定しています。

ファンクションキーを押すと、表示されているパラメータ名のパラメータ保存ファイルが以下のフォルダに格納されます。

¥Anritsu Corporation¥Signal Analyzer¥User Data¥Parameter Setting

Open Save Menu では、標準モードでのパラメータ設定の保存を行うことができます。

3.6.1 パラメータ・波形データの保存

Simple Recall 機能

シンプルモードにおいて Recall ボタンの画像を押すと、図 3.6.4-4 の Simple Recall メニューが表示されます。



図 3.6.4-4 Simple Recall メニュー

ファンクションキーには、Simple Save&Recall Name メニューで設定されているパラメータ名が表示されています。

2 行目にはパラメータ保存ファイルの最終保存日時が表示されます。

ファンクションキーを押すと、対応するパラメータ保存ファイルのリコールが実行されます。

対応するパラメータ保存ファイルが存在しないときは、ファンクションキーはグレイアウトとなり、押したときにはエラーメッセージが表示されます。

Open Recall Menu では、標準モードでのパラメータ設定の呼び出しを行うことができます。

3.6.2 パラメータの呼び出し

3.7 初期化

設定を初期化する方法について説明します。

3.7.1 Preset

Preset はアプリケーションの設定を初期化する機能です。本機能により Configuration 画面の設定は初期化されません。同様に、内蔵ハードディスクに保存されているユーザデータには影響を与えません。

<手順>

1.  を押すと、Preset ファンクションメニューが表示されます。
2.  (Preset) を押すと、Application Switch により操作対象となっているアプリケーションのみ初期化されます。
3.  (Preset All Application) を押すと、Load されているすべてのアプリケーションを初期化されます。

表 3.7.1-1 Preset ファンクションメニュー

ファンクションキー	メニュー表示	機能
F1	Preset	Application Switch により操作対象となっているアプリケーションのみ初期化されます。
F3	Preselector Tune Preset	プリセレクタのピーキングバイアス値を工場出荷時の状態に戻します。 詳細は、下記取扱説明書*を参照してください。
F5	Preset All Application	Load されているすべてのアプリケーションを初期化します。
F6	Reboot	本器を再起動します。
F8	Close	開いているメニュー画面を閉じ、Configuration 画面に戻ります。

* : •『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ取扱説明書（シグナルアナライザ機能 操作編）』

「6.7 Preselector の設定」

•『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ取扱説明書（スペクトラムアナライザ機能 操作編）』

「6.1 プリセレクタチューニング機能」

•『MX269017A ベクトル変調解析ソフトウェア取扱説明書（操作編）』

「3.2.2 プリセレクタファンクションメニュー」

3.7.2 System Reset

System Reset とは、インストールされているすべてのアプリケーションと Configuration 画面の設定を初期化し、内蔵ハードディスクに保存されているすべてのユーザデータを消去する機能です。

注:

本機能の実行により消去されたユーザデータは復活させることができません。

<手順>

1.  を押すと、Configuration 画面が表示されます。
2.  (System Information) と  を続けて押して、System Information ファンクションメニューのページ 2 を表示します。
3.  (System Reset) を押すと、System Reset が実行されます。
4. System Reset が完了すると、自動で再起動されます。

表 3.7.2-1 System Information ファンクションメニュー (2/2)

ファンクションキー	メニュー表示	機能
ページ 2	System Information	 ,  ,  を続けて押すと表示されます。
F1	System Reset	インストールされているすべてのアプリケーションと Configuration 画面の設定を初期化し、内蔵ハードディスクに保存されているすべてのユーザデータを消去します。消去されたユーザデータは復活させることができません。
F7	Information Save	本器のシステム情報が保存されます。

3.8 インストールとアンインストール

アプリケーションソフトウェアおよびライセンスのインストール操作手順について説明します。

注:

ソフトウェアをインストールする場合、すでにインストールされているバージョンより新しいバージョンのソフトウェアをインストールしてください。

次の操作をすると、ハードウェアに保持されている校正值が初期化されます。この校正值が初期化されると、測定結果の確度が規格を満たさなくなることがあります。校正值を再度書き込むためには、当社への引き取り校正が必要です。

- 4.09.00 より前のバージョンのソフトウェアをインストールすると、4.09.00 以降に追加されたハードウェアオプション関連の校正值が初期化されます。
- 2.02.00 より前のバージョンのソフトウェアをインストールすると、2.02.00 以降に追加されたハードウェアオプション関連の校正值が初期化されます。

3.8.1 ソフトウェア インストール

インストール用 USB メモリの準備

<手順>

1. お手持ちの PC に USB メモリを接続し、インストールディスクを挿入します。
2. インストールメニューが表示されますので、Install Software から MS269xA Install を選択します。
3. Install Directory の指定ウィンドウが表示されますので、接続されている USB メモリのルートを指定します。（例：USB メモリが E ドライブの場合は、“E:¥”）
4. OK を押すと、インストール用データが USB メモリにコピーされます。
USB メモリが E ドライブの場合は、
“E:¥Anritsu Corporation¥Signal Analyzer¥Install”
フォルダにインストール用データがコピーされます。手動にてインストールファイル一式を USB メモリや D ドライブにコピーしてインストールを行う場合は、同様のフォルダ構成にしてインストールを行ってください。

ソフトウェアインストール

<手順>

1. 本器の USB ポートに接続されているマウス、キーボード以外の機器をはずします。
2. **F1** (System Config) を押すと、Configuration 画面が表示されます。Configuration メニューのページ 2 で、**F1** (Software Install) を押します。
3. 図 3.8.1-1 の Software Install メニュー画面が表示されるので、**F1** (Install) を押します。
4. インストール選択メニューが表示されるので、ご購入されたソフトウェアのデータが入った USB メモリを本器の USB ポートに差し込みます。

注:

- インストール中、USB ポートには USB メモリ以外接続しないでください。
5. **F1** (Software) を押すと、デバイス選択ウィンドウが表示されます。
 6. ソフトウェアが入った USB メモリのデバイスをカーソルで選択し、**F7** (Set) を押します。インストール済みのソフトウェア (Installed Applications) とインストールするソフトウェア (Installation Package on XX) のバージョンが表示されます。個別に選択してインストールすることはできません。
 7. **F1** (Install) を押すとダイアログボックスに "Do you install the application software?" と表示されます。**[Yes]** を押すとインストールが開始されます。
 8. インストールが完了すると、自動で再起動されます。

3

共通操作




図 3.8.1-1 Software Install メニュー

ソフトウェアライセンスのインストール

<手順>

1. **[System Config]** を押すと、Configuration 画面が表示されます。Configuration メニューのページ 2 で、**[F1]** (Software Install) を押します。
2. 図 3.8.1-2 の Software Install メニュー画面が表示されるので、**[F1]** (Install) を押します。
3. インストール選択メニューが表示されるので、ご購入されたソフトウェアライセンスのデータが入った USB メモリを本器の USB ポートに差し込みます。
4. **[F3]** (Software License) を押すと、デバイス選択ウィンドウが表示されます。
5. ソフトウェアライセンスが入った USB メモリのデバイスをカーソルで選択し、**[F7]** (Set) を押します。インストール済みのライセンス (Installed Licenses) とインストールするライセンス (Installation Licenses on XX) が表示されます。インストールするライセンスを選択します。
6. **[F1]** (Install) を押すとダイアログボックスに "Do you install the selected application software license?" と表示されます。[Yes] を押すとインストールが開始されます。
7. インストールが完了後に再起動を行うと、ライセンスが有効となります。




図 3.8.1-2 Software Install メニュー

波形パターンライセンスのインストール

<手順>

1. **F1** (System Config) を押すと、Configuration 画面が表示されます。Configuration メニューのページ 2 で、**F1** (Software Install) を押します。
2. 図 3.8.1-3 の Software Install メニュー画面が表示されるので、**F1** (Install) を押します。
3. インストール選択メニューが表示されるので、ご購入されたソフトウェアライセンスのデータが入った USB メモリを本器の USB ポートに差し込みます。
4. **F4** (SG Wave License) を押すと、デバイス選択ウィンドウが表示されます。
5. ソフトウェアライセンスが入った USB メモリのデバイスをカーソルで選択し、**F7** (Set) を押します。インストール済みのライセンス (Installed Licenses) とインストールするライセンス (Installation Licenses on XX) が表示されます。インストールするライセンスを選択します。
6. **F1** (Install) を押すとダイアログボックスに "Do you install the selected SG Waveform license?" と表示されます。[Yes] を押すとインストールが開始されます。
7. インストールが完了後に再起動を行うと、ライセンスが有効となります。




図 3.8.1-3 Software Install メニュー

3.8.2 ソフトウェア アンインストール

本器にソフトウェアやライセンスファイルをアンインストールするためには、Install 画面を表示させる必要があります。

ソフトウェアのアンインストール

<手順>

1. **F1** (System Config) を押すと、Configuration 画面が表示されます。Configuration メニューのページ 2 で、**F1** (Software Install) を押します。
2. 図 3.8.2-1 の Software Install メニュー画面が表示されるので、**F2** (Uninstall) を押します。
3. インストール選択メニューが表示されるので、**F1** (Software) を押します。
4. インストール済みのソフトウェアリスト画面が表示されます。インストール済みソフトウェアの中で、アンインストールしたいソフトウェアをカーソルで選択します。
5. **F3** (Uninstall) を押すと、ダイアログボックスに "Do you uninstall the selected application software?" と表示されます。[Yes] を押すとアンインストールが開始されます。




図 3.8.2-1 Software Install メニュー

ソフトウェアライセンスのアンインストール

<手順>

1. **F1** (System Config) を押すと、Configuration 画面が表示されます。Configuration メニューのページ 2 で、**F1** (Software Install) を押します。
2. 図 3.8.2-2 の Software Install メニュー画面が表示されるので、**F2** (Uninstall) を押します。
3. インストール選択メニューが表示されるので、**F3** (Software License) を押します。
4. インストール済みのソフトウェアライセンスリスト画面が表示されます。インストール済みソフトウェアライセンスの中で、アンインストールしたいソフトウェアライセンスをカーソルで選択します。
5. **F3** (Uninstall) を押すと、ダイアログボックスに "Do you uninstall the selected application software license?" と表示されます。[Yes] を押すとアンインストールが開始されます。




図 3.8.2-2 Software Install メニュー

波形パターンライセンスのアンインストール

<手順>

1. **F1** (System Config) を押すと、Configuration 画面が表示されます。Configuration メニューのページ 2 で、**F1** (Software Install) を押します。
2. 図 3.8.2-3 の Software Install メニュー画面が表示されるので、**F2** (Uninstall) を押します。
3. インストール選択メニューが表示されるので、**F4** (SG Wave License) を押します。
4. インストール済みのソフトウェアライセンスリスト画面が表示されます。インストール済みソフトウェアライセンスの中で、アンインストールしたいソフトウェアライセンスをカーソルで選択します。
5. **F3** (Uninstall) を押すと、ダイアログボックスに "Do you uninstall the selected application software license?" と表示されます。[Yes] を押すとアンインストールが開始されます。




図 3.8.2-3 Software Install メニュー

第4章 チュートリアル

この章では、シグナルアナライザ、スペクトラムアナライザの波形表示について説明します。

4.1	シグナルアナライザを使ったスペクトラムの解析	4-2
4.1.1	スペクトラム解析	4-2
4.2	スペクトラムアナライザを使ったスペクトラムの解析	4-6
4.2.1	スペクトラム解析	4-6

4

チュートリアル

4.1 シグナルアナライザを使ったスペクトラムの解析

4.1.1 スペクトラム解析

ここでは、入力信号波形をシグナルアナライザのアプリケーション画面に出力する操作手順を説明します。




図 4.1.1-1 正面パネル

例) 入力信号: Frequency: 1 GHz (CW)
レベル: -10 dBm

<手順>

1. 入力信号を本器正面パネルの RF Input(N型コネクタ)に接続します。
2. **System Config** を押してから **F4**(Application Switch Settings)を押すと、アプリケーション設定画面が表示されます。
3. **F1**(Load Application Select)を押すと、アプリケーションの Unload Applications の欄内をカーソルで選択することができます。ここでは、Signal Analyzer をカーソルで選び、**F7**(Set)を押します。
4. Signal Analyzer が Loaded Applications 欄内に表示されているのを確認したら、**Application Switch** を押します。
5. Application Switch メニューで Signal Analyzer に該当するファンクションキーを押すと、シグナルアナライザのアプリケーションメイン画面が表示されます。



図 4.1.1-2 アプリケーションメイン画面

表 4.1.1-1 シグナルアナライザ表示項目

表示	内容
①	シグナルアナライザのメインファンクションキーです。シグナルアナライザの基本的なパラメータ設定はここで行います。 シグナルアナライザ機能・操作編  2.1 表示説明
②	信号波形
③	中心周波数、周波数スパンなどの周波数パラメータが表示されます。 シグナルアナライザ機能・操作編  2.2 周波数の設定
④	リファレンスレベル、入力アッテネータ値などのレベルパラメータを表示します。 シグナルアナライザ機能・操作編  2.3 レベルの設定
⑤	トリガソース、トリガーレベルなどのトリガパラメータが表示されます。 シグナルアナライザ機能・操作編  3.2 トリガ機能
⑥	スタート周波数が表示されます。 シグナルアナライザ機能・操作編  2.2.3 スタート周波数の設定
⑦	ストップ周波数が表示されます。 シグナルアナライザ機能・操作編  2.2.4 ストップ周波数の設定
⑧	解析開始時間、解析時間長、分解能帯域幅などの Spectrum トレイスパラメータが表示されます。 シグナルアナライザ機能・操作編  4.2.1 Spectrum
⑨	マーカの値が表示されます。 シグナルアナライザ機能・操作編  4.2.9 マーカサーチの設定
⑩	解析進捗率を表すインジケータになります。

6. 波形表示画面に入力信号を表示するには、周波数の設定を変更する必要があるので、**F1**(Frequency)を押します。
7. **F1**(Center Frequency)を押したあと、希望する中心周波数をテンキーで入力すると、中心周波数設定ウィンドウが表示されます。



図 4.1.1-3 中心周波数設定ウィンドウ

8. 中心周波数を入力したら単位を選択します。単位は GHz, MHz, kHz, Hz の 4 種類を選択することができます。

例) Center Frequency: 1 GHz にするには、**F1** を押したあと、**F1** (GHz) を押します。

上記の操作で入力信号の波形を確認することができます(図 4.1.1-5 を参照)。




図 4.1.1-4 シグナルアナライザメインファンクションメニュー




図 4.1.1-5 シグナルアナライザでの波形表示

シグナルアナライザの使用方法については『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱説明書(シグナルアナライザ機能・操作編)』を参照してください。

4.2 スペクトラムアナライザを使ったスペクトラムの解析

4.2.1 スペクトラム解析

ここでは、入力信号波形をスペクトラムアナライザのアプリケーション画面に出力する方法を説明します。




図 4.2.1-1 正面パネル

例) 入力信号: Frequency: 1 GHz (CW)
レベル: -10 dBm

<手順>

1. 入力信号を本器正面パネルの RF Input (N型コネクタ) に接続します。
2. **F4** (System Config) を押したあと **F4** (Application Switch Settings) を押すと、アプリケーション設定画面が表示されます。
3. **F1** (Load Application Select) を押すと、アプリケーションの Unload Applications の欄内をカーソルで選択することができます。ここでは、Spectrum Analyzer をカーソルで選び、**F7** (Set) を押します。
4. Spectrum Analyzer が Loaded Applications 欄内に表示されているのを確認したら、**Application Switch** を押します。
5. Application Switch メニューで Signal Analyzer に該当するファンクションキーを押すと、シグナルアナライザのアプリケーションメイン画面が表示されます。

アプリケーションは Loadされた状態で出荷されます。

アプリケーションは電源起動時に自動で立ち上がるよう設定されています。




図 4.2.1-2 アプリケーションメイン画面

表 4.2.1-1 シグナルアナライザ表示項目

表示	内容
①	スペクトラムアナライザのメインファンクションキーです。スペクトラムアナライザの基本的なパラメータ設定はここで行います。 スペクトラムアナライザ機能・操作編  2.1 表示説明
②	信号波形が表示されます。
③	スタート周波数が表示されます。 スペクトラムアナライザ機能・操作編  2.3.3 スタート周波数の設定
④	ストップ周波数が表示されます。 スペクトラムアナライザ機能・操作編  2.3.4 ストップ周波数の設定
⑤	トレースパラメータが表示されます。 スペクトラムアナライザ機能・操作編  3 章 表示モードの選択
⑥	検波モードの状態が表示されます。 スペクトラムアナライザ機能・操作編  3.1.4 検波モードの設定
⑦	分解能帯域幅, ビデオ帯域幅, 入力アンテナ, 掃引時間のパラメータが表示されます。 スペクトラムアナライザ機能・操作編  2.4.2 入力アンテナの設定  2.5 RBW/VBW の設定
⑧	マーカの値が表示されます。 スペクトラムアナライザ機能・操作編  4.1 マーカの設定
⑨	リファレンスレベルが表示されます。 スペクトラムアナライザ機能・操作編  2.4.1 リファレンスレベルの設定
⑩	トレースポイント数が表示されます。 スペクトラムアナライザ機能・操作編  3.3 Time/Sweep の設定

6. 波形表示画面に入力信号を表示するには、周波数の設定を変更する必要があるので、**F1**(Frequency)を押します。
7. **F1**(Center Frequency)を押して、希望する中心周波数をテンキーで入力すると、中心周波数設定ウィンドウが表示されます。



図 4.2.1-3 中心周波数設定ウィンドウ

8. 中心周波数を入力したら、単位を選択します。単位は GHz, MHz, kHz, Hz の 4 種類を選択することができます。

例) Center Frequency: 1 GHz にするには、**F1** を押したあと、**F1**(GHz) を押します。




図 4.2.1-4 スペクトラムアナライザメインファンクションメニュー

9. スペクトラムアナライザのメイン画面に戻り、周波数スパンを変更します。
10.  (Span)を押します。テンキーを押して、希望する周波数帯域幅を入力します。
11. 周波数帯域幅を入力したら、その値の単位を選択します。

上記の操作より、入力信号の波形を確認することができます(図 4.2.1-5 を参照)。




図 4.2.1-5 スペクトラムアナライザでの波形表示

スペクトラムアナライザの使用方法については『MS2690A/MS2691A/MS2692A スペクトラムアナライザ 取扱説明書(スペクトラムアナライザ機能・操作編)』を参照ください。

本器はオペレーティングシステムとして Microsoft Windows (以下、Windows) を採用しています。マウスやキーボードを接続することにより Windows やシステムに関する設定を操作することができます。

この章では、本器にインストールされている Windows 上での各種操作の方法と、注意すべき事項について説明します。

5.1	Windows の設定	5-2
5.1.1	Windows デスクトップの表示	5-3
5.1.2	Control Panel の設定	5-4
5.1.3	外部ディスプレイの使用	5-6
5.1.4	注意事項	5-8
5.2	ストレージデバイスの構成	5-9
5.3	システムリカバリ機能	5-10
5.3.1	Phoenix Recover Pro の場合	5-11
5.3.2	Paragon Drive Backup の場合	5-12
5.4	Windows のセキュリティ対策	5-13
5.4.1	ファイアウォールを有効にする	5-14
5.4.2	Windows の重要な更新プログラムを インストールする (Windows Update)	5-20
5.4.3	アンチウイルスソフトウェアを利用する	5-22

5.1 Windows の設定

本器は工場出荷時に最適な測定が行われるように初期設定されています。明確な設定変更が指示されていない場合、Windows の設定を変更することは動作保証の対象外となります。また、Windows の設定を変更した場合、性能の低下や機能が正常に動作しなくなる可能性があります。Windows の設定の変更が必要な場合は、必ず本章の注意事項を読んでから、十分に注意して行ってください。

Windows の操作によりシステムが正常に動作しなくなった場合は、工場出荷時の状態に戻すためのシステムリカバリ機能を実行してください。詳細は「5.3 システムリカバリ機能」を参照してください。



警告

初期出荷状態から設定変更が指示されていない Windows の設定変更をした場合、本器の動作を保証しません。

当社が推奨または許諾するソフトウェア以外をインストールすることはマイクロソフト社とのライセンス上、禁止されています。ウイルス対策ソフトウェアはお客様の責任で入手、インストールおよび操作することができます。



警告

システムリカバリを実行すると、本器の工場出荷時以降のソフトウェアインストール（アップデートも含む）やアプリケーションの設定が失われます。また、システムリカバリの実行方法によっては、お客様が記録したデータ（測定、パラメータなど）も消去される場合があります。

5.1.1 Windowsデスクトップの表示

Windows を操作するために、マウスおよびキーボードを接続します。マウスは標準添付の USB マウスを、キーボードは応用部品のキーボード（USB）を使用してください。

Windows デスクトップを表示する方法は以下のとおりです。再び本器のアプリケーションを表示する場合は、 を押すか、Windows タスクバー上のアプリケーションを選択するなどしてください。

マウスの場合

本器の画面上で右クリックし、リストから [Show the desktop] をクリックするとデスクトップが表示されます。

または、本器のアプリケーションのウィンドウ右上にある「最小化ボタン」を押してください。すべてのアプリケーションを最小化するとデスクトップが表示されます。

キーボードの場合

Windows + D を押すと、すべてのウィンドウが最小化され、Windows デスクトップが表示されます。

5

システム

5.1.2 Control Panelの設定

Control Panelを使用するとWindowsの各種設定ができます。各種設定の注意事項を説明します。なお、各種設定はControl Panelを使用しない方法でも設定ができますが、下記の制限事項の範囲内で使用してください。

その他のWindowsの設定を工場出荷時の設定から変更した場合は、本器が正常に動作しなくなるおそれがあります。

プログラムおよびハードウェア

- すでにインストールされているデバイスの削除やドライバの更新・削除はしないでください。
- 新しいハードウェアを追加した場合は、デバイスドライバの競合などにより本器が正常に動作しなくなるおそれがあります。
- 工場出荷時にインストールされているプログラムの更新・削除はしないでください。
- 当社が保証していないプログラムをインストールした場合は、本器の動作を保証しません。

Windows Update

- 工場出荷時にWindowsの自動アップデート(Automatic Update)は無効(Turn off)に設定しております。
詳細は、「5.4 Windowsのセキュリティ対策」を参照してください。

Network Connection

- Ethernetを介して本器をリモート制御する場合にTCP/IPの設定を変更する場合があります。詳細は、『MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ 取扱説明書(本体リモート制御編)』を参照してください。
- 工場出荷時にIPアドレスはDHCPを使用する設定になっています。本器をネットワークに接続する場合は、必ずネットワークの管理者に適切な設定を確認してください。

User Account

- 工場出荷時は下記の設定で自動的にログインする設定になっています。下記のUser Accountの設定は変更しないでください。

Account Name	“ANRITSU”
Password	なし
アカウントの種類	Computer Administrator
- 新しいUser Accountを作成することができます。作成するUser AccountのAccount Typeは必ず、“Computer Administrator”を指定してください。Limited(Power User)で作成したUser Accountではアプリケーションは正常に起動しません。

セキュリティ

- 工場出荷時のファイアウォールの設定は出荷時期により下記となっています。

2018年9月以前出荷	Off
2018年10月以降出荷	On

詳細は、「5.4 Windows のセキュリティ対策」を参照してください。

設定を Off から On に変更した場合、Windows ファイアウォールは次回のアプリケーションの起動時に本器のアプリケーションをブロックするかどうかを確認するダイアログを表示します。その際は、必ず“Unblock”を選択してください。

- 工場出荷時には、ウイルス対策ソフトウェアはインストールされていません。本器をネットワークに接続する場合は、ウイルス対策ソフトウェアをインストールすることを強く推奨します。ただし、外部との通信をブロックするための機能が働いた場合、本器の Ethernet を使用したリモート制御機能が動作しなくなるおそれがあります。
- 工場出荷時にはセキュリティの警告は表示されない設定になっています。

Date & Time

- 日付、時間、タイムゾーンは変更できます。
- 工場出荷時に Internet Time を Off に設定してあります。動作に影響するおそれがあるため、設定を変更しないでください。

5

Display

- 本器の VGA コネクタに外部モニタを接続して使用する場合には、本設定を変更する必要があります。詳細は、「5.1.3 外部ディスプレイの使用」を参照してください。
- 画面の解像度・リフレッシュレート・モニタの電源管理を変更したり、スクリーンセーバを有効にすると、正常に動作しなくなるおそれがあります。

システム

System

- Computer Name を変更することができます。工場出荷時は“SA”+“製造番号”に設定されています。
- ハードウェア (Hardware)、詳細設定 (Advanced) に関する設定は変更しないでください。
- システムの復元 (System Restore) は有効にしないでください。本器が正常に動作しなくなるおそれがあります。


Power Option

- ディスプレイの自動電源オフ機能 (Turn off Monitor) は設定変更ができます。
- ハードディスクの電源オフ機能 (Turn off hard disks) は無効 (Never) に設定されています。設定を変更しないでください。
- 上記以外の Power Options の設定は変更しないでください。本器は、休止状態 (Hibernation) からの復帰後に正常に動作しません。

5.1.3 外部ディスプレイの使用

本器背面の VGA コネクタにディスプレイを接続し、本器の画面を表示したり、マルチディスプレイを表示することができます。本機能の操作手順は以下のとおりです。

本器に搭載されている OS が Windows XP の場合



<手順>

1. 本体背面の VGA コネクタにディスプレイを接続します。
2. 下記のいずれかの方法で Intel® GMA Driver の設定画面を表示します。
 - ・ Windows の Control Panel で、“Intel® GMA Driver for Mobile”を実行する。
 - ・ キーボードの **Ctrl+Alt+F12** を押す。
3. Display Devices の設定を下記のように変更します。

外部ディスプレイを使用しない場合

- ・ Single Display Notebook

外部ディスプレイのみ使用する場合

- ・ Single Display Monitor

本体ディスプレイと同じ表示を外部ディスプレイに表示する場合

- ・ Multiple Display Twin または Intel® Dual Display Clone
- ・ Primary Device Notebook (本体ディスプレイ)
- ・ Secondary Device Monitor

本体ディスプレイと外部ディスプレイをつなげて表示する場合

- ・ Multiple Display Extended Desktop
- ・ Primary Device Notebook (本体ディスプレイ)
- ・ Secondary Device Monitor

本器に搭載されている OS が Windows Embedded Standard 7 の場合

5

システム

<手順>

1. 本体背面の VGA コネクタにディスプレイを接続します。
2. 下記のいずれかの方法で Intel® Graphics and Media Control Panel の設定画面を表示します。
 - Windows の Control Panel で, “Intel® Graphics and Media”を実行する。
 - キーボードの **Ctrl+Alt+F12** を押す。
3. Multiple Displays の設定を下記のように変更します。

外部ディスプレイを使用しない場合

- Operating Mode Single Display
- Primary Display Built-in Display (本体ディスプレイ)

外部ディスプレイのみ使用する場合

- Operating Mode Single Display
- Primary Display (接続した外部ディスプレイ)

本体ディスプレイと同じ表示を外部ディスプレイに表示する場合

- Operating Mode Clone Display
- Primary Device Built-in Display (本体ディスプレイ)
- Secondary Device (接続した外部ディスプレイ)

本体ディスプレイと外部ディスプレイをつなげて表示する場合

- Operating Mode Extended Desktop
- Primary Device Built-in Display (本体ディスプレイ)
- Secondary Device (接続した外部ディスプレイ)

⚠ 注意

VGA コネクタに外部ディスプレイを接続していない状態で本器の電源を On になると、本体のディスプレイのみ表示される状態に初期化されます。継続的に外部ディスプレイを使用する場合は、外部モニタを接続したままの状態で使用することを推奨します。

⚠ 注意

本体モニタの解像度・リフレッシュレート・電源管理の設定を変更しないでください。

5.1.4 注意事項

本器は工場出荷時の状態で動作を保証しています。次のような場合、本器の動作に影響を与えることがあります。

- ・ 工場出荷時にプリインストールされていないソフトウェアを追加インストールして動作させた場合
例) ウイルス対策ソフトウェアをインストールし、ウイルス検索を実行しているとき
- ・ 工場出荷時に無効になっている、または動作が停止している Windows プログラム・サービスを有効化／動作させた場合
例) 本器の動作実行中、FTP によってファイルを転送しているとき

前項の注意事項のほか、下記の操作に注意してください。

- ・ レジストリを変更した場合、本器が正常に動作しなくなるおそれがありますので注意してください。

5.2 ストレージデバイスの構成

本器は、オペレーティングシステム・アプリケーションソフトウェア・ユーザデータなどを記録するためのハードディスクを内蔵しています。

本器のハードディスクは、以下のパーティションで構成されています。

Volume C : System Disk

Windows、本器のアプリケーションソフトウェアおよび動作に必要なファイルが記録されています。本器の動作に必要なデータを変更・削除した場合は、正常に動作しなくなるおそれがあります。通常の使用では、この Volume のデータを操作しないでください。

Volume D : Hard Disk

主に本器のアプリケーションソフトウェアのファイル入力または出力先として使用します。この Volume へのデータの追加・削除は本器の動作に影響を与えません。

本器には、アプリケーションソフトウェアのインストールやデータの入出力に使用する USB メモリが標準添付されています。工場出荷時の状態では、USB メモリは E ドライブとして認識されます。

5

システム

操作に当たっては下記の事項に注意してください。

- ・ パーティションの構成は変更しないでください。システムの動作に影響するおそれがあります。
- ・ 本器のハードディスクをフォーマットしないでください。上記の他、同じハードディスク内にシステムリカバリのためのデータが記録されています。ハードディスクをフォーマットした場合は、リカバリが実行できなくなるおそれがあります。
- ・ 上記の Volume やフォルダは工場出荷時に共有設定されていません。共有は外部のパーソナルコンピュータとのデータの転送に有効な手段ですが、ネットワークに接続する場合はセキュリティに注意してください。

5.3 システムリカバリ機能

本器には、ハードディスク上のデータを工場出荷時の状態に戻すためのシステムリカバリ機能があります。万が一、システムが不安定になった場合に使用できます。

本器には Phoenix Recover Pro または Paragon Drive Backup いずれかのリカバリソフトウェアがインストールされています。本器起動時の BIOS 画面でキーボードの **F4** を押してリカバリソフトウェアを起動し、インストールされているリカバリソフトウェアを確認します。

<手順>

1. 本器がネットワークに接続されている場合は切り離します。
2. 本体にキーボードおよびマウスを接続し、本体の電源を **On** にします。数秒後に BIOS 画面が表示されます（画面下部に **Press F2 for System Utilities** が表示されます）。
3. 手順 2 の画面が表示されている間に、キーボードの **F4** を押します（本体正面パネルの  ではありません）。
4. 画面に **Press F4 to start recovery from Backup Capsule** が表示された場合のみ、再度キーボードの **F4** を押します。
5. 画面に表示されたソフトウェアに従ってシステムリカバリを行います。

Phoenix Always

「5.3.1 Phoenix Recover Pro の場合」を参照してください。

Paragon Drive Backup

「5.3.2 Paragon Drive Backup の場合」を参照してください。

⚠ 注意

本機能を実行するには、下記の点を理解したうえで使用してください。

- ・ 工場出荷以降に追加したアプリケーションやアップデートは、すべて失われます。その他、Volume C に記録されているデータはすべて工場出荷時の状態に戻ります。本機能の実行前に必要なデータをバックアップしてください。
- ・ 機能の選択によっては、ユーザデータ領域の Volume D も工場出荷時の状態に戻すことができます。誤操作により大切なユーザデータを失わないためにも、本機能の実行前に Volume D のデータもバックアップすることを推奨します。
- ・ 本機能により消去されたデータを復帰させることはできません。
- ・ Paragon Drive Backup がインストールされている場合、Disk 0 の Unknown Partition にバックアップデータが保存されています。この Unknown Partition の削除などを行うとリカバリに必要なバックアップデータが消えてしましますのでご注意ください。

5.3.1 Phoenix Recover Proの場合

インストールされているリカバリソフトウェアが Phoenix Recover Pro の場合のシステムリカバリの手順を示します。

Restore System drive (partition) only

Windows, 本器のアプリケーションソフトウェアおよび動作に必要なファイルが記録されている Volume C のみ工場出荷時の状態に戻します。

Restore entire hard disk

Volume C および Volume D を工場出荷時の状態に戻します。Volume D は主にユーザデータの記憶領域として使用しますが、Volume D 上のすべてのデータは消去されます。

<手順>

1. “Phoenix Always” が表示された後、画面に下記の選択肢が表示されます。

Restore System drive (partition) only

Volume C のみリカバリを実行します。

5

Restore entire hard disk

Volume C, D のリカバリを実行します。

システム

どちらかを選択し、[NEXT] をクリックします。中止する場合は本器の電源スイッチを長押しして電源を切ります。

2. [NEXT] をクリックすると、確認画面が表示されるので [OK] をクリックします。リカバリが開始されます。

実行に必要な時間は条件により異なりますが、10~30 分程度が目安です。実行中は進捗表示されます。進捗表示が途中の状態で終了する場合もありますが正常な動作です。

自動的に本器の再起動が実行され、通常の起動が実行されます。

5.3.2 Paragon Drive Backupの場合

インストールされているリカバリソフトウェアが Paragon Drive Backup の場合のシステムリカバリの手順を示します。

Type: Partition

Windows, 本器のアプリケーションソフトウェアおよび動作に必要なファイルが記録されている Volume C のみ工場出荷時の状態に戻します。

Type: Disk

Volume C および Volume D を工場出荷時の状態に戻します。Volume D は主にユーザデータの記憶領域として使用しますが、Volume D 上のすべてのデータは消去されます。

<手順>

1. “Drive Backup”が表示された後、画面に下記の選択肢が表示されます。キーボードの矢印キーで [Normal Mode] を選択、**Enter** を押します。

Normal Mode

Safe Mode

2. 1 分ほどするとメニュー画面が表示されるので [Simple Restore Wizard] をダブルクリックします。
3. Paragon Simple Restore Wizard 画面が表示されます。[Next] をクリックします。
4. 画面に下記の選択肢が表示されます。

Type: Partition

Volume C のみリカバリを実行します。

Type: Disk

Volume C, D のリカバリを実行します。

どちらかをダブルクリックして選択し、[Next] をクリックします。

5. 確認画面が表示されるので、リカバリを行う場合は [Yes] をクリックします。Progress information 画面が表示され、リカバリが開始されます。リカバリの実行中、[Cancel] をクリックしないでください。
実行に必要な時間は条件により異なりますが、10～30 分程度が目安です。実行中は進捗表示されます。進捗表示が途中の状態で終了する場合もありますが正常な動作です。
6. リカバリが終了したら、[Close] をクリックします。（[Close] はリカバリが終了すると表示されます。）
7. 完了画面が表示されます。[Finish] をクリックします。手順 5 のメニュー画面に戻ります。機器の再起動には [Reboot the computer]、機器の電源を切るには [Power off] をクリックします。

5.4 Windows のセキュリティ対策

本器は、OS に Windows XP Professional (WinXP)、または Windows Embedded Standard 7 (WES7) 64 bit 版を使用しています。

本節の対応をするためには WES7 版を使用している必要があります。

WinXP 版を使用している場合は、CPU と OS をアップグレード (MS2690A-180) することにより WES7 版にすることができます。

WinXP 版の本器ではセキュリティおよびウイルス対策の点から本器のネットワーク接続はお奨めできません。

WES7 版の本器には背面に “C1” シールが貼り付けられています。

WES7 版の本器をネットワークに接続する場合は、セキュリティおよびウイルス対策を施したネットワークで使用することに加えて、マルウェア（悪意のあるソフトウェア）やウイルスから保護するために以下のことを推奨します。

- ・ ファイアウォールを有効にする
- ・ Windows の重要な更新プログラムをインストールする
- ・ アンチウイルスソフトウェアを利用する

本器のセキュリティ対策の設定状態は、Windows の Control Panel で確認できます。

1. マウスを使用して本器の画面上で右クリックをし、リストから [Show the desktop] をクリックしてデスクトップ画面を表示します。
2. 画面下部に隠れている Windows メニューバーから [Start] → [Control Panel] をクリックします。
3. [System and Security] → [Action Center] をクリックします。
4. [Security] をクリックして、セキュリティ対策の設定状態を確認します。

注:

工場出荷時にはセキュリティの警告は表示されない設定になっています。

5

システム

⚠ 注意

インターネットなど外部ネットワークを介した接続は、予測できない問題や損害を発生または被る可能性があります。本器をネットワークに接続して発生したいかなる損害についても、当社は補償いたしません。

⚠ 注意

オプションの後付け、修理時に工場出荷時の設定に戻ることがあります。その場合には、Windows Update の再実行、ファイアウォールの再設定、ウイルス対策ソフトウェアの再インストールが必要となります。

5.4.1 ファイアウォールを有効にする

Windows ファイアウォールを On にして使用することを推奨します。

Windows ファイアウォールの On/Off 設定

1. マウスを使用して本器の画面上で右クリックをし、リストから [Show the desktop] をクリックしてデスクトップ画面を表示します。
2. 画面下部に隠れている Windows メニューバーから [Start] → [Control Panel] をクリックします。
3. [System and Security] → [Windows Firewall] をクリックすると、Windows Firewall 画面が表示されます。

注:

2018年9月以前出荷の製品は、工場出荷時の Windows ファイアウォールの設定が Off になっている場合があります。

4. Windows Firewall 画面左側の [Turn Windows Firewall on or off] をクリックします。




図5.4.1-1 Windows Firewall 画面

5. Customize Settings 画面が表示されます。Windows ファイアウォールの On/Off 設定を変更することができます。

下記のチェックボックスは Off (チェックしない) で使用してください。

- [Block all incoming connections, including those in the list of allowed programs]
- [Notify me when Windows Firewall blocks a new program]




図5.4.1-2 Customize Settings 画面

5

システム

Windows ファイアウォールの例外プログラムの確認と設定

Windows ファイアウォールが On でも本器が正常に動作するためには、本器と外部との通信を許可するプログラムを例外として設定することが必要です。

注:

2018 年 9 月以前出荷の製品は、工場出荷時に例外のプログラムが設定されていない場合があります。

1. マウスを使用して Windows Firewall 画面左側の [Allow a program or feature through Windows Firewall] をクリックします。




図5.4.1-3 Windows Firewall 画面

2. Allowed Programs 画面が表示されます。Windows ファイアウォールを通すプログラムを確認できます。

[Allowed programs and features] に [MS269xA AppMgr] があり On (チェックされている) となっていることを確認します。

情報が表示されない場合は [MS269xA AppMgr] を追加する必要があります。




図5.4.1-4 Allowed Programs 画面

[MS269xA AppMgr] が登録されていない場合の追加手順

- マウスを使用して Allowed Programs 画面の [Allow another program...] をクリックします。




図5.4.1-5 Allowed Programs 画面

- Add a Program 画面が表示されます。[Browse...] をクリックします。




図5.4.1-6 Add a Program 画面

3. Add a Program の Browse 画面が表示されます。
C:\Anritsu\Signal Analyzer\Applications\AppMgr.exe を選択して [Open] をクリックします。




図5.4.1-7 Add a Program の Browse 画面

4. Add a Program 画面で [MS269xA AppMgr] を選択して [Add] をクリックします。




図5.4.1-8 Add a Program 画面

5. [Allowed programs and features] に [MS269xA AppMgr] が追加されます。

[MS269xA AppMgr] が On (チェックされている) となっていることを確認します。




図5.4.1-9 Allowed Programs 画面

5

システム

5.4.2 Windowsの重要な更新プログラムをインストールする (Windows Update)

Windows の重要な更新プログラムを定期的にチェックし、最新の状態に保つ必要があります。ただし、更新プログラムのダウンロードとインストールが実行されると、本器の性能を低下させるおそれがありますので、Windows Update の自動更新を無効にしてください。本器を使用しない時間帯に、定期的に手動で新たな更新プログラムのチェック、ダウンロード、およびインストールを実行することを推奨します。

Windows Update の設定および実行

1. マウスを使用して本器の画面上で右クリックをし、リストから [Show the desktop] をクリックしてデスクトップ画面を表示します。
2. 画面下部に隠れている Windows メニューバーから [Start] → [Control Panel] をクリックします。
3. [System and Security] → [Windows Update] をクリックすると、Windows Update 画面が表示されます。
4. 自動更新を無効にするには、Windows Update 画面左側の [Change settings] をクリックします。



図5.4.2-1 Windows Update 画面

5. Important updates で [Never check for updates (not recommended)] を選択し、[OK] をクリックします。




図5.4.2-2 Change settings 画面

6. 新たな更新プログラムの有無を確認（手動更新）するには、Windows Update 画面の [Check for updates] をクリックします。



図5.4.2-3 Windows Update 画面（手動更新）

7. 新しい更新プログラムが見つかった場合は、画面の指示に従ってダウンロードとインストールを実行します。

5

システム

5.4.3 アンチウイルスソフトウェアを利用する

アンチウイルスソフトウェアを本器にインストールすることを推奨します。ただし、アンチウイルスソフトウェアのウイルス定義データの自動更新や、フルスキャンのバックグラウンド実行は、本器の性能を低下させるおそれがありますので使用しないでください。本器を使用しない時間帯に定期的に実行することを推奨します。

本器で動作確認を行ったアンチウイルスソフトウェアを以下に示します。

- ・ トレンドマイクロ ウイルスバスター コーポレートエディション XG

注:

インストール方法、使用方法はソフトウェアの操作方法を参照してください。
本器では一般的な使用方法において上記ソフトウェアによる本器機能への悪影響がないことを確認していますが、上記ソフトウェアおよび同様の機能を持つソフトウェアのすべての機能の動作を保証するものではありません。

第6章 性能試験

この章では、本器の予防保守としての性能試験を実施する上で必要な測定機器、セットアップ方法、性能試験手順について説明します。

6.1	性能試験の概要.....	6-2
6.1.1	性能試験について	6-2
6.1.2	性能試験の項目・使用機器	6-3
6.2	性能試験の項目.....	6-5
6.2.1	表示周波数確度.....	6-6
6.2.2	周波数スパン表示確度	6-8
6.2.3	単側波帯雑音レベル.....	6-10
6.2.4	RF 周波数特性	6-13
6.2.5	表示平均雑音レベル.....	6-18
6.2.6	2 次高調波歪み	6-22

6

性能試験

6.1 性能試験の概要

6.1.1 性能試験について

性能試験は、本器の性能劣化を未然に防止するため、予防保守の一環として行います。

性能試験は、本器の受入検査、定期検査、修理後の性能確認などで性能試験が必要な場合に利用してください。重要と判断される項目は、予防保守として定期的に行ってください。本器の受入検査、定期検査、修理後の性能確認に対しては下記の性能試験を実施してください。

- ・ 表示周波数確度
- ・ 周波数スパン表示確度
- ・ 単側波帯雑音レベル
- ・ RF 周波数特性
- ・ 表示平均雑音レベル
- ・ 2 次高調波歪み

性能試験は、重要と判断される項目は、予備保守として定期的に行ってください。定期試験の推奨繰り返し期間としては、年に 1~2 回程度が望されます。

性能試験で規格を満足しない項目を発見された場合、本書(紙版説明書では巻末、電子版説明書では別ファイル)に記載の「本製品についてのお問い合わせ窓口」へすみやかにご連絡ください。

6.1.2 性能試験の項目・使用機器

性能試験用測定器一覧表を表 6.1.2-1 に示します。

表 6.1.2-1 性能試験用測定器一覧表

試験項目	要求される性能	推奨機器名(形名)
表示周波数確度	<ul style="list-style-type: none"> 周波数範囲: 500 MHz～24.5 GHz 分解能: 1 Hz 可能 出力レベル範囲: -20～0 dBm 分解能: 0.1 dB 可能 	信号発生器(MG3693C/94C) MS2690A, MS2691A では, MG3692C も可 オプション 004 またはオプション 005 付き
周波数スパン表示確度	<ul style="list-style-type: none"> 周波数範囲: 3000 MHz～23850 MHz 分解能: 1 Hz 可能 出力レベル範囲: -20～0 dBm 分解能: 0.1 dB 可能 	信号発生器(MG3693C/94C)
単側波帶雜音レベル	<ul style="list-style-type: none"> 周波数範囲: 2 GHz offset 1 MHz 分解能: 1 Hz 可能 出力レベル範囲: -10～10 dBm 分解能: 0.1 dB 可能 SSB 位相雜音: -130 dBc/Hz 以下 (100 kHz オフセット時) SSB 位相雜音: -150 dBc/Hz 以下 (1 MHz オフセット時) 外部基準入力: (10 MHz) 可能 	信号発生器 (HP8665B 相当品)

表 6.1.2-1 性能試験用測定器一覧表(続き)

試験項目	要求される性能	推奨機器名(形名)
RF 周波数特性	<ul style="list-style-type: none"> 周波数範囲:250 kHz～13.5 GHz 分解能:1 Hz 可能 出力レベル範囲:-20～0 dBm 分解能:0.1 dB 可能 	信号発生器(MG3710A) ～6 GHz
		信号発生器(MG3693C/94C) 6 GHz～
		MS2691A は、MG3692C も可
	<ul style="list-style-type: none"> 周波数範囲:250 kHz～13.5 GHz 測定電力範囲:-30～+10 dBm (～6 GHz) 測定電力範囲:-67～+20 dBm (6 GHz～) 本体確度:± 0.02 dB 	<p>パワーメータ(ML2488A)</p> <p>パワーセンサ(MA2421D) ～6 GHz</p> <p>パワーセンサ(MA2444D) 6 GHz～</p>
表示平均雑音レベル	<ul style="list-style-type: none"> 周波数範囲:DC～13.5 GHz VSWR:1.2 以下 50 Ω 	標準終端器(28N50-2)
2 次高調波歪み	<ul style="list-style-type: none"> 周波数範囲:10 MHz～6 GHz 外部基準入力:(10 MHz) 可能 2 次高調波:-30 dBc 以下 SG 出力の 2 倍の周波数に対して Loss<40 dB(LPF) 	信号発生器(MG3710A)
		低域フィルタ
		SLP-10.7+ :fc=14 MHz
		SLP-50+ :fc=55 MHz
		SLP-100+ :fc=108 MHz
		VLF-400(+) :fc=560 MHz
		SLP-850+ :fc=850 MHz
		VLF-1200(+) :fc=1530 MHz
		VLF-2250(+) :fc=2575 MHz
		VLF-3000+ :fc=3600 MHz

6.2 性能試験の項目

被試験装置と測定器類は、特に指示する場合を除き少なくとも30分間は予熱を行い、十分に安定してから性能試験を行ってください。最高の測定精度を發揮するには、上記の他に室温下での実施、AC電源電圧の変動が少ないとこと、騒音・振動・ほこり・湿気などについても問題が無いことが必要です。



図 6.2-1 性能試験

6.2.1 表示周波数確度

(3)に示すように、表示周波数の基準となる既知周波数を本器へ加えておき、中心周波数と周波数スパンを正面パネルから設定します。このとき、スペクトラムのピーク点のマーカ表示周波数(下図太矢印)の読み取り値と中心周波数の設定値(既知基準周波数と同値)の差を測定します。

Swept Frequency Synthesizer は、本器の 10 MHz 基準発振器と同じ確度でフェーズロックされた信号源を使用します。

(1) 試験対象規格

■MS2690A/MS2691A/MS2692A

- 表示周波数確度: $\pm (\text{表示周波数} \times \text{基準周波数確度} + \text{SPAN 周波数} \times \text{SPAN 確度} + \text{RBW} \times 0.05 + 2 \times N + \text{SPAN 周波数} / (\text{トレースポイント数}-1)) \text{ Hz}$

N は、ミキサハーモニック次数（表 1.3.1-1、表 1.3.2-1 を参照）

(2) 試験用測定器

- 信号発生器(MG3693C/94C)（MS2690A, MS2691A では、MG3692C も可）

(3) セットアップ




図 6.2.1-1 表示周波数確度試験

(4) 試験上の注意

MG3693C/94C の出力レベルは、-20～-10 dBm 程度に設定してください。

(5) 試験手順

1. 本器の  を押して、アプリケーション Spectrum Analyzer を選択します。
2. 本器の  を押します。
3.  (Preset) 押し、Preset を行います。
4. 本器の  を押し、Frequency ファンクションメニューを表示します。
5. MG3693C/94C の出力周波数を「付録 A 表示周波数確度」の表の中心周波数(500 MHz)に設定します。
6. 「付録 A 表示周波数確度」の表の中心周波数を本器に設定します。
7. 「付録 A 表示周波数確度」の表の中心周波数(500 MHz)に対応する周波数スパン(10 kHz), 分解能帯域幅(300 Hz)を本器に設定します。
8. 画面上に示すマーカ周波数(MKR 値)の値を読み取り、その値が「付録 A 表示周波数確度」の表に示す指定範囲の最大値と最小値の範囲にあるかどうかを確認します。
9. 「付録 A 表示周波数確度」の表の中心周波数と周波数スパンの組み合わせに従い、中心周波数、周波数スパンについて手順 5～8 を繰り返します。

6.2.2 周波数スパン表示確度

(3)に示すように、画面の左端より1div目と9div目の周波数を信号発生器に設定し、この周波数差を読み取り、これによりスパン確度を求めます。

(1) 試験対象規格

■ MS2690A/MS2691A/MS2692A

- ・周波数スパン確度： ±0.2%

(2) 試験用測定器

- ・信号発生器(MG3693C/94C) (MS2690A, MS2691A では、MG3692Cも可)

(3) セットアップ




図 6.2.2-1 周波数スパン表示確度試験

(4) 試験上の注意

MG3693C/94C の出力レベルは、特に指定しませんが、通常は、−10～0 dBm 程度に設定してください。

(5) 試験手順

1. 本器の  を押して、アプリケーション Spectrum Analyzer を選択します。
2. 本器の  を押します。
3.  (Preset) 押して、Preset を行います。
4. 本器の RF Input に MG3693C/94C の出力を接続します。
5. 本器の周波数スパン(10 kHz), 中心周波数(3 GHz)を表(付録 A 周波数スパン表示確度)より、設定します。
6. MG3693C/94C の出力周波数を「付録 A 周波数スパン表示確度」の表の f_1 に周波数(2999.996 MHz)に設定します。
7. 本器のマーカ機能を使用して、スペクトラム波形のピークの周波数を測定します。このときの周波数を f_1' とします。
8. MG3693C/94C の出力周波数 f_2 の周波数(3000.004 MHz)に設定した後、マーカ機能を使用してスペクトラム波形のピークの周波数を測定します。このときの周波数を f_2' とします。
9. $(f_2' - f_1') / 0.8 / \text{SPAN} \times 100 - 100 [\%]$ の計算を行い、「付録 A 周波数スパン表示確度」の表における指定範囲(最小値～最大値)を満足しているかどうかを確認します。
10. 「付録 A 周波数スパン表示確度」の表の中心周波数 3 GHz, 7 GHz, 6.75 GHz の各周波数スパンについて手順 5～9 を繰り返します。

注:

7 GHz, 6.75 GHz については、MS2691A, MS2692A のみ指定できます。

13.25 GHz については、MS2692A のみ指定できます。

6.2.3 単側波帯雑音レベル

分解能帯域幅をある一定の値に設定して、単側波帯雑音レベルが被試験器よりもはるかに少ない信号を入力します。その際、スペクトラム波形のピーク点からある周波数だけ離れたところの雑音レベルが、ピーク点より何 dB 下がっているかを試験します。




図 6.2.3-1 単側波帯雑音のイメージ図

(1) 試験対象規格

- ・ 単側波帯雑音: 18~28°C, 2 GHzにおいて
 - $\leq -116 \text{ dBc/Hz}$ (周波数 2 GHz, 100 kHz オフセット)
 - $\leq -137 \text{ dBc/Hz}$ (周波数 2 GHz, 1 MHz オフセット)

(2) 試験用測定器

- ・ 信号発生器(HP8665B)

(3) セットアップ




図 6.2.3-2 単側波帯雑音レベル

(4) 試験上の注意

周囲温度 18~28°C で、30 分以上ウォームアップ後に行ってください。

(5) 試験手順

1. 本器のアプリケーション Spectrum Analyzer を起動します。
2. を押します。
3. (Preset) を押します。
4. を押したあと、 (SIGANA All) を押します。
5. HP8665B を 2 GHz, 0 dBm に設定します。
6. 本器を下記のように設定します。

Reference Level	0 dBm
Attenuator	0 dB
Span Frequency	0 Hz
VBW Mode	Power
Det Mode	Sample
RBW	100 Hz
VBW	1 Hz
Sweep Time	1 s
Trace Points	1001
7. 本器の Center Frequency を 2 GHz に設定します。
8. バーストアベレージ測定機能で、下記のパラメータを設定し、アベレージ測定値が $0 \text{ dBm} \pm 0.06 \text{ dB}$ となるように、HP8665B の出力レベルを調整し、レベル [p0] を測定します。

Start Time	0.1 s
Stop Time	0.9 s

9. 「付録A 単側波帶雑音レベル」の表のオフセット周波数(100 kHz)に対応する中心周波数(2.0001 GHz)を本器に設定します。

同様に、「付録A 単側波帶雑音レベル」の表に従い、RBWを10 kHzに設定します。

10. バーストアベレージ測定機能を用いて、レベル[p1]を測定します。

11. 測定値から、単側波帶雑音を計算します。

$$\text{単側波帶雑音} = p1 - p0 - 10\log 10000 \text{ [dBc/Hz]}$$

12. 9と同様に、中心周波数(2001 MHz)でのレベル[p2]を測定します。

13. 測定値から、単側波帶雑音を計算します。

$$\text{単側波帶雑音} = p2 - p0 - 10\log 30000 \text{ [dBc/Hz]}$$

6.2.4 RF周波数特性

スペクトラムアナライザに、周波数は異なるが振幅の等しい複数の信号が入力された場合、画面上の各スペクトラムの振幅は等しく表示されなければなりません。

ここでは、外部から校正された信号を入力し、各バンドの周波数のレベル偏差を求めます。

(1) 試験対象規格

■ MS2690A

周波数特性

- CAL 実行後、入力アッテネータ=10 dB, 18~28°Cにおいて、
(MS2690A-008 未搭載またはプリアンプ=OFF 時)
±0.35 dB
(9 kHz≤周波数≤6 GHz, Frequency Band Mode:Normal)
(MS2690A-008 搭載でプリアンプ=ON 時)
±0.65 dB
(100 kHz≤周波数≤6 GHz, Frequency Band Mode:Normal)

■ MS2691A

周波数特性

- CAL 実行後、入力アッテネータ=10 dB, 18~28°Cにおいて、
(MS2691A-008 未搭載またはプリアンプ=OFF 時)
±0.35 dB
(9 kHz≤周波数≤6 GHz, Frequency Band Mode:Normal)
(9 kHz≤周波数<3 GHz, Frequency Band Mode:Spurious)
(MS2691A-008 搭載でプリアンプ=ON 時)
±0.65 dB
(100 kHz≤周波数≤6 GHz, Frequency Band Mode:Normal)
(100 kHz≤周波数<3 GHz, Frequency Band Mode:Spurious)
- CAL 実行後、入力アッテネータ=10 dB, プリセレクタチューニング後、
18~28°Cにおいて、
±1.50 dB
(6 GHz<周波数≤13.5 GHz, Frequency Band Mode:Normal)
(3 GHz≤周波数≤13.5 GHz, Frequency Band Mode:Spurious)

■ MS2692A

周波数特性

- CAL 実行後、入力アッテネータ=10 dB, 18~28°Cにおいて、
(MS2692A-008 未搭載またはプリアンプ=OFF 時)
±0.35 dB
(9 kHz≤周波数≤6 GHz, Frequency Band Mode:Normal)
(9 kHz≤周波数<3 GHz, Frequency Band Mode:Spurious)
(MS2692A-008 搭載でプリアンプ=ON 時)
±0.65 dB
(100 kHz≤周波数≤6 GHz, Frequency Band Mode:Normal)
(100 kHz≤周波数<3 GHz, Frequency Band Mode:Spurious)

- CAL 実行後, 入力アッテネータ=10 dB, プリセレクタチューニング後,
18~28°Cにおいて,
(MS2692A-067 未搭載または Preselector Bypass OFF 時)
 ± 1.50 dB
(6 GHz < 周波数 \leq 13.5 GHz, Frequency Band Mode:Normal)
(3 GHz \leq 周波数 \leq 13.5 GHz, Frequency Band Mode:Spurious)
 ± 2.50 dB
(13.5 GHz < 周波数 \leq 26.5 GHz)
- CAL 実行後, 入力アッテネータ=10 dB,
(MS2692A-067 搭載かつ Preselector Bypass ON 時)
 ± 1.00 dB
(6 GHz < 周波数 \leq 13.5 GHz)
 ± 1.50 dB
(13.5 GHz < 周波数 \leq 26.5 GHz)

(2) 試験用測定器

- 信号発生器 (MG3710A) ~6 GHz
(MG3693C/94C) 6 GHz~
(MS2690A, MS2691A では, MG3692C も可)
- パワーメータ (ML2488A)
- パワーセンサ (MA2421D) ~6 GHz
(MA2444D) 6 GHz~

(3) セットアップ




図 6.2.4-1 RF 周波数特性試験

(4) 試験上の注意

周囲温度 18~28°C で、30 分以上ウォームアップ後に行ってください。

測定に使用するケーブル、アンテナ、同軸ケーブルは、下記の応用部品を推奨します。

ケーブル: J0912 同軸ケーブル(40 GHz 用)

アンテナ: 41KC-3 固定減衰器, 3 dB

変換アダプタ: J1398A N-SMA ADAPTOR

(5) 試験手順

(a) MG3710A(MG3693C/94C)の出力レベルの校正

- MG3710A(MG3693C/94C)を下記のように設定します。

OUTPUT FREQ 5 MHz
OUTPUT LEVEL -4 dBm

- MG3710A(MG3693C/94C)の出力を同軸ケーブルを介して、パワーメータのパワーセンサへ接続します。
- パワーメータの表示を確認します。
- MG3710A(MG3693C/94C)の出力周波数を「付録 A RF 周波数特性」の表に記載されている中心周波数に変え、各周波数の信号レベルを-10 dBm±0.06 dB になるように値をパワーメータで校正し、そのときの MG3710A(MG3693C/94C)の設定値とパワーメータの指示値(校正值)を読み取ります。

(b) RF 周波数特性の測定

- MG3710A(MG3693C/94C)の RF Output を本器 RF Input に同軸ケーブルでつなぎかえます。

- 本器のアプリケーション Spectrum Analyzer を起動します。

- 本器の  を押します。

-  (Preset) を押します。

-  を押したあと、 (SIGANA All) を押します。

- 本器を下記のように設定します。

Center Freq 5 MHz
Span 0 Hz
ATT 10 dB
Reference Level -10 dBm
RBW 100 Hz
Sweep Time 50 ms
Trace Point 1001
Det Mode RMS

- (a) 4.で校正された MG3710A(MG3693C/94C)の信号(校正值)を本器に出力します。

- バーストアベレージ測定機能で、下記のパラメータを設定し、レベルを測定します。

Start Time 5 ms

Stop Time 45 ms

- 「付録 A RF 周波数特性」の表の周波数に変えて測定を繰り返します。

- MG3710A(MG3693C/94C)の校正值と本器での指示値から、RF 周波数特性を計算します。

RF 周波数特性=本器の指示値-校正值(パワーメータの指示値)

11. オプション 008 搭載時のみ、本器を下記のように設定します。

Amplitude を押し、**F4** (Pre-amp) でプリアンプ設定を On にします。手順 8 ~9 に従って、RF 周波数特性を求めます。

Center Freq	50 MHz
Span	0 Hz
ATT	10 dB
Reference Level	-30 dBm
RBW	100 Hz
Sweep Time	50 ms
Trace Point	1001
Det Mode	RMS

6.2.5 表示平均雑音レベル

測定周波数全帯域にわたり、分解能帯域幅に比例して均等に分布する内部雑音を表示平均雑音レベルと言います。

(1) 試験対象規格

- 表示平均雑音レベル

VBW=1 Hz(Video Average), 検波モード:Sample, 入力アッテネータ 0 dB, 18~28°Cにおいて,

■ MS2690A

(MS2690A-008 未搭載時)

$\leq -135 \text{ dBm/Hz}$ (100 kHz)

$\leq -145 \text{ dBm/Hz}$ (1 MHz)

$\leq -155 \text{ dBm/Hz}$ (30 MHz \leq 周波数 < 2.4 GHz)

$\leq -153 \text{ dBm/Hz}$ (2.4 GHz \leq 周波数 < 4 GHz)

$\leq -152 \text{ dBm/Hz}$ (4 GHz \leq 周波数 \leq 6 GHz)

(MS2690A-008 搭載でプリアンプ=ON 時)

$\leq -150 \text{ dBm/Hz}$ (100 kHz)

$\leq -159 \text{ dBm/Hz}$ (1 MHz)

$\leq -166 \text{ dBm/Hz}$ (30 MHz \leq 周波数 < 2.4 GHz)

$\leq -165 \text{ dBm/Hz}$ (2.4 GHz \leq 周波数 < 3 GHz)

$\leq -164 \text{ dBm/Hz}$ (3 GHz \leq 周波数 < 4 GHz)

$\leq -161 \text{ dBm/Hz}$ (4 GHz \leq 周波数 < 5 GHz)

$\leq -159 \text{ dBm/Hz}$ (5 GHz \leq 周波数 \leq 6 GHz)

(MS2690A-008 搭載でプリアンプ=OFF 時)

$\leq -135 \text{ dBm/Hz}$ (100 kHz)

$\leq -145 \text{ dBm/Hz}$ (1 MHz)

$\leq -153 \text{ dBm/Hz}$ (30 MHz \leq 周波数 < 2.4 GHz)

$\leq -152 \text{ dBm/Hz}$ (2.4 GHz \leq 周波数 < 3 GHz)

$\leq -151 \text{ dBm/Hz}$ (3 GHz \leq 周波数 < 4 GHz)

$\leq -150 \text{ dBm/Hz}$ (4 GHz \leq 周波数 < 5 GHz)

$\leq -149 \text{ dBm/Hz}$ (5 GHz \leq 周波数 < 6 GHz)

■ MS2691A

(MS2691A-008 未搭載時)

$\leq -135 \text{ dBm/Hz}$ (100 kHz)

$\leq -145 \text{ dBm/Hz}$ (1 MHz)

$\leq -155 \text{ dBm/Hz}$ (30 MHz \leq 周波数 < 2.4 GHz)

$\leq -153 \text{ dBm/Hz}$ (2.4 GHz \leq 周波数 < 3 GHz)

$\leq -153 \text{ dBm/Hz}$ (3 GHz \leq 周波数 < 4 GHz)

$\leq -152 \text{ dBm/Hz}$ (4 GHz \leq 周波数 < 6 GHz)

$\leq -151 \text{ dBm/Hz}$ (6 GHz \leq 周波数 < 10 GHz)

$\leq -150 \text{ dBm/Hz}$ (10 GHz \leq 周波数 \leq 13.5 GHz)

(MS2691A-008 搭載でプリアンプ=ON 時)

$\leq -150 \text{ dBm/Hz}$ (100 kHz)

$\leq -159 \text{ dBm/Hz}$ (1 MHz)

$\leq -166 \text{ dBm/Hz}$ (30 MHz \leq 周波数 < 2.4 GHz)

$\leq -165 \text{ dBm/Hz}$ (2.4 GHz \leq 周波数 $<$ 3 GHz)
 $\leq -164 \text{ dBm/Hz}$ (3 GHz \leq 周波数 $<$ 4 GHz)
 $\leq -161 \text{ dBm/Hz}$ (4 GHz \leq 周波数 $<$ 5 GHz)
 $\leq -159 \text{ dBm/Hz}$ (5 GHz \leq 周波数 \leq 6 GHz)

(MS2691A-008 搭載でプリアンプ=OFF 時)
 $\leq -135 \text{ dBm/Hz}$ (100 kHz)
 $\leq -145 \text{ dBm/Hz}$ (1 MHz)
 $\leq -153 \text{ dBm/Hz}$ (30 MHz \leq 周波数 $<$ 2.4 GHz)
 $\leq -152 \text{ dBm/Hz}$ (2.4 GHz \leq 周波数 $<$ 3 GHz)
 $\leq -151 \text{ dBm/Hz}$ (3 GHz \leq 周波数 $<$ 4 GHz)
 $\leq -150 \text{ dBm/Hz}$ (4 GHz \leq 周波数 $<$ 5 GHz)
 $\leq -149 \text{ dBm/Hz}$ (5 GHz \leq 周波数 $<$ 6 GHz)
 $\leq -151 \text{ dBm/Hz}$ (6 GHz \leq 周波数 $<$ 10 GHz)
 $\leq -150 \text{ dBm/Hz}$ (10 GHz \leq 周波数 \leq 13.5 GHz)

■ MS2692A

(MS2692A-008, 067 未搭載時)
 $\leq -135 \text{ dBm/Hz}$ (100 kHz)
 $\leq -145 \text{ dBm/Hz}$ (1 MHz)
 $\leq -155 \text{ dBm/Hz}$ (30 MHz \leq 周波数 $<$ 2.4 GHz)
 $\leq -153 \text{ dBm/Hz}$ (2.4 GHz \leq 周波数 $<$ 3 GHz)
 $\leq -153 \text{ dBm/Hz}$ (3 GHz \leq 周波数 $<$ 4 GHz)
 $\leq -152 \text{ dBm/Hz}$ (4 GHz \leq 周波数 $<$ 5 GHz)
 $\leq -152 \text{ dBm/Hz}$ (5 GHz \leq 周波数 $<$ 6 GHz)
 $\leq -151 \text{ dBm/Hz}$ (6 GHz \leq 周波数 $<$ 10 GHz)
 $\leq -150 \text{ dBm/Hz}$ (10 GHz \leq 周波数 \leq 13.5 GHz)
 $\leq -147 \text{ dBm/Hz}$ (13.5 GHz $<$ 周波数 \leq 20 GHz)
 $\leq -143 \text{ dBm/Hz}$ (20 GHz $<$ 周波数 \leq 26.5 GHz)

(MS2692A-008 搭載でプリアンプ=ON 時)
 $\leq -150 \text{ dBm/Hz}$ (100 kHz)
 $\leq -159 \text{ dBm/Hz}$ (1 MHz)
 $\leq -166 \text{ dBm/Hz}$ (30 MHz \leq 周波数 $<$ 2.4 GHz)
 $\leq -165 \text{ dBm/Hz}$ (2.4 GHz \leq 周波数 $<$ 3 GHz)
 $\leq -164 \text{ dBm/Hz}$ (3 GHz \leq 周波数 $<$ 4 GHz)
 $\leq -161 \text{ dBm/Hz}$ (4 GHz \leq 周波数 $<$ 5 GHz)
 $\leq -159 \text{ dBm/Hz}$ (5 GHz \leq 周波数 \leq 6 GHz)

(MS2692A-008 搭載でプリアンプ=OFF 時)
 $\leq -135 \text{ dBm/Hz}$ (100 kHz)
 $\leq -145 \text{ dBm/Hz}$ (1 MHz)
 $\leq -153 \text{ dBm/Hz}$ (30 MHz \leq 周波数 $<$ 2.4 GHz)
 $\leq -152 \text{ dBm/Hz}$ (2.4 GHz \leq 周波数 $<$ 3 GHz)
 $\leq -151 \text{ dBm/Hz}$ (3 GHz \leq 周波数 $<$ 4 GHz)
 $\leq -150 \text{ dBm/Hz}$ (4 GHz \leq 周波数 $<$ 5 GHz)
 $\leq -149 \text{ dBm/Hz}$ (5 GHz \leq 周波数 $<$ 6 GHz)
 $\leq -151 \text{ dBm/Hz}$ (6 GHz \leq 周波数 $<$ 10 GHz)
 $\leq -150 \text{ dBm/Hz}$ (10 GHz \leq 周波数 \leq 13.5 GHz)

≤−147 dBm/Hz(13.5 GHz < 周波数 ≤ 20 GHz)
≤−143 dBm/Hz(20 GHz < 周波数 ≤ 26.5 GHz)

(MS2692A-067 搭載時)

≤−135 dBm/Hz(100 kHz)

≤−145 dBm/Hz(1 MHz)

≤−155 dBm/Hz(30 MHz ≤ 周波数 < 2.4 GHz)

≤−153 dBm/Hz(2.4 GHz ≤ 周波数 < 3 GHz)

≤−153 dBm/Hz(3 GHz ≤ 周波数 < 4 GHz)

≤−152 dBm/Hz(4 GHz ≤ 周波数 < 5 GHz)

≤−152 dBm/Hz(5 GHz ≤ 周波数 < 6 GHz)

≤−146 dBm/Hz(6 GHz ≤ 周波数 < 10 GHz)

≤−145 dBm/Hz(10 GHz ≤ 周波数 ≤ 13.5 GHz)

≤−142 dBm/Hz(13.5 GHz < 周波数 ≤ 20 GHz)

≤−138 dBm/Hz(20 GHz < 周波数 ≤ 26.5 GHz)

(2) 試験用測定器

- 標準終端器(28N50-2)

(3) セットアップ




図 6.2.5-1 表示平均雑音レベル

(4) 試験上の注意

周囲温度 18~28°C で、30 分以上ウォームアップ後に行ってください。

(5) 試験手順

1. 本器のアプリケーション Spectrum Analyzer を起動します。
2. 本器の  を押します。
3.  (Preset) を押します。
4.  を押し,  (SIGANA All) を押します。
5. 標準終端器で, RF Input を終端します。
6. 本器を下記のように設定します。(タイムドメイン)

Center Freq	100 kHz
Span	0 Hz
Reference Level	-100 dBm
RBW	1 kHz
VBW	1 Hz
VBW Mode	Video
Attenuator	0 dB
Detection	Sample
Sweep Time	1 s
7.  を押します。
8.  (Trace-A Storage Mode) を押して,  (Average) を選択します。
9.  を押して, 元のページに戻ります。
10.  (Storage Count) を押します。
11. アベレージ回数を 16 回に設定します。
12.  (Single) を押して, アベレージングを開始させ, アベレージ回数 16 回分の掃引が完了するまで待ちます。
13. パーストアベレージ測定機能で, 下記のパラメータを設定し, レベルを測定します。

Start Time	100 ms
Stop Time	900 ms
14. (パーストアベレージ測定値 [dBm] -30 dB) が表示平均雑音レベル (dBm/Hz) となります。
15. 「付録 A 表示平均雑音レベル」の表に従って, Center Freq を設定し, 手順 7~14 に従って, 表示平均雑音レベルを求めます。
16. オプション 008 搭載時のみ,  を押し,  (Pre-amp) でプリアンプ設定を On にし, 手順 11~15 に従って, 表示平均雑音レベルを求めます。

6.2.6 2次高調波歪み

高調波歪みのない入力信号をスペクトラムアナライザに加えても、アナライザの入力ミキサ非直線性によって、高調波が発生し画面上に表示されます。

この画面上に表示される高調波の中では、2次高調波レベルが最も大きくなります。

試験法のポイントは本器の内部高調波歪みよりさらに低歪みな信号(少なくとも 20 dB以上)を本器に加え、基本波と2次高調波のレベル差を測定します。もし、低歪み信号源が得られない場合は、LPF 経由後の低歪み信号を本器に加えます。

(1) 試験対象規格

- ・ 2次高調波歪み

■ MS2690A/MS2691A/MS2692A

(MS2690A-008/MS2691A-008/MS2692A-008 未搭載時)

ミキサ入力レベル-30 dBmにおいて

≤-60 dBc(入力周波数:10≤周波数≤400 MHz)

≤-75 dBc(入力周波数:0.4<周波数≤0.8 GHz)

≤-75 dBc(入力周波数:0.8<周波数≤1 GHz)

≤-75 dBc(入力周波数:1<周波数≤3 GHz)

(MS2690A-008/MS2691A-008/MS2692A-008 搭載時)

プリアンプ入力レベル-45 dBmにおいて

≤-50 dBc(入力周波数:10≤周波数≤400 MHz)

≤-55 dBc(入力周波数:0.4<周波数≤0.8 GHz)

≤-55 dBc(入力周波数:0.8<周波数≤1 GHz)

≤-55 dBc(入力周波数:1<周波数≤3 GHz)

(2) 試験用測定器

- ・ 信号発生器(MG3710A)
- ・ LPF: 基本波の2倍の周波数において減衰量 40 dB 以上とれるもの

(3) セットアップ




図 6.2.6-1 2 次高調波歪み試験

(4) 試験上の注意

周囲温度 18~28°C で、30 分以上ウォームアップ後に行ってください。

(5) 試験手順

1. 本器のアプリケーション Spectrum Analyzer を起動します。
2. 本器の を押します。
3. (Preset) を押します。
4. を押して、 (SIGANA All) を押します。
5. 本器を下記のように設定します。

Span	50 kHz
RBW	1 kHz
VBW	1 kHz
Attenuator	10 dB
Det Mode	Positive
Sweep Time	150 ms
6. MG3710A の出力レベルを-20 dBm に設定します。
7. 「付録 A 2 次高調波歪み」の表を参考に LPF を接続します。
LPF の減衰量が不足する場合、LPF を 2 段で使用してください。
8. MG3710A の出力周波数、本器の中心周波数、Reference Level を「付録 A 2 次高調波歪み」の表に従い設定します。
9. スペクトラム波形のピーク点が-20 dBm ± 0.06 dB の範囲に入るように信号発生器の出力レベルを調整します。

10. **Peak Search** を押して、ピークサーチを行います。信号トレースのピーク点がゾーンマーカに含まれるようにします。
11. **Marker** を押すと、Marker ファンクションメニューが表示されます。**F2** (Delta)を押し、デルタマーカに設定します。




図 6.2.6-2 基本波測定イメージ図

12. 2 次高調波を画面上に表示するため中心周波数の 2 倍の周波数を設定します。デルタマーカレベルの読みは、基本波と第 2 次高調波のレベル差を示します。もし、レベル差が 80 dB 以上ある場合は、Reference Level を−50 dBm に設定してください。入力アンテナの設定値が 10 dB であるかを確認してください。




図 6.2.6-3 2 次高調波測定イメージ図

13. 引き続き、「付録 A 2 次高調波歪み」の表に従って設定を行い、手順 7~12 を繰り返します。

第7章 パワーメータ

この章では、Power Meter 機能の基本的な操作方法について説明します。

7.1	Power Meter 機能	7-2
7.2	表示説明.....	7-3
7.3	ファンクションメニュー	7-5
7.3.1	周波数設定.....	7-6
7.3.2	レベル設定	7-7
7.3.3	Measure.....	7-9
7.3.4	Accessory	7-10
7.3.5	Power Meter	7-11
7.3.6	Aperture 設定.....	7-13
7.4	初期化	7-14
7.4.1	Preset	7-14
7.4.2	初期値一覧.....	7-14
7.5	ドライバインストール	7-15

7.1 Power Meter 機能

本器では、USB パワーセンサを接続し、測定値を表示することができます。

準備

本機能を実行するアプリケーションソフトウェアのセットアップ方法は、「3.8 インストールとアンインストール」、「3.5 アプリケーションの起動・終了・切り替え」を参照してください。

下記に示す USB パワーセンサが使用でき、Model 名は自動で認識されます。また、本器のどの USB Port に接続しても COM Port は自動で設定されます。

下記に、使用できるパワーセンサの形名と仕様を示します。

表7.1-1 USB パワーセンサ

Model	周波数	分解能	ダイナミックレンジ
MA24104A	600 MHz～4 GHz	1 kHz	+3 dBm～+51.76 dBm
MA24105A	350 MHz～4 GHz	100 kHz	+3 dBm～+51.76 dBm
MA24106A	50 MHz～6 GHz	1 kHz	-40 dBm～+23 dBm
MA24108A	10 MHz～8 GHz	100 kHz	-40 dBm～+20 dBm
MA24118A	10 MHz～18 GHz	100 kHz	-40 dBm～+20 dBm
MA24126A	10 MHz～26 GHz	100 kHz	-40 dBm～+20 dBm

USB パワーメータ機能の選択手順は次のとおりです。

<手順>

1. USB パワーセンサの USB 端子を本器の USB 端子に接続します。
2.  を押して、Application Switch ファンクションメニューを表示します。
3. [Power Meter] の文字列が表示されているメニューのファンクションキーを押します。

マウス操作では、タスクバーの [Power Meter] をクリックすることによっても本アプリケーションを選択することができます。

7.2 表示説明

Application Switch を押して、Application Switch メニューを表示し、Application Switch ファンクションメニューで Power Meter を選択すると Power Meter のメイン画面とファンクションメニューが表示されます。




図7.2-1 Power Meter のメイン画面

表7.2-1 パラメータの表示項目

番号	表示	内容
1	Power Meter	アプリケーションソフトウェア名 同期アプリケーションソフトウェア名が()内に表示されます。
2	COMxx	USB パワーセンサが接続されている COM Port 番号 xx
	Port	未接続の場合、表示されます。
3	MAxxxxxA	接続されている USB パワーセンサ形名
	Model	未接続の場合、表示されます。
4	Frequency	設定されている校正ファクタ周波数
5	Auto	入力レベル範囲：自動設定
	Low	入力レベル範囲：低入力レベル
	High	入力レベル範囲：高入力レベル
6	Power [dBm]	測定値を dBm 単位で示します。オフセットレベルを含んだ値です。 Device Status Error 発生時、赤色表示となります。
7	Relative Power [dB]	相対電力を dB 単位で示します。
8	Power [W]	測定値を W 単位で示します。オフセットレベルを含んだ値です。
9	Device Status Error	パワーセンサが異常状態の場合、表示されます。*
10	Measuring	測定中
	COM Searching	USB パワーセンササーチ状態
	Stop	USB パワーセンササーチ停止状態
11	Not Zeroed	ゼロ調整、未実行
	Zeroed	ゼロ調整、実行済み
12	Offset	パワーセンサの読み値に付加するオフセットのオン/オフとオフセットレベル
13	Average	平均化の現在のカウント数 / 設定カウント数 Average オンのとき、表示されます。  7.3.5 Power Meter
14	Disconnect Info	未接続または本体がパワーセンサを認識できていない場合に表示されます。パワーセンサが接続されている場合は、一度USBポートから外してから挿してください。
15	Aperture Mode	有効な Aperture の設定値が表示されます。  7.3.6 Aperture 設定
	Aperture Time	

*： 異常原因と Error ID については、『USB パワーセンサ MA241xxA および PowerXpert™ユーザガイド』、「13-3 STATUS?」を参照してください。

7.3 ファンクションメニュー

Power Meter 機能を起動した状態で  を押すと Power Meter ファンクションメニューが表示されます。

表7.3-1 Power Meter ファンクションメニュー

ファンクションキー	メニュー表示	機能
F1	Frequency	Frequency ファンクションメニューを開きます。  7.3.1 周波数設定
F2	Amplitude	Amplitude ファンクションメニューを開きます。  7.3.2 レベル設定
F3	Aperture Setting	Aperture Setting ファンクションメニューを開きます。  7.3.6 Aperture 設定
F4	Measure	Measure ファンクションメニューを開きます。  7.3.3 Measure
F8	Accessory	Accessory ファンクションメニューを開きます。  7.3.4 Accessory

7.3.1 周波数設定

USB パワーセンサの校正ファクタ周波数を設定します。

Power Meter ファンクションメニューで **F1** (Frequency) を押すと Frequency ファンクションメニューが表示されます。

表7.3.1-1 Frequency ファンクションメニュー

ファンクションキー	メニュー表示	機能
F1	Frequency	パワーセンサの校正ファクタ周波数を設定します。

Frequency ファンクションメニューで **F1** (Frequency) を押す、または **[Frequency]** を押すと [Frequency] ダイアログボックスが開くので、測定周波数を設定します。

表7.3.1-2 USB パワーセンサ

Model	設定範囲	分解能
無接続	10 MHz～26 GHz	1 Hz
MA24104A	600 MHz～4 GHz	1 kHz
MA24105A	350 MHz～4 GHz	100 kHz
MA24106A	50 MHz～6 GHz	1 kHz
MA24108A	10 MHz～8 GHz	100 kHz
MA24118A	10 MHz～18 GHz	100 kHz
MA24126A	10 MHz～26 GHz	100 kHz

注:

分解能以下の値は、四捨五入されます。

7.3.2 レベル設定

Power Meter ファンクションメニューで **F2** (Amplitude) を押す、または **Amplitude** を押すと、Amplitude ファンクションメニューが表示されます。

表7.3.2-1 Amplitude ファンクションメニュー

ファンクションキー	メニュー表示	機能
F1	Range	Range ファンクションメニューを開きます。
F7	Offset (On/Off)	レベルオフセット機能の On/Off を設定します。
F8	Offset Value	レベルオフセット値を設定します。

Range の設定

Amplitude ファンクションメニューで **F1** (Range) を押すと、Range ファンクションメニューが表示されます。

パワーセンサの測定レンジの切り替えを Auto(自動), Low/High(手動)で設定します。

注:

MA24104A/MA24106A の場合、常に Auto となります。

表7.3.2-2 Range ファンクションメニュー

ファンクションキー	メニュー表示	機能
F1	Auto	自動設定(初期値)
F2	Low	MA24108A/MA24118A/MA24126A の場合 入力レベル範囲:-40 dBm～-7 dBm MA24105A の場合 入力レベル範囲:+3 dBm～+38 dBm
F3	High	MA24108A/MA24118A/MA24126A の場合 入力レベル範囲:-7 dBm～+20 dBm MA24105A の場合 入力レベル範囲:+38 dBm～+51.76 dBm

レベルオフセットの設定

任意のオフセット値を測定値に加算して、表示します。

Amplitude ファンクションメニューで **[F7]** (Offset) を押してオフセット値の加算のオン・オフを設定します。

Offset: レベルオフセット

- | | |
|-----|---------------------|
| On | オフセット値を加算します。 |
| Off | オフセット値を加算しません（初期値）。 |

Amplitude ファンクションメニューで **[F8]** (Offset Value) を押すと [Offset Value] ダイアログボックスが開くので、オフセット値を設定します。

Offset Value: レベルオフセットの設定範囲、最小設定分解能

- | | |
|-------|-------------------|
| 設定範囲 | -100.00～100.00 dB |
| 設定分解能 | 0.01 dB |
| 初期値 | 0.00 dB |

本機能を使用するとパワーセンサの値が Offset Value で指定された値だけオフセットした表示となります。本器から DUT までの経路ロスあるいはゲインを補正する際に使用します。

$$\begin{aligned} [\text{オフセット後のパワーセンサの読み値}] &= [\text{パワーセンサの読み値}] \\ &+ [\text{オフセットレベル}] \end{aligned}$$




図7.3.2-1 オフセットレベルの概要

7.3.3 Measure

Power Meter ファンクションメニューで (Measure) を押す、または を押すと Measure ファンクションメニューが表示されます。

アプリケーション同期をしていない場合と、している場合で Measure ファンクションメニューでの表示が違います。

アプリケーション同期していない場合

表7.3.3-1 Measure ファンクションメニュー

ファンクションキー	メニュー表示	機能
F1	Power Meter	Power Meter ファンクションメニューを開きます。 7.3.5 Power Meter

アプリケーション同期している場合

表7.3.3-2 Measure ファンクションメニュー

ファンクションキー	メニュー表示	機能
F1	Modulation Analysis	同期しているアプリケーションソフトウェアが表示されます。
F2	Power Meter	Power Meter ファンクションメニューを開きます。 7.3.5 Power Meter

アプリケーション同期

アプリケーション同期とは、他の測定アプリケーションソフトウェアで表示される [Measure] ファンクションキーの中で、[Power Meter] アプリケーションを選択した状態を言います。この場合、Frequency などのパラメータが 2 つのアプリケーションの間で共通となり、アプリケーションを切り替える度に再設定する必要がなくなります。

表7.3.3-3 アプリケーション同期項目

アプリケーション	同期項目	
Vector Modulation Analysis	Frequency	周波数
	Offset	レベルオフセット機能の On/Off
	Offset Value	レベルオフセット値

アプリケーション同期をしている場合、画面のタイトルバーに“Power Meter (アプリケーション名)” のように表示されます。

7.3.4 Accessory

Power Meter ファンクションメニューで  (Accessory)を押すと, Accessory ファンクションメニューが表示されます。

表7.3.4-1 Accessory ファンクションメニュー

ファンクションキー	メニュー表示	機能
F1	Title	タイトル文字列を設定します。
F2	Title (On/Off)	タイトル文字列表示の On/Off を設定します。

タイトルの設定

画面に最大 32 文字までのタイトルを表示することができます (ファンクションメニュー上部の表示は、最大 17 文字です。文字によって最大文字数が変わります。)

<手順>

1. Power Meter ファンクションメニューで  (Accessory)を押します。
2.  (Title)を押すと文字列の入力画面が表示されます。ロータリノブを使用して文字を選択し、 で入力します。入力が完了したら、 (Set)を押します。
3.  (Title On/Off)を押して、Off を選択すると、タイトルは表示されなくなります。

7.3.5 Power Meter

Measure ファンクションメニューで [F1] または [F2] の (Power Meter) を押します。

USB パワーセンサによる測定の設定を行います。

表7.3.5-1 Power Meter ファンクションメニュー

ファンクションキー	メニュー表示	機能
F1	Average	測定結果の平均化の On/Off を設定します。
F2	Average Count	測定結果の平均化の回数を設定します。
F3	Set Reference	オフセット、平均化計算した測定値を相対電力の基準レベルに設定します。
F6	Zero Sensor	USB パワーセンサのゼロ調整を行います。
F8	Back To Application	アプリケーション同期中のみ表示されます。 アプリケーション同期対象の測定ソフトウェアをアクティブにします。

平均化

Power Meter ファンクションメニューで [F1] (Average) を押して平均化のオン・オフを設定します。

Average: 平均化

- | | |
|-----|-----------------|
| On | 平均化を行います。 |
| Off | 平均化を行いません(初期値)。 |

7

パワーメータ

Power Meter ファンクションメニューで [F2] (Average Count) を押すと[Average Count]ダイアログボックスが開くので、平均化回数を設定します。

Average Count: 平均化回数の設定

- | | |
|-------|--------|
| 設定範囲 | 2~1000 |
| 設定分解能 | 1 |
| 初期値 | 10 |

基準レベル設定

Power Meter ファンクションメニューで [F3] (Set Reference) を押して実行します。

オフセット、平均化計算した測定値を相対電力の基準レベルに設定します。

ゼロ調整

Power Meter ファンクションメニューで (Zero Sensor)を押して実行します。

実行中、進捗を表すダイアログボックスが表示されます。
ゼロ調整中は、操作をしないでください。




図7.3.5-1 Power Meter Zero 調整進捗ダイアログボックス

ゼロ調整に失敗すると下記ダイアログボックスが表示されます。




図7.3.5-2 Power Meter Zero 調整失敗ダイアログボックス

パワーセンサのゼロ調整

<手順>

1. USB パワーセンサの USB 端子を本器の USB 端子に接続します。
2. Power Sensor の RF InputをDUT (device under test) の RF 出力端子に接続します。このとき、DUT の RF 出力は OFF にしてください。

注意

DUT (device under test) の出力レベルによっては Power Sensor を破損させる可能性があります。接続時には過大入力とならないよう注意してください。

3. 本機能 (Zero Sensor) を実行します。

同期しているアプリケーションの起動

Power Meter ファンクションメニューで (Back To Application)を押して実行します。

同期しているアプリケーションソフトウェアに戻ります。

7.3.6 Aperture設定

Power Meter ファンクションメニューで  (Aperture Setting) を押すと Aperture Setting ファンクションメニューが表示されます。

詳細は、『USB パワーセンサ MA241xxA および PowerXpert™ユーザガイド』の「Aperture Time」の項、および各機種の「測定に関する注意」の項を参照してください。

表7.3.6-1 Aperture Setting ファンクションメニュー

ファンクションキー	メニュー表示	機能
F1	Aperture Time	Aperture Time を設定します。 MA24108A/MA24118A/MA24126A が接続されている時、有効です。
F2	Aperture Mode	Aperture Mode を設定します。 MA24104A/MA24106A が接続されている時、有効です。

Aperture Time の設定範囲、分解能、初期値を下表に示します。

表7.3.6-2 Aperture Time

Model	設定範囲	分解能	初期値
無接続	---	---	---
MA24104A	無効	無効	無効
MA24105A	無効	無効	無効
MA24106A	無効	無効	無効
MA24108A	0.01～300.00 ms	0.01 ms	20.00 ms
MA24118A	0.01～300.00 ms	0.01 ms	20.00 ms
MA24126A	0.01～300.00 ms	0.01 ms	20.00 ms

Aperture Mode の選択肢、初期値を下表に示します。

表7.3.6-3 Aperture Mode

Model	選択肢	初期値
無接続	---	---
MA24104A	LAT, HAT	LAT
MA24105A	無効	無効
MA24106A	LAT, HAT	LAT
MA24108A	無効	無効
MA24118A	無効	無効
MA24126A	無効	無効

7.4 初期化

7.4.1 Preset

Power Meter 機能はアプリケーションの 1 つです。Preset の方法については、「3.7.1 Preset」を参照してください。

7.4.2 初期値一覧

Frequency	1 GHz
Level Offset State	Off
Level Offset Value	0.00 dB
Average State	Off
Average Count	10
Reference Level	0.00 dBm
Reference Level Set	Off
Range	Auto
Sensor Connected	Disconnected
Sensor Model	Disconnected
Aperture	LAT (MA24104A, MA24106A) 20.00 ms (MA24108A, MA24118A, MA24126A)

7.5 ドライバインストール

初めてUSBパワーセンサを本器に接続したとき、本器にUSBパワーセンサのドライバがインストールされていない場合は、下記 [Found New Hardware Wizard] ダイアログボックスが表示されます。接続するUSBポートを変えた場合に表示されることもあります。

表示に従ってUSBパワーセンサを使用するためのドライバソフトウェアのインストールを行います。

注:

本器に搭載されているOSがWindows Embedded Standard 7の場合はダイアログボックスが表示されず、ドライバソフトウェアのインストールが行われます。

1. USBパワーセンサを接続すると下記ウィンドウが表示されます。[No, not this time]ラジオボタンにチェックを入れ、[NEXT]ボタンを押します。



図7.5-1 Found New Hardware Wizard ウィンドウ 1

2. 下記ウィンドウが表示されたら、[Install the software automatically (Recommended)]ラジオボタンにチェックを入れ、[NEXT]ボタンを押します。"Anritsu MA24108A"の部分には、接続したパワーセンサの形名が表示されます。




図7.5-2 Found New Hardware Wizard ウィンドウ 2

3. 下記ダイアログボックスが表示されたら、[Continue Anyway]ボタンをクリックします。



図7.5-3 Hardware Installation ダイアログボックス

4. 下記ウィンドウが表示されたら、[Finish]ボタンをクリックします。以上でインストールが完了します。

"Anritsu MA24104A"の部分には、接続したパワーセンサの形名が表示されます。




図7.5-4 Found New Hardware Wizard ウィンドウ 3

第8章 保守

この章では、日常の手入れと保管・輸送の際の注意や、予防保守としての校正手順について説明します。

8.1	日常の手入れと保管	8-2
8.1.1	日常の手入れ	8-2
8.1.2	長期保管前の注意	8-2
8.1.3	USB メモリの保管方法	8-2
8.2	返却時の再梱と輸送	8-3
8.2.1	再梱包	8-3
8.2.2	輸送	8-3
8.3	校正	8-4
8.3.1	校正について	8-4
8.3.2	本器の校正で使用する機器	8-4
8.3.3	周波数カウンタによる周波数の校正	8-5

8.1 日常の手入れと保管

8.1.1 日常の手入れ

日常の手入れは、必ず電源を切って、電源プラグを抜いてから行ってください。

外観の汚れ

外観の汚れが目立つとき、ほこりの多い場所で使用したとき、あるいは長期保管をする前には、石鹼水を含ませ、固くしぼった布で拭いてください。

画面の汚れ

画面の汚れは、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合には石けん水を含ませ、固くしぼった布で軽く拭いてください。

ネジのゆるみ

プラスドライバを使用して締め付けてください。

8.1.2 長期保管前の注意

本器に付着したほこり、手あか、その他の汚れ、しみなどを拭き取ってから保管してください。また、下記の場所での保管は避けてください。

- ・ 直射日光の当たる場所
- ・ ほこりの多い場所
- ・ 水滴が付着するような高湿度の場所
- ・ 活性ガスにおかされる場所
- ・ 本器が酸化するおそれがある場所
- ・ 下記に示す温度と湿度の場所
　　温度 -20°C 以下、または 60°C 以上
　　湿度 90%以上

推奨できる保管条件

長期保管するときは、上記の保管前の注意条件を満たすほかに、下記の環境条件の範囲内で保管することをお勧めします。

- ・ 温度 5°C～45°C の範囲
- ・ 湿度 40～80%の範囲
- ・ 1日の温度、湿度の変化が少ないところ

8.1.3 USBメモリの保管方法

USB メモリを保管するには、温度 4°C～53°C、湿度 8～90%（結露しないこと）の場所で保管してください。また、下記の場所では保管しないでください。

- ・ ちりやほこり、湿気の多い場所
- ・ 磁気を帯びたものに近い場所
- ・ 直射日光の当たる場所
- ・ 热源に近い場所

8.2 返却時の再梱と輸送

本器を輸送する場合に注意することを説明します。




図8.2-1 ガードと取っ手

本器を持ち運ぶときは、両側面にある取っ手を持ってください。ガードを持つと、ガードのネジが緩んだりガードが破損したりするおそれがあります(ガードは、コネクタ類を守るためのものです)。

8.2.1 再梱包

本器が最初に入っていた梱包材料(箱)を使って、再梱包してください。その梱包材料を破棄、破損した場合は、下記の方法で再梱包してください。

1. 本器をビニールなどで包みます。
2. 本器と本器の周りを囲む緩衝材料が入るのに十分な大きさのダンボール、木箱、またはアルミ製の箱を用意します。
3. 箱の中に本器を入れます。次にその回りに緩衝材を入れ、本器が箱の中で動かないようにします。
4. 箱の外側を梱包紐、粘着テープ、バンドなどでしっかりと固定します。

8.2.2 輸送

できる限り、振動を避けるとともに、推奨できる保管条件を満たした上で、輸送することをお勧めします。

8.3 校正

8.3.1 校正について

本器の性能劣化を未然に防ぐための予防保守として、校正を行います。校正は本器自身の動作が正常であっても、本器の性能を維持するため、定期的に行ってください。

校正は、年に 1~2 回程度行うことが望まれます。校正の結果、万一規格を満足しなかった場合は、本書（紙版説明書では巻末、電子版取扱説明書では別ファイル）に記載の「本製品についてのお問い合わせ窓口」にご連絡ください。

注意

校正を実施するときは、本器と校正で使用する機器を 30 分間以上上予熱し、十分に安定させてから行ってください。また、最高の測定精度を得るためにには、 $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ の温度下での実施、AC 電源電圧の変動が少ないと (AC100~120 V, 200~240 V)、騒音、振動、ほこり、湿気などについても問題のないことが必要です。

8.3.2 本器の校正で使用する機器

本器の校正で使用する機器を表 8.3.2-1 に示します。

表8.3.2-1 校正用測定器一覧表

推奨機器名	要求される性能	校正項目
周波数カウンタ	1 GHz の測定が可能	基準発振器周波数確度
信号発生器	1 GHz の信号が出力可能 (分解能: 0.01 Hz 以上)	基準発振器周波数確度
周波数標準器	標準電波受信機または同等の機能を持つもの (確度: 1×10^{-11} オーダー以上)	基準発振器周波数確度

8.3.3 周波数カウンタによる周波数の校正

周波数カウンタを使い、基準発振器周波数の校正を行います。基準発振器よりも十分に確度のよい周波数標準器(標準電波やルビジウム原子標準器に同期した信号)を使用してください。

表8.3.3-1 校正規格

基準発振器	エージングレート	温度安定度
内部基準発振器	$\pm 1 \times 10^{-7}/\text{year}$	$\pm 2 \times 10^{-8} (5 \sim 45^\circ\text{C})$
ルビジウム基準発振器*	$\pm 1 \times 10^{-10}/\text{month}$	$\pm 1 \times 10^{-9} (5 \sim 45^\circ\text{C})$

* ルビジウム基準発振器(オプション)搭載時のみ。

校正手順

周波数カウンタによる周波数の校正手順を説明します。




図8.3.3-1 周波数カウンタによる周波数の校正接続

1. 周波数標準器から出力される 10 MHz の信号を周波数カウンタの基準信号入力コネクタ(Reference In)に接続します。
2. 本器背面にある基準信号出力(Buffer Out)を、信号発生器の基準信号入力コネクタ(Reference In)に接続します。
3. 信号発生器の RF 出力コネクタ 1 を周波数カウンタの Input 1 に接続します。
4. 信号発生器の周波数を 1 GHz に設定し、出力します。
5. 周波数表示がずれている場合には、本器の基準発振器を調整する必要があります。
周波数表示がずれている場合には、本器の基準発振器を調整する必要があります。*
6. 同期を取るには、シグナルアナライザのアプリケーションを起動させます。シグナルアナライザのメインファンクションメニュー画面で [F8] (Accessory) を押します。
7. Accessory ファンクションメニューで [F6] (Reference Clock) を押します。
8. [F1] (Reference Clock) を押して、調整値を入力します。調整値は 0~1023 まで変更できます。
9. 周波数誤差が、最も小さくなるように調整します。

* : System Recovery を実施した場合も同様の測定を実施し、周波数がずれている場合には、再調整を行う必要があります。




図8.3.3-2 シグナルアナライザファンクションメニュー

付録A 性能試験結果記入用紙

性能試験結果記入用紙

試験場所:

レポート No.

日付

テスト担当者

機器名: MS2690A/MS2691A/MS2692A シグナルアナライザ

製造 No.

周囲温度

°C

電源周波数

相対湿度

%

特記事項:

付
録

付
録
A

■表示周波数確度

MS2690A 表示周波数確度試験

設定			仕様最小値 [Hz]	結果	仕様最大値 [Hz]
周波数 [Hz]	周波数スパン [Hz]	分解能帯域幅 [Hz]			
1.5 G	10 k	300	1499999962		1500000038
	200 k	3 k	1499999420		1500000580
	2 M	30 k	1499994200		1500005800
	5 M	30 k	1499987500		1500012500
	10 M	100 k	1499973000		1500027000
	20 M	100 k	1499952000		1500048000
	3 G	3 M	1493400000		1506600000

MS2691A 表示周波数確度試験

設定			仕様最小値 [Hz]	結果	仕様最大値 [Hz]
周波数 [Hz]	周波数スパン [Hz]	分解能帯域幅 [Hz]			
1.5 G	10 k	300	1499999962		1500000038
	200 k	3 k	1499999420		1500000580
	2 M	30 k	1499994200		1500005800
	5 M	30 k	1499987500		1500012500
	10 M	100 k	1499973000		1500027000
	20 M	100 k	1499952000		1500048000
	3 G	3 M	1493400000		1506600000
7 G	10 k	300	6999999962		7000000038
	50 k	3 k	6999999740		7000000260
	2 M	30 k	6999994200		7000005800
	5 M	30 k	6999987500		7000012500
	10 M	100 k	6999973000		7000027000
	20 M	100 k	6999952000		7000048000
	1600 M	3 M	6996480000		7003520000

MS2692A 表示周波数確度試験

設定			仕様最小値 [Hz]	結果	仕様最大値 [Hz]
周波数 [Hz]	周波数スパン [Hz]	分解能帯域幅 [Hz]			
1.5 G	10 k	300	1499999962		1500000038
	200 k	3 k	1499999420		1500000580
	2 M	30 k	1499994200		1500005800
	5 M	30 k	1499987500		1500012500
	10 M	100 k	1499973000		1500027000
	20 M	100 k	1499952000		1500048000
	3 G	3 M	1493400000		1506600000
7 G	10 k	300	6999999962		700000038
	50 k	3 k	6999999740		7000000260
	2 M	30 k	6999994200		7000005800
	5 M	30 k	6999987500		7000012500
	10 M	100 k	6999973000		7000027000
	20 M	100 k	6999952000		7000048000
	1600 M	3 M	6996480000		7003520000
17.5 G	10 k	300	17499999962		17500000038
	50 k	3 k	17499999740		17500000260
	2 M	30 k	17499994200		17500005800
	5 M	30 k	17499987500		17500012500
	10 M	100 k	17499973000		17500027000
	20 M	100 k	17499952000		17500048000
	1600 M	3 M	17496480000		17503520000

■周波数スパン表示確度

周波数スパン周波数表示確認試験

周波数 [Hz]	周波数 スパン [Hz]	設定		仕様 最小値 [%]	$(f_2' - f_1') / 0.8 / \text{周波数スパン} \times 100 - 100 [\%]$	仕様 最大値 [%]			
		信号発生器							
		f ₁ [Hz]	f ₂ [Hz]						
3 G	10 k	2999996000	3000004000	-0.2		+0.2			
	2 M	2999200000	3000800000	-0.2		+0.2			
	30 M	2988000000	3012000000	-0.2		+0.2			
	400 M	2840000000	3160000000	-0.2		+0.2			
	6 G	600000000	5400000000	-0.2		+0.2			
7 G (MS2691A, MS2692A のみ)	10 k	6999996000	7000004000	-0.2		+0.2			
	2 M	6999200000	7000800000	-0.2		+0.2			
	30 M	6988000000	7012000000	-0.2		+0.2			
	400 M	6840000000	7160000000	-0.2		+0.2			
	2 G	6200000000	7800000000	-0.2		+0.2			
6.75 G (MS2691A, MS2692A のみ)	13.5 G	1350000000	12150000000	-0.2		+0.2			
13.25 G (MS2692A のみ)	26.5 G	2650000000	23850000000	-0.2		+0.2			

■単側波帯雑音レベル

オフセット周波数 [Hz]	中心周波数 [Hz]	分解能帯域幅 [Hz]	設定		結果	仕様最大値 [dBc/Hz]	測定不確かさ [dB]
100 k	2.0001 G	10 k				-116	+0.5
1 M	2.001 G	30 k				-137	+0.5

■RF周波数特性

Frequency Band Mode: Normal (MS2690A, MS2691A, MS2692A) プリアンプ未搭載またはプリアンプ=OFF

周波数 [Hz]	校正值 [dBm]	本器の測定値 [dBm]	仕様最小値 [dB]	結果		測定不確かさ [dB]
				本器の測定値－校正值 [dB]	仕様最大値 [dB]	
5 M			-0.35		+0.35	±0.11
10 M			-0.35		+0.35	±0.11
20 M			-0.35		+0.35	±0.11
50 M			-0.35		+0.35	±0.11
100 M			-0.35		+0.35	±0.11
200 M			-0.35		+0.35	±0.11
500 M			-0.35		+0.35	±0.11
1 G			-0.35		+0.35	±0.11
2 G			-0.35		+0.35	±0.11
3 G			-0.35		+0.35	±0.11
4 G			-0.35		+0.35	±0.11
5 G			-0.35		+0.35	±0.11
6 G			-0.35		+0.35	±0.11

Frequency Band Mode: Normal (MS2690A, MS2691A, MS2692A) プリアンプ搭載でプリアンプ=ON

周波数 [Hz]	校正值 [dBm]	本器の測定値 [dBm]	仕様最小値 [dB]	結果		測定不確かさ [dB]
				本器の測定値－校正值 [dB]	仕様最大値 [dB]	
50 M			-0.65		+0.65	±0.15
100 M			-0.65		+0.65	±0.15
200 M			-0.65		+0.65	±0.15
500 M			-0.65		+0.65	±0.15
1 G			-0.65		+0.65	±0.15
2 G			-0.65		+0.65	±0.15
3 G			-0.65		+0.65	±0.15
4 G			-0.65		+0.65	±0.15
5 G			-0.65		+0.65	±0.15
6 G			-0.65		+0.65	±0.15

付録A 性能試験結果記入用紙

Frequency Band Mode: Normal (MS2691A, MS2692Aの場合のみ)

周波数 [Hz]	校正值 [dBm]	本器の 測定値 [dBm]	仕様最小値 [dB]	結果	仕様最大値 [dB]	測定不確かさ [dB]
				本器の測定値－校正值 [dB]		
6.01 G			−1.50		+1.50	±0.30
8 G			−1.50		+1.50	±0.30
10 G			−1.50		+1.50	±0.30
12 G			−1.50		+1.50	±0.30
13.5 G			−1.50		+1.50	±0.30

Frequency Band Mode: Normal (MS2692Aの場合のみ)

周波数 [Hz]	校正值 [dBm]	本器の 測定値 [dBm]	仕様最小値 [dB]	結果	仕様最大値 [dB]	測定不確かさ [dB]
				本器の測定値－校正值 [dB]		
13.51 G			−2.50		+2.50	±0.70
16 G			−2.50		+2.50	±0.70
20 G			−2.50		+2.50	±0.70
20.01 G			−2.50		+2.50	±0.70
23 G			−2.50		+2.50	±0.70
26.5 G			−2.50		+2.50	±0.70

Frequency Band Mode: Spurious (オプション003実装時のみ)

周波数 [Hz]	校正值 [dBm]	本器の 測定値 [dBm]	仕様最小値 [dB]	結果	仕様最大値 [dB]	測定不確かさ [dB]
				本器の測定値－校正值 [dB]		
3.01 G			−1.50		+1.50	±0.30
4 G			−1.50		+1.50	±0.30
5 G			−1.50		+1.50	±0.30
6 G			−1.50		+1.50	±0.30

■表示平均雑音レベル

Frequency Band Mode:Normal

プリアンプ未搭載

中心周波数 [Hz]	表示平均雑音レベル [dBm/Hz]	仕様最大値 [dBm/Hz]
100 k		-135
1 M		-145
30 M		
99 M		
999 M		-155
1999 M		
2399 M		
2999 M		-153
3999 M		
4999 M		-152
5999 M		
6001 M		
8001 M		-151
9999 M		
11499 M		-150
13499 M		
13501 M		
16999 M		-147
19999 M		
20001 M		
22999 M		-143
26499 M		

注:

MS2690A は 9 kHz～5999 MHz

MS2691A は 9 kHz～13500 MHz

MS2692A は 9 kHz～26500 MHz

付録

付録
A

付録A 性能試験結果記入用紙

Frequency Band Mode:Normal		プリアンプ搭載でプリアンプ=ON
中心周波数 [Hz]	表示平均雑音レベル [dBm/Hz]	仕様最大値 [dBm/Hz]
100 k		-150
1 M		-159
30 M		
99 M		
999 M		-166
1999 M		
2399 M		
2999 M		-165
3999 M		-164
4999 M		-161
6000 M		-159

注:

MS2690A は 100 kHz～6000 MHz

MS2691A は 100 kHz～6000 MHz

MS2692A は 100 kHz～6000 MHz

Frequency Band Mode:Normal

プリアンプ搭載でプリアンプ=OFF

中心周波数 [Hz]	表示平均雑音レベル [dBm/Hz]	仕様最大値 [dBm/Hz]
100 k		-135
1 M		-145
30 M		
99 M		
999 M		-153
1999 M		
2399 M		
2999 M		-152
3999 M		-151
4999 M		-150
5999 M		-149
6001 M		
8001 M		-151
9999 M		
11499 M		
13499 M		-150
13501 M		
16999 M		-147
19999 M		
20001 M		
22999 M		-143
26499 M		

注:

MS2690A は 9 kHz~5999 MHz

MS2691A は 9 kHz~13500 MHz

MS2692A は 9 kHz~26500 MHz

付録

付録A

付録A 性能試験結果記入用紙

Frequency Band Mode: Spurious (オプション003実装時のみ)

中心周波数 [Hz]	表示平均雑音レベル [dBm/Hz]	仕様最大値 [dBm/Hz]
100 k		-135
1 M		-145
30 M		
99 M		
999 M		-155
1999 M		
2399 M		
2999 M		-153
3001 M		
4999 M		-148
5999 M		
6001 M		
8001 M		-151
9999 M		
11499 M		
13499 M		-150
13501 M		
16999 M		-147
19999 M		
20001 M		
22999 M		-143
26499 M		

注:

MS2691A は 9 kHz~13500 MHz

MS2692A は 9 kHz~26500 MHz

■2次高調波歪み

2次高調波歪み測定

プリアンプ未実装

設定			結果 [dBc]	仕様最大値 [dBc] (Mixer 入力レベル = -30 dBm)	測定不確かさ [dB]
周波数 [MHz]	Ref_Level [dBm]	適応 LPF			
10	-10	SLP-10.7 (2段直列で使用)		-60	+1.5
51	-10	SLP-50+			+1.5
101	-10	SLP-100+			+1.5
401	-10	VLF-400(+)			+1.5
801	-10	SLP-850+		-75	+1.5
1001	-10	VLF-1200(+)			+1.5
1801	-10	VLF-2250(+) (2段直列で使用)			+1.5
2999	-10	VLF-3000(+) (2段直列で使用)			+1.5

2次高調波歪み測定

プリアンプ実装

設定			結果 [dBc]	仕様最大値 [dBc] (プリアンプ入力レベル = -45 dBm)	測定不確かさ [dB]
周波数 [MHz]	Ref_Level [dBm]	適応 LPF			
10	-10	SLP-10.7 (2段直列で使用)		-50	+1.5
51	-10	SLP-50+			+1.5
101	-10	SLP-100+			+1.5
401	-10	VLF-400(+)			+1.5
801	-10	SLP-850+		-55	+1.5
1001	-10	VLF-1200(+)			+1.5
1801	-10	VLF-2250(+) (2段直列で使用)			+1.5
2999	-10	VLF-3000(+) (2段直列で使用)			+1.5

付録B パネルキーとUSBキーボード対応表

表 B-1 パネルキーとUSBキーボード対応表

パネルキー	USB キーボード
 [Preset]	[Ctrl]+[Shift]+[R]
 [Top]	[Ctrl]+[Shift]+[↑]
 [F1]	[F1]
 [F2]	[F2]
 [F3]	[F3]
 [F4]	[F4]
 [F5]	[F5]
 [F6]	[F6]
 [F7]	[F7]
 [F8]	[F8]
 [Back]	[Ctrl]+[Shift]+[←]
 [More]	[Ctrl]+[Shift]+[→]
 [Trace]	[Ctrl]+[Alt]+[V]
 [Measure]	[Ctrl]+[Alt]+[X]
	エンコーダ右回転 ホイール上回転
	エンコーダ左回転 ホイール下回転
 [↑]	[↑]
 [→]	[→]
 [↓]	[↓]
 [←]	[←]
 [Enter]	[Enter]

付録

付録B

表 B-1 パネルキー/キーボード対応表(続き)

パネルキー	USB キーボード
[0]	[0]
[1]	[1]
[2]	[2]
[3]	[3]
[4]	[4]
[5]	[5]
[6]	[6]
[7]	[7]
[8]	[8]
[9]	[9]
[.]	[.]
[+/-]	[-]
Shift [Shift]	[Shift]+
Cancel [Cancel]	[Esc]
BS [BS]	[Back Space]
Single [Single]	[Ctrl]+[Shift]+[F1]
Continuous [Continuous]	[Ctrl]+[Shift]+[F2]
Frequency [Frequency]	[Ctrl]+[Shift]+[0]
Span [Span]	[Ctrl]+[Shift]+[1]
Amplitude [Amplitude]	[Ctrl]+[Shift]+[2]
Marker [Marker]	[Ctrl]+[Shift]+[3]
BW [BW]	[Ctrl]+[Shift]+[4]
Trigger/Gate [Trigger/Gate]	[Ctrl]+[Shift]+[5]
Time/Sweep [Time/Sweep]	[Ctrl]+[Shift]+[6]
Peak Search [Peak Search]	[Ctrl]+[Shift]+[7]
Save [Save]	[Ctrl]+[S]
Recall [Recall]	[Ctrl]+[O]
Copy [Copy]	[Ctrl]+[Shift]+[8]
Cal [Cal]	[Ctrl]+[Shift]+[9]

注:

[Ctrl]+[Shift]+数字の際、テンキーでの数字入力に対応しておりません。

付録 C ウイルスチェック手順 (WES 2009)

MS269xA ではウイルス対策ソフトウェアはお客様の責任で入手、インストールおよび操作をすることができます。ウイルス対策ソフトウェアに関しては使用されるウイルス対策ソフトウェアのマニュアルに従ってください。

ここでは、ウイルス対策ソフトウェアをインストールせずに、MS269xA の各ドライブを外部 PC 上のネットワークドライブとして割り当て、外部 PC にインストールされたウイルス対策ソフトウェアによりウイルスチェックを行う手順について記述します。

ネットワークドライブに対してチェックできないソフトウェアであっても、ドライブをドラッグ アンド ドロップするとウイルススキャンできる製品もあります。

C.1	外部PCとMS269xAとの接続.....	C-2
C.2	MS269xAのIPアドレスの確認	C-2
C.3	MS269xAの共有設定の変更	C-3
C.4	MS269xAのユーザーアカウントの設定変更	C-4
C.5	MS269xAでの共有設定	C-7
C.6	外部PCでの共有設定	C-9
C.7	ウイルスチェック	C-10
C.8	外部PCでドライブを切断.....	C-10
C.9	MS269xAでドライブ共有を解除	C-10
C.10	MS269xAのユーザーアカウントを戻す	C-10
C.11	MS269xAの共有設定の解除	C-11

注:

- 手順どおりに正しい操作を行わないと確実なウイルスチェックができないだけでなく、製品自体が使用不可能となってしまうおそれがあります。
ウイルスの除去により正常動作しなくなった場合には、リカバリ機能によりドライブ全体を工場出荷時状態にすることができます。手順については「5.3 システムリカバリ機能」を参照してください。
- 製品の出荷時期によっては、リカバリ作業の後、最新版のファームウェアへの更新作業が必要です。
- ウイルス対策ソフトウェアを使用する際には、その使用方法および使用許諾範囲をよく確認してください。

付録
C

C.1 外部PCとMS269xAとの接続

MS269xA と外部 PC を LAN で接続します。

MS269xA のネットワーク設定方法については『MS2690A/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアナライザ取扱説明書（本体リモート制御編）』「第 1 章 リモート制御の基本」を参照してください。

C.2 MS269xAのIPアドレスの確認

DHCP 接続により自動的に IP が割り振られている場合は下記手順で確認します。

1. MS269xA のデスクトップを表示します。

デスクトップを表示するには画面上で右クリックし、[Show the Desktop] をクリックします。

2. MS-DOS プロンプトを表示します。MS269xA 上で [Start] – [All Programs] – [Accessories] – [Command Prompt] をクリックします。



3. 次のように入力します。

ipconfig

画面に、割り当てられた IP アドレスが表示されます

```
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\ANRITSU>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix : .
IP Address. . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.0.2


C:\Documents and Settings\ANRITSU>
```

The screenshot shows a Command Prompt window with the title 'Command Prompt'. It displays the output of the 'ipconfig' command. The output shows the 'Windows IP Configuration' for the 'Ethernet adapter Local Area Connection'. It lists the 'IP Address' as 192.168.0.1, the 'Subnet Mask' as 255.255.255.0, and the 'Default Gateway' as 192.168.0.2. The connection-specific DNS suffix is shown as '.'. The prompt at the end of the command line is '>'.

C.3 MS269xAの共有設定の変更

出荷時状態の MS269xA では簡易ファイルの共有設定が有効となっています。この場合ネットワーク経由での認証が強制的に Guest アカウントとなり Windows フォルダなどの重要なフォルダ・ファイルにアクセスができません。下記の手順によって簡易ファイルの共有設定を一時的に無効にします。

1. MS269xA 上で [Start] ボタンをクリックし、[My Computer] をクリックします。
2. [Tool] メニューの [Folder Option] をクリックし、[View] タブをクリックします。
3. [Advanced settings] エリアの項目の一つ [Use simple file sharing (Recommended)] のチェック ボックスをオフにします。




4. [OK] をクリックします。


C.4 MS269xAのユーザアカウントの設定変更

ネットワークドライブとして割り当てる際に使用するユーザアカウントの設定を行います。


1. Start メニューから [Control Panel] を選択します。
2. Control Panel で [Administrative Tools] を選択します。




3. Administrative Tools で [Computer Management] を選択します。



4. Computer Management の管理ツリーで [Local Users and Groups] 内の [Users] を選択します。



5. ユーザーアカウント [ANRITSU] を右クリックし、[Set Password...] メニューを選択します。



6. パスワード設定の際に下記ダイアログボックスが表示された場合は [Proceed] を選択します。



付録

付録C


7. ANRITSU のパスワードとして「ANRITSU」を設定します。



8. パスワード設定後の確認ダイアログボックスで [OK] を選択します。

C.5 MS269xA での共有設定

1. Start メニューから [My Computer] を開きます。
2. C ドライブを右クリックします。
3. [Sharing and Security] を選択します。
4. [Sharing] タブを選択します。



5. 既定の共有を解除するために、[Do not share this folder] を選択します。
6. [Apply] をクリックします。




付録

付録C


付録 C ウイルスチェック手順 (WES 2009)

7. 下記のような質問が出ますので、[Yes] を選択します。




8. [Share this folder] を選択します。

9. [Permissions] をクリックします。



10. [Full control] の [Allow] にチェックをつけます。



11. [OK] をクリックし、表示されているダイアログボックスを 2 つとも閉じます。

12. D ドライブに対し、手順 3～手順 11 を繰り返します。


C.6 外部PCでの共有設定

1. ネットワーク経由で接続されたPC（ウイルス対策ソフトウェアを起動するPC）で、MS269xAのすべての共有ドライブをネットワークドライブとして割り当てます。
2. PCの【マイネットワーク】を右クリックし、【ネットワークドライブの割り当て】を選択します。
3. フォルダ名に「MS269xAのIPアドレス + ドライブ名」を入力します。

例 MS269xAのIPアドレスが 192.168.0.1の場合

C ドライブを共有する場合は、ドライブに Y、フォルダに ¥¥192.168.0.1¥c を設定します。

D ドライブを共有する場合は、ドライブに Z、フォルダに ¥¥192.168.0.1¥d と設定します。



4. 【異なるユーザ名で接続します。】をクリックします。
5. ユーザ名に「ANRITSU」、パスワードにも「ANRITSU」（C.4章手順7で設定したもの）を入力します。



6. [OK] - [完了] をクリックし、ネットワークドライブの割り当てを完了します。
7. D ドライブに対し、手順2～手順6を繰り返します。

C.7 ウイルスチェック

外部 PC において割り当てたネットワークドライブに対してウイルスチェックを実行します。

ネットワークドライブに対してチェックできないソフトウェアであっても、ドライブを ドラッグ アンド ドロップするとウイルススキャンできる製品もあります。

C.8 外部PCでドライブを切断

外部 PC 上の [マイネットワーク] を右クリックし、[ネットワークドライブの切断]を選択します。

割り当てた 2 つのドライブを切断します。

C.9 MS269xAでドライブ共有を解除

1. [Start] メニューから [My Computer] を開きます。
2. C ドライブを右クリックします。
3. [Sharing and Security] を選択します。
4. [Sharing] タブを選択します。
5. [Do not share this folder] ボタンを選択します。
6. D ドライブに対しても、手順 2 ～手順 5 を繰り返します。


C.10 MS269xA のユーザーアカウントを戻す

「C.4 MS269xA のユーザーアカウントの設定変更」においてドライブ共有のためユーザのパスワードを変更しています。同様の手順によりパスワードの設定を元に戻します。MS269xA 出荷状態ではパスワードは無しの状態となります。

C.11 MS269xAの共有設定の解除

「C.3 MS269xA の共有設定の変更」においてドライブ共有のため簡易ファイルの共有設定が無効な状態となっています。元の設定に戻すため下記の手順で簡易ファイルの共有設定を有効にします。

1. MS269xA 上で [Start] ボタンをクリックし、[My Computer] をクリックします。
2. [Tool] メニューの [Folder Option] をクリックし、[View] タブをクリックします。
3. [Advanced settings] エリアの項目の一つ [Use simple file sharing [Recommended]] のチェック ボックスをオンにします。



4. [OK] をクリックします。

付録 D ウイルスチェック手順 (WES 7)

MS269xA ではウイルス対策ソフトウェアはお客様の責任で入手、インストールおよび操作をすることができます。ウイルス対策ソフトウェアに関しては使用されるウイルス対策ソフトウェアのマニュアルに従ってください。

ここでは、ウイルス対策ソフトウェアをインストールせずに、MS269xA の各ドライブを外部 PC 上のネットワークドライブとして割り当て、外部 PC にインストールされたウイルス対策ソフトウェアによりウイルスチェックを行う手順について記述します。

ネットワークドライブに対してチェックできないソフトウェアであっても、ドライブをドラッグ アンド ドロップするとウイルススキャンできる製品もあります。

-
- ```
graph TD; A[D.1 D.1 外部PCとMS269xAとの接続] --> B[D.2 MS269xAのIPアドレスの確認]; B --> C[D.3 MS269xAの共有設定の変更]; C --> D[D.4 MS269xAのユーザーアカウントの設定変更]; D --> E[D.5 MS269xAでの共有設定]; E --> F[D.6 外部PCでの共有設定]; F --> G[D.7 ウイルスチェック]; G --> H[D.8 外部PCでドライブを切断]; H --> I[D.9 MS269xAでドライブ共有を解除]; I --> J[D.10 MS269xAのユーザーアカウントを戻す]; J --> K[D.11 MS269xAの共有設定の解除]
```
- D.1 D.1 外部PCとMS269xAとの接続 .....D-2  
D.2 MS269xAのIPアドレスの確認 .....D-2  
D.3 MS269xAの共有設定の変更 .....D-3  
D.4 MS269xAのユーザーアカウントの設定変更 .....D-4  
D.5 MS269xAでの共有設定 .....D-7  
D.6 外部PCでの共有設定 .....D-9  
D.7 ウイルスチェック .....D-11  
D.8 外部PCでドライブを切断 .....D-11  
D.9 MS269xAでドライブ共有を解除 .....D-11  
D.10 MS269xAのユーザーアカウントを戻す .....D-11  
D.11 MS269xAの共有設定の解除 .....D-12

注:

- 手順どおりに正しい操作を行わないと確実なウイルスチェックができないだけでなく、製品自体が使用不可能となってしまうおそれがあります。  
ウイルスの除去により正常動作しなくなった場合には、リカバリ機能によりドライブ全体を工場出荷時状態にすることができます。手順については「5.3 システムリカバリ機能」を参照してください。
- 製品の出荷時期によっては、リカバリ作業の後、最新版のファームウェアへの更新作業が必要です。
- ウイルス対策ソフトウェアを使用する際には、その使用方法および使用許諾範囲をよく確認してください。

付録  
D

## D.1 外部PCとMS269xAとの接続

MS269xA と外部 PC を LAN で接続します。

MS269xA のネットワーク設定方法については『MS2690A/MS2691A/MS2692A および MS2830A/MS2840A/MS2850A シグナルアライザ取扱説明書（本体リモート制御編）』「第 1 章 リモート制御の基本」を参照してください。


## D.2 MS269xAのIPアドレスの確認

DHCP 接続により自動的に IP が割り振られている場合は下記手順で確認します。

1. MS269xA のデスクトップを表示します。

デスクトップを表示するには画面上で右クリックし、[Show the Desktop] をクリックします。

2. MS-DOS プロンプトを表示します。MS269xA 上でマウスを画面下方に移動して、タスクバーを表示、[Start] > [All Programs] > [Accessories] > [Command Prompt] をクリックします。



3. 次のように入力します。

`ipconfig`

画面に、割り当てられた IP アドレスが表示されます。

```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright © 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ANRITSU>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:


Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address : fe80::f8f2:be90:c114:9da3%2
IPv4 Address : 192.168.0.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway :

```

## D.3 MS269xAの共有設定の変更

出荷時状態の MS269xA では簡易ファイルの共有設定が有効となっています。この場合ネットワーク経由での認証が強制的に Guest アカウントとなり Windows フォルダなどの重要なフォルダ・ファイルにアクセスができません。下記の手順によって簡易ファイルの共有設定を一時的に無効にします。

1. MS269xA 上でマウスを画面下方に移動して、タスクバーを表示、[Start] > [Computer] をクリックします。
2. [Organize] メニューの [Folder and search options] をクリックし、[View] タブをクリックします。
3. [Advanced settings] エリアの項目の一つ [Use sharing Wizard (Recommended)] のチェック ボックスをオフにします。




4. [OK] をクリックします。


## D.4 MS269xAのユーザアカウントの設定変更

ネットワークドライブとして割り当てる際に使用するユーザアカウントの設定を行います。


1. Start メニューから [Control Panel] をクリックします。
2. Control Panel で [Administrative Tools] をクリックします。




3. Administrative Tools で [Computer Management] をクリックします。



4. Computer Management の管理ツリーで [Local Users and Group] 内の [Users] をクリックします。



5. ユーザーアカウント [ANRITSU] を右クリックし、[Set Password...] メニューをクリックします。



6. パスワード設定の際に下記ダイアログボックスが表示された場合は [Proceed] をクリックします。




付録

付録  
D

## 付録 D ウイルスチェック手順 (WES 7)


7. ANRITSU のパスワードとして「ANRITSU」を設定します。




8. パスワード設定後の確認ダイアログボックスで [OK] をクリックします。

## D.5 MS269xA での共有設定

1. Start メニューから [Computer] をクリックします。
2. C ドライブを右クリックします。
3. [Share with] > [Advanced sharing] をクリックします。
4. [Sharing] タブをクリックします。



5. [Advanced Sharing...] をクリックします。
6. 既定の共有を解除するために, [Share this folder] チェックボックスをオフにします。




7. [OK] をクリックします。

付録

付録  
D


## 付録 D ウイルスチェック手順 (WES 7)

8. 下記のような [Sharing] ダイアログボックスが出ますので, [Yes] を選択します。




9. [Share this folder] チェックボックスをオンにします。

10. [Permissions] をクリックします。



11. [Full control] の [Allow] チェックボックスをオンにします。




12. [OK] をクリックし, 表示されているダイアログボックスを 2 つとも閉じます。

13. D ドライブに対し, 手順 2～手順 12 を繰り返します。

## D.6 外部PCでの共有設定

1. ネットワーク経由で接続されたPC（ウイルス対策ソフトウェアを起動するPC）で、MS269xAのすべての共有ドライブをネットワークドライブとして割り当てます。
2. PCの[スタート] > [コンピューター] をクリックします。  
ナビゲーションウィンドウの[ネットワーク]を右クリックし、[ネットワークドライブの割り当て]をクリックします。



付録

付録  
D


## 付録 D ウイルスチェック手順 (WES 7)

3. フォルダ名に「MS269xA の IP アドレス + ドライブ名」を入力します。

例 MS269xA の IP アドレスが 192.168.0.1 の場合

C ドライブを共有する場合は、ドライブに Y, フォルダに ¥¥192.168.0.1¥c を設定します。

D ドライブを共有する場合は、ドライブに Z, フォルダに ¥¥192.168.0.1¥d と設定します。



4. [別の資格情報を使用して接続する(C)] チェックボックスをオンにします。

5. [完了] をクリックします。

6. ユーザ名に「ANRITSU」、パスワードに「ANRITSU」(D.4章手順 7 で設定したもの) を入力します。



7. [OK] > [完了] をクリックし、ネットワークドライブの割り当てを完了します。

8. D ドライブに対し、手順 2～手順 7 を繰り返します。

## D.7 ウイルスチェック

外部 PC において割り当てたネットワークドライブに対してウイルスチェックを実行します。

## D.8 外部PCでドライブを切断

外部 PC 上の [マイネットワーク] を右クリックし, [ネットワークドライブの切断]を選択します。

割り当てた 2 つのドライブを切断します。

## D.9 MS269xAでドライブ共有を解除

1. [Start] メニューから [Computer] をクリックします。
2. C ドライブを右クリックします。
3. [Share with] > [Advanced sharing] をクリックします。
4. [Sharing] タブを選択します。
5. [Advanced Sharing] をクリックします。
6. [Share this folder] チェックボックスをオフにします。
7. [OK] をクリックします。
8. [Sharing] ダイアログボックスが出ますので, [Yes] を選択します。
9. D ドライブに対しても、手順 2～手順 8 を繰り返します。


## D.10 MS269xAのユーザーアカウントを戻す

「D.4 MS269xA のユーザーアカウントの設定変更」においてドライブ共有のためユーザのパスワードを変更しています。同様の手順によりパスワードの設定を元に戻します。MS269xA 出荷状態ではパスワードは無しの状態となります。

## D.11 MS269xAの共有設定の解除

「D.3 MS269xA の共有設定の変更」においてドライブ共有のため簡易ファイルの共有設定が無効な状態となっています。元の設定に戻すため下記の手順で簡易ファイルの共有設定を有効にします。

1. MS269xA 上で [Start] > [Computer] をクリックします。
2. [Organize] メニューの [Folder and search options] をクリックし、[View] タブをクリックします。
3. [Advanced settings] エリアの項目の一つ [Use Sharing Wizard [Recommended]] のチェックボックスをオンにします。



4. [OK] をクリックします。

## 付録 E 初期値一覧

<System Configuration>

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Interface Settings           |                                  |
| GPIB Setting                 |                                  |
| Address                      | 1                                |
| Ethernet Settings            |                                  |
| DHCP                         | On                               |
| IP Address                   | --- --- --- ---                  |
| Subnet Mask                  | --- --- --- ---                  |
| Default Gateway              | --- --- --- ---                  |
| Raw Socket Port Number       | 49153                            |
| Terminator Settings          |                                  |
| Terminator                   | CR/LF                            |
| Remote Language Settings     |                                  |
| Language                     | Native                           |
| Copy Settings                |                                  |
| File Type Settings           | BMP Color                        |
| Color Settings               | Normal                           |
| File Name Settings           | Data + sequential number (00-99) |
| Storage Place Settings       | (D:)                             |
| System Settings              |                                  |
| Beep Sound Settings          | On                               |
| Reference Signal             | Auto                             |
| External Reference Frequency | 10 MHz                           |
| Calibration Alert            |                                  |
| Alert Mode                   | None                             |
| Temperature                  | 2.0 °C                           |
| Elapsed Time                 | 1 Hour                           |
| Display Annotation           | On                               |
| Simple Save&Recall           |                                  |
| Save&Recall Mode             | Std                              |
| Correction                   |                                  |
| Correction (On/Off)          | Off                              |

付  
録

付  
録  
E



参照先はページ番号です。

## ■アルファベット順

### A

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Accessory .....                                 | 7-10       |
| AC インレット .....                                  | 3-8        |
| Alert Mode .....                                | 3-31       |
| Application Switch .....                        | 3-33, 3-38 |
| Application Switch Function Position Edit ..... | 3-39       |
| Application Switch Registration .....           | 3-34, 3-36 |
| Application Switch Settings .....               | 3-17, 3-22 |
| AUX コネクタ .....                                  | 3-8        |
| Average .....                                   | 7-11       |

### B

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Back To Application ..... | 7-11 |
| Band Cal .....            | 3-13 |
| Beep Sound Setting .....  | 3-20 |
| Board Revision View ..... | 3-23 |
| Buffer Out コネクタ .....     | 3-7  |

### C

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Calibration Alert ..... | 3-17, 3-30 |
| Cal キー .....            | 3-3        |
| Cancel キー .....         | 3-5        |
| Close .....             | 3-17       |
| Color Settings .....    | 3-19       |
| COM Port .....          | 7-4        |
| Configuration .....     | 3-17       |
| Copy .....              | 3-45       |
| Copy Data .....         | 3-24       |
| Copy Settings .....     | 3-17, 3-19 |
| Copy キー .....           | 3-2        |
| Correction .....        | 3-17, 3-25 |

### D

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Digitizer Data .....     | 3-24       |
| Display Annotation ..... | 3-17, 3-30 |

### E

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Elapsed Time .....  | 3-31      |
| Enter キー .....      | 3-5       |
| Ethernet .....      | 3-3, 3-18 |
| Ethernet コネクタ ..... | 3-8       |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Extra Band Cal .....       | 3-13, 3-14 |
| Extra Band Cal Clear ..... | 3-13, 3-15 |

### F

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| File Name Settings ..... | 3-19       |
| File Operation .....     | 3-17, 3-24 |
| File Type Settings ..... | 3-19       |
| FPGA Version View .....  | 3-23       |

### G

|                  |           |
|------------------|-----------|
| GPIB .....       | 3-3, 3-18 |
| GPIB 用コネクタ ..... | 3-8       |

### I

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| IF Out コネクタ .....        | 3-8        |
| Information Save .....   | 3-23, 3-51 |
| Install .....            | 3-52       |
| Interface Settings ..... | 3-17, 3-18 |

### L

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Level Cal .....               | 3-13       |
| Load .....                    | 3-33       |
| Load Application Select ..... | 3-22, 3-34 |
| Local Leak Suppression .....  | 3-13       |
| Local キー .....                | 3-3        |

### M

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Monitor Out コネクタ ..... | 3-8 |
|------------------------|-----|

### O

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Open Recall Menu .....   | 3-49       |
| Open Save Menu .....     | 3-48       |
| Option Information ..... | 3-17, 3-24 |

### P

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Parameter Save Data .....     | 3-24       |
| Position Change .....         | 3-22, 3-39 |
| Power Meter .....             | 7-2        |
| Preselector Tune Preset ..... | 3-50       |
| Preset .....                  | 3-50       |
| Preset All Application .....  | 3-50       |
| Preset キー .....               | 3-3        |

**R**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Range.....                      | 7-7  |
| Recall all Application.....     | 3-44 |
| Recall Current Application..... | 3-43 |
| Recall キー.....                  | 3-2  |
| Ref Input コネクタ .....            | 3-7  |
| Reference Signal.....           | 3-20 |
| Remote ランプ .....                | 3-3  |
| RF Output 制御キー .....            | 3-5  |
| RF 出力コネクタ .....                 | 3-6  |
| RF 入力コネクタ .....                 | 3-5  |

**S**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Save Application .....       | 3-41, 3-42             |
| Save Waveform CSV DATA ..... | 3-42                   |
| Save&Recall Mode.....        | 3-46                   |
| Save&Recall Settings .....   | 3-46                   |
| Save キー .....                | 3-3                    |
| Set Reference.....           | 7-11                   |
| SG External I/Q Cal .....    | 3-13                   |
| SG I/Q Cal .....             | 3-13                   |
| SG Wave License .....        | 3-55, 3-58             |
| SG Wave License View .....   | 3-23                   |
| Shift キー .....               | 3-5                    |
| SIGANA All .....             | 3-13                   |
| Simple Recall.....           | 3-49                   |
| Simple Save.....             | 3-48                   |
| Simple Save&Recall .....     | 3-46                   |
| Software Install .....       | 3-17, 3-25, 3-53, 3-56 |
| Software License .....       | 3-54, 3-57             |
| Software License View.....   | 3-23                   |
| Software Version View.....   | 3-23                   |
| Storage Place Settings.....  | 3-19                   |
| Sweep Status Out コネクタ.....   | 3-7                    |
| Switch.....                  | 3-33                   |
| System Information.....      | 3-17, 3-23, 3-24, 3-51 |
| System Information View..... | 3-23                   |
| System Reset .....           | 3-23, 3-51             |
| System Settings.....         | 3-17, 3-20             |

**T**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Temperature ..... | 3-31 |
| Title .....       | 7-10 |
| Trace Data .....  | 3-24 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Trigger Input コネクタ ..... | 3-7 |
|--------------------------|-----|

**U**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Uninstall.....                  | 3-56       |
| Unload .....                    | 3-33       |
| Unload Application Select ..... | 3-22, 3-36 |
| USB .....                       | 3-3, 3-18  |
| USB コネクタ (A タイプ) .....          | 3-6, 3-8   |
| USB コネクタ (B タイプ) .....          | 3-8        |
| USB メモリ .....                   | 8-2        |

**W**

|               |     |
|---------------|-----|
| Windows ..... | 5-3 |
|---------------|-----|

**Z**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Zero Sensor ..... | 7-11, 7-12 |
|-------------------|------------|

## ■50 音順

### あ

- アプリケーション同期 ..... 7-9  
アンインストール ..... 3-25, 3-56

### い

- インストール ..... 3-25, 3-52

### か

- カーソルキー ..... 3-5  
解析帯域校正 ..... 3-14  
外部ディスプレイ ..... 5-6  
画面ハードコピー ..... 3-19, 3-45

### き

- 基準周波数信号 ..... 3-7  
基準信号 ..... 3-20

### こ

- 校正 ..... 3-12, 7-6, 8-4

### し

- シグナルアナライザ ..... 4-2  
システムリカバリ ..... 5-2, 5-10  
初期化 ..... 3-50

### す

- スペクトラムアナライザ ..... 4-6

### せ

- 静電気 ..... 2-6  
ゼロ調整 ..... 7-12

### そ

- 測定レンジ ..... 7-7  
ソフトウェアライセンス ..... 3-54, 3-57

### て

- テンキー ..... 3-5  
電源スイッチ ..... 3-2

### と

- ドライバインストール ..... 7-15  
取扱説明書の構成 ..... I  
トリガ信号 ..... 3-7

### は

- ハードディスク ..... 5-9  
ハードディスクアクセスランプ ..... 3-2  
パワーセンサ ..... 7-2  
パワーメータ ..... 7-2

### ふ

- ファンクションキー ..... 3-3

### へ

- 平均化 ..... 7-11

### め

- メインファンクションキー ..... 3-4

### ゆ

- ユーザデータ ..... 3-51

### れ

- レベルオフセット ..... 7-7, 7-8  
レベル校正 ..... 3-14

### ろ

- ローカルリーク抑圧 ..... 3-14  
ロータリノブ ..... 3-5

索引

